

**SETTORE PROVVEDITORATO
USCITA**

Prot. n° 2580 del 22/4/22



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" – CATANIA

ESITI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, IN REGIME DI INFUNGIBILITA'/ESCLUSIVITA' TECNICA, DI N. 2 DUODENOSCOPI IN HD COMPATIBILI CON IL PROCESSORE OLYMPUS EVIS EXERA II CLV 190 PER LA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA P.O. NESIMA.

Premesso che, giusta prot. n. 700 del 03.02.2022, questa Azienda Garibaldi ha avviato avviso pubblico esplorativo per l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, in regime di infungibilità/esclusività tecnica, di n. 2 duodenoscopi in hd compatibili con il processore olympus evis exera ii clv 190 per la u.o.c. di gastroenterologia P.O. Nesima.

Che entro il termine del 17.02.2021 ore 12:00, previsto quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono state acquisite le candidature degli operatori economici:

1. Olympus Italia S.r.l. – Pec del 09.02.2022, prot. n. 2939 del 10.02.2022;
2. Fujifilm Italia S.p.a. – Pec del 16.02.2022, prot. n. 3481 del 18.02.2022;

Preso atto che, è stata altresì acquisita oltre il termine perentorio la pec del 18.02.2022 protocollo n. 3643 del 22.02.2022, dell'Operatore Economico Sirius Medical S.r.l.;

Preso atto che con nota prot. n. 1157 del 24.02.2022 è stata trasmessa la documentazione degli Operatori Economici Olympus Italia S.r.l. e Fujifilm Italia S.p.a., al Responsabile Ingegnere Clinico ed al Responsabile della U.O.C. di Gastroenterologia P.O. Nesima per le valutazioni di propria competenza;

Vista la nota pec del 25.02.2022 prot. n. 1298 del 02.03.2022, con la quale il Responsabile dell'Ingegneria Clinica, in merito alla verifica di equivalenza funzionale del sistema offerto dalla Ditta Fujifilm Italia S.r.l., esprime testualmente "è possibile affermare, sotto il profilo tecnico dal punto di vista dell'ingegneria Clinica, che il riscontro della Fujifilm Italia S.p.a. non risponde ai requisiti richiesti di equivalenza funzionale, posto che, come da stessa dichiarazione dell'O.E., gli strumenti Videoduodenoscopi ED-280XT non sono compatibili con il processore/fonte luce in dotazione al reparto di Gastroenterologia di questa ARNAS";

Vista la nota prot. n. 50/IC del 31.01.2022, con la quale il Dirigente Ingegnere Clinico ha relazionato allo scrivente Settore le dovute informazioni relative alla congruità tecnica dei prodotti offerti dall'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., che si riporta stralcio "per quanto riguarda le tecnologie in oggetto, al fine di poter essere utilizzate in modo "integrato" E "compatibile" con la colonna in dotazione al reparto di Gastroenterologia (colonna Olympus Evis Exera II CLV 190), nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, così come prescritto dalla normativa vigente, risulta evidente la necessità di approvvigionare le stesse dal medesimo operatore economico fornitore della colonna endoscopica già in uso presso il reparto stesso";

Vista, altresì, come da ultima la nota prot. n. 49/22 pervenuta al protocollo del Settore Provveditorato n. 2543 del 21.04.2022, con la quale il Responsabile della U.O.C. di Gastroenterologia P.O. Nesima conferma

l'acquisto di n. 2 duodenoscopi in HD compatibili con il processore Olympus Evis Exera in dotazione al reparto e pertanto esprime parere di non conformità dei prodotti proposti dagli Operatori Economici Sirius S.r.l. e Fujifilm S.p.a. in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti di equivalenza funzionale.

L'istruttore

Dott. Ottaviano Calaciura



Il Responsabile-U.O.C.
Provveditorato ed ~~Economato~~
Dott. Ing. Valentina Russo