



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Prot. n. 6860/Prov. del 20.09.2022

Procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett. b), e comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 colonna ambulatoriale per cistoscopia da destinare all'U.O.C. di Urologia del P.O. Garibaldi Nesima. RDO n. 3168082

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

A seguito di quesito trasmesso da una Ditta in merito alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti di ordine tecnico.

Chiarimento n. 1)

Domanda: Un Operatore Economico potenzialmente concorrente chiede quanto fedelmente qui si riporta:
TELECAMERA

Viene richiesta una telecamera di tipo pendulum (ruotabile) con risoluzione almeno full HD ma non viene specificato se deve consentire anche l'uso con il mezzo di contrasto (ICG) e/o per la diagnosi fotodinamica così come richiesto invece al successivo punto quando viene specificato che il modulo deve possedere le suddette caratteristiche. Si chiede di chiarire se si desidera acquistare una telecamera che consenta di adempiere alle suddette funzioni (ICG e/o PDD). Inoltre a ns. conoscenza, non esistono applicazioni dell'ICG in cistoscopia.

FONTE LUMINOSA

Si chiede inoltre di specificare se anche la fonte di luce a Led deve consentire di svolgere le funzioni PDD
CISTOSCOPIO

Non viene specificata la misura della camicia desiderata

Viene richiesta un'ottica NON superiore a 3 mm. Ma tutte le ottiche presenti oggi sul mercato hanno una misura standard di 4 mm. Si chiede di chiarire se si tratta di un refuso.

Risposta: Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nelle "caratteristiche di minima" costituisce requisito essenziale di partecipazione alla gara, pena esclusione dalla stessa, posto che è espressamente richiesto "*Modulo per la videoripresa dei tessuti in modalità in fluorescenza ("cromo-endoscopia") per la visualizzazione del riflesso del mezzo di contrasto (ICG) e/o per la diagnosi fotodinamica (PDD) (o soluzione equivalente)*", ovvero è richiesta la fornitura dell'intera catena di

acquisizione e visualizzazione video in fluorescenza (ICG) e/o per la diagnosi fotodinamica, ovvero per soluzioni equivalenti, si conferma:

- QUANTO ALLA TELECAMERA la necessità, ovvero l'obbligatorietà, di fornitura di "telecamera che consenta di adempiere alle suddette funzioni (ICG e/o PDD)";
- QUANTO ALLA FONTE LUMINOSA AL LED la necessità, ovvero l'obbligatorietà, di fornitura di fonte di luce al LED per consentire di svolgere funzioni ICG e/o PDD, ovvero equivalenti;
- QUANTO AL CISTOSCOPIO premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nelle "caratteristiche di minima" costituisce requisito essenziale di partecipazione alla gara, pena esclusione dalla stessa, si vuole specificare che nel capitolato è espressamente richiesto la fornitura di *"camicia esterna per cistoscopia con canale operativo, completa di adattatori per strumentario operativo e in grado di alloggiare ottiche di diametro indicativo di almeno 3 mm".* Pertanto si conferma quanto richiesto in capitolato.

Inoltre, posto che è richiesta espressamente una camicia avente un diametro *"in grado di alloggiare ottiche di diametro indicativo di almeno 3 mm"*, si chiarisce che le ottiche oggetto della fornitura devono possedere un diametro esterno indicativamente non inferiore a 3 mm. per poter essere correttamente utilizzate in conformità al sistema medicale oggetto di fornitura.

Ciò posto, per quanto sopra rappresentato, si conferma che la dicitura "NON SUPERIORE" a 3 mm. risulta essere mero rifiuto.

F.to

IL RUP

Dott.ssa Alessandra Scalia