ARNAS GARIBALDI CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Prot. 3033

Catania 05 GIU. 2019

Settore Provveditorato ed Economato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

INDAGINE DI MERCATO: TELI DI RIVESTIMENTO PER MATERASSI ANTIDECUBITO PER L' U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE GARIBALDI CENTRO

E' intendimento di questa ARNAS avviare indagine di mercato per la eventuale fornitura di teli di rivestimento per materasso in dotazione nell'U.O. di Anestesia e Rianimazione Garibaldi Centro.
Si procede alla presente indagine di mercato al fine di verificare se trattasi di bene infungibile fornito da un operatore economico specifico e/o l'esistenza sul mercato di soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche garantendo il soddisfacimento delle esigenze cliniche.
La presente indagine di mercato è, dunque, preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
Caratteristiche tecniche

- Devono essere interamente di Gore – Tex per garantire un alto tasso di traspirabilità dei vapori per gestire il microclima cutaneo e mantenere il paziente asciutto e fresco;
- devono essere removibili;
- devono avere basso attrito;
- devono essere impermeabili e idrorepellenti;
- devono avere agenti antimicrobici per controllare il deterioramento del tessuto;
- devono essere ignifughi;
- devono avere una larghezza di 90 cm, lunghezza di 190 cm e uno spessore adeguato alla misura del materasso;
- devono avere apertura laterale per permettere l'ingresso dei tubi del materasso.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione.
Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, la presente indagine di mercato non

impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.
Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo PEC provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di poter esternare relativamente al precitato profilo.
Per eventuali chiarimenti contattare il settore Provveditorato - dott.ssa Carmela Angiolillo 095/7594840.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Carmela Angiolillo

Il Responsabile Settore Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Esilia Riggi