



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" – CATANIA

Esiti Indagine esplorativa di mercato, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di STENT RETRIVER NEVA VESALIO.

Premesso che, giusta prot. n. 4640 del 07.07.2022, questa Azienda Garibaldi di Catania ha avviato una indagine esplorativa di mercato, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di STENT RETRIVER NEVA VESALIO.

Preso atto che entro il termine del 15.07.2022 ore 12:00, previsto quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono state acquisite le candidature degli operatori economici:

- 1) Ditta NEXUS SRL, pec del 06.07.2022 acquisita al protocollo n. 4953 del 08.07.2022;
- 2) Ditta STRYKER ITALIA SRL, pec del 12.07.2022 acquisita al protocollo n. 5097 del 14.07.2022;

Preso atto che con nota prot. n. 5321 del 21.07.2022, il Settore Provveditorato ha trasmesso al Dirigente Farmacista Responsabile della Gestione Farmacia Sale Operatorie (Dipartimento delle Chirurgie) e al Dirigente Medico Responsabile della UOS di Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro, per la disanima di competenza, la documentazione acquisita a seguito della richiamata indagine esplorativa;

Vista la relazione prot n. 137 del 25.07.2022 (prot. Settore Provveditorato n. 5450 del 27.07.2022) a firma del Responsabile della UOS di Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro con la quale il citato professionista premesse le valutazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei due dispositivi:

- ✓ <<**Il dispositivo di recupero trombi "Trevo"** è uno stent retriever autoespandibile realizzato in Nitiol con design a geometria tubolare dotato di celle di grandezza costante su 360 gradi e punta distale morbida, caratterizzato da forza radiale elevata ai diametri ridotti quando cattura il coagulo e da forza radiale ridotta, successiva alla cattura, per permettere di eseguire un recupero atraumatico>>;
- ✓ <<**Il dispositivo di rimozione di trombi NeVa** è uno stent retriever autoespandibile realizzato in Nitiol con design a struttura complessa caratterizzato da due o più zone di cattura aperte (drop zones) perpendicolari tra loro, che agendo come tasche, massimizzano la probabilità di cattura del trombo (anche per trombi più duri e organizzati); da una porzione prossimale dello stent retriever, a celle larghe, che ha lo scopo di ripristinare il flusso ematico e di comprimere il trombo sulla parete arteriosa; da una zona distale chiusa che blocca il trombo nel retriever e riduce il rischio di embolizzazioni distali>>;

conclude per la indispensabilità ed infungibilità dello STENT RETRIVER NEVA << in quanto particolarmente indicato nel ricanalizzare arterie occluse da trombi duri e resistenti alla rimozione con gli stent retriever presenti in gara (rescue option), riducendo inoltre i rischi di embolizzazioni distali>> ed altresì dichiara che sebbene lo stent "TREVO" <<sia indicato ed assolutamente efficace nelle procedure di ricanalizzazione in occasione di ictus ischemico acuto, non presenta, per caratteristiche strutturali, tutte quelle peculiarità tecniche, presenti nello stent retriever "NeVa">>

Da ultimo, si registra la nota prot. n. 38 S.O. del 09.08.2022 (prot. Settore Provveditorato n. 5933 del 09.08.2022) con la quale Responsabile della Gestione Farmacia Sale Operatorie (Dipartimento delle Chirurgie) , richiamando la relazione prot. 437/2022 , null'altro aggiunge alle considerazioni espresse dal Responsabile della UOS di Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro.

Catania lì, 10.08.2022

D'Ordine del Responsabile della UOC Provveditorato ed Economato

Il Dirigente Amministrativo del
Settore Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Olga Marletta

