

Prot. n. 8338

del 03 OTT. 2024

INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS 36/2023, PER ACQUISTO DI N. 3 CARRELLI RISCALDANTI PER LIQUIDI INFUSIONALI, PER LA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL' ARNAS GARIBALDI P.O. NESIMA.

Si rende noto che l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania intende procedere ad una indagine di mercato, al fine di un eventuale affidamento diretto inferiore alla soglia di Euro 140.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura n. 3 carrelli riscaldanti per liquidi infusionali, per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell' Arnas Garibaldi P.O. Nesima, le cui caratteristiche sono specificate sull' Allegato Tecnico.

Con il presente avviso si intende sondare il mercato, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni di questa Azienda, vi siano operatori economici in grado di fornire il dispositivo di cui trattasi nel rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Obiettivo della presente indagine di mercato, pertanto, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2014/24 art. 32, non è l'aggiudicazione di alcuna fornitura ma favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere eventuali manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e comunque la consultazione degli operatori economici al fine sopra sinteticamente enunciato.

Non è consentito in questa fase presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche.

Le manifestazioni di interesse dovranno, pertanto, pena l'irricevibilità, indicare con esattezza e completezza se l'Operatore Economico ritiene di poter presentare legittimamente la propria candidatura.

I requisiti tecnici richiesti per la fornitura di che trattasi sono descritti nell'allegato tecnico.

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse tramite pec entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18.10.2024 al seguente indirizzo: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

Potranno riscontrare la presente indagine di mercato gli operatori economici iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione al Bando "Beni e servizi per la sanità" ed in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs. 36/2023;

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Possono presentare offerta per i servizi richiesti gli operatori economici in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;

La Pec dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: **INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS 36/2023, PER ACQUISTO DI N. 3 CARRELLI RISCALDANTI PER LIQUIDI INFUSIONALI, PER LA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL' ARNAS GARIBALDI P.O. NESIMA.**

Si precisa che l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse, non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura. In questa fase non dovrà essere inviata alcuna offerta economica.

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste al Responsabile Unico del Progetto, Dott. Salvatore Daniel La Bionda, mail slabionda@arnasgaribaldi.it


Il R.U.P.

Dott. Salvatore Daniel La Bionda



Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo





Di seguito elencate caratteristiche tecniche:

- Dispositivo termoregolato ad aria realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 austenitico per garantire la massima igiene, con spigoli interni arrofondati per una facile sanificazione.
- Sistema completo di collettore di scarico per le macro impurità.
- Trattamento di identificazione macro impurità sulla superficie del sistema.
- Funzionamento con circolazione di aria calda, con temperatura di lavoro regolabile da 17° a 90° per permettere lo spannamento delle ottiche laparoscopiche.
- Capacità di stoccaggio 48 flaconi da 0,5 L.
- Display con indicazione della temperatura di lavoro.
- N.2 cassette con guide in acciaio inox aisi 304 austenitico completamente estraibili, con chiusura automatica di fine corsa.
- Cassette costituiti all'interno da cestelli in filo d'acciaio inox estraibili in modo da essere posizionati in altro dispositivo o poter essere sterilizzabili in autoclave.
- Allarme sonoro e luminoso per vani aperti.
- Allarme sonoro e luminoso per vani aperti.
- Piano di lavoro in acciaio inox dimensioni 640 x 460 mm. completo di alzatina laterale per garantire il contenimento di liquidi in caso di versamento accidentale.
- N.4 paracolpi perimetrali nella parte inferiore e 4 paracolpi perimetrali nella parte superiore del sistema.
- N.4 ruote gemellari piroettanti, antistatiche di cui 2 dotate di freno.
- N.2 maniglioni in acciaio inox per trasporto, posizionati in ambo i due i lati.
- Alimentazione: a rete a 220V 50 Hz
- Certificazione CE.
- Dimensioni esterne non superiori a 821 x 621 x 940 mm.