

Prot. n. 10175 del 03.09.2025

Agli O.E. Interessati

Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma Net4market, suddivisa in n. 2 lotti, per la fornitura di n. 6 Ventilatori polmonari neonatali per la U.O.C. di Neonatologia con UTIN dell'Arnas Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di n. 2 colonne videolaparoscopiche chirurgiche (generali e pediatriche) per l'A.R.N.A.S. Garibaldi - P.O. Nesima.

CHIARIMENTO N. 1:

Quesito n. 1.

1. In riferimento alla capacità economica e finanziaria si chiede: la comprova del requisito in sede di presentazione dell'offerta (come ad es. bilanci o estratti di essi) devono essere allegati oppure basta la dichiarazione sul fatturato?
2. In riferimento alla capacità tecnica e professionale la comprova del requisito (come ad es. certificati rilasciati dalle amm.ni) devono essere presentati in sede di presentazione offerta oppure basta in tale sede solo la dichiarazione con elenco delle forniture analoghe?

Riscontro Quesito n.1

Si conferma che per attestare i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale, in sede di gara, è sufficiente la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. I documenti necessari alla comprova dovranno essere inseriti nel fascicolo virtuale dell'O.E. (F.V.O.E.);

CHIARIMENTO N. 2:

Quesito n. 1

In merito alla base d'asta prevista per il lotto 2 Colonne Laparoscopiche 4K per applicazioni di chirurgia generale e pediatrica, si mette in evidenza che l'importo totale per le 2 colonne pari a 300.000 euro Iva esclusa comprensivo del servizio Full-Risk non è congruo alle caratteristiche di minima richieste e quindi ostacola la libera partecipazione delle aziende che commercializzano sul mercato questa tipologia di prodotti. Si chiede pertanto di poter rivedere l'importo minimo complessivo per le apparecchiature richieste.

Riscontro Quesito n. 1

Si conferma che la base d'asta relativa al lotto n. 2 "Colonne Laparoscopiche 4K per applicazioni di chirurgia Generale e Pediatrica", inclusi i servizi richiesti come da prescrizioni di CT, risulta congruo e coerente alle esigenze funzionali richieste.

CHIARIMENTO N. 5:

Quesito n. 1

- In merito al lotto 1 (ventilatori polmonari) della Procedura aperta per la fornitura di attrezzature elettromedicali, si chiede conferma che la caratteristica di minima richiesta nel Capitolato tecnico: "Trigger di flusso e pressione regolabile per la sincronizzazione in ventilazione invasiva e non invasiva" sia un refuso, in quanto: Il trigger di flusso e di pressione regolabile per la sincronizzazione della ventilazione non invasiva è, a nostra conoscenza, caratteristica posseduta da un solo ventilatore con HFOV, inoltre, nelle caratteristiche preferenziali (tabella punteggio) è oggetto di valutazione la ventilazione nasale sincronizzata con sensore di flusso.

Quesito n. 2

Nella formula assegnazione del punteggio economico è riportato il valore dell'esponente $\alpha=1,5$, si chiede pertanto se tale valore sia un refuso in quanto un valore così alto vanificherebbe l'impalcatura della gara qualità/prezzo e la trasformerebbe in una gara a prezzo più basso, di solito si vedono valori che oscillano da 0,2 a 0,8.

Riscontro quesito n. 1:

Si conferma che nel criterio di minima "Trigger di flusso e pressione regolabile per la sincronizzazione in ventilazione invasiva e non invasiva", di cui al paragrafo 10.1, è presente un Refuso inerente la locuzione "e non invasiva" in quanto la stessa caratteristica è stata riportata come criterio di valutazione qualitativo (sub-criterio 1.7), di cui alla griglia di valutazione della qualità, paragrafo 10.2. Ciò posto, a seguito di rettifica del refuso presente, il criterio di minima oggetto di valutazione è:

Trigger di flusso e pressione regolabile per la sincronizzazione in ventilazione invasiva

Risposta quesito n. 2:

Si conferma la formula per il calcolo dell'offerta economica.

CHIARIMENTO N. 9:

Quesito n. 1

si chiede se sussiste la possibilità di offrire ottica e telecamera 3D/4K in luogo del videolaparoscopio 3D/4K, come richiesto nel capitolato tecnico ai seguenti punti: 12.10.1 e 12.10.2;

Quesito n. 2

In merito al requisito di fatturato specifico richiesto per il Lotto 2, si precisa che l'impresa è regolarmente operativa dal 2018, ma la linea di vendita relativa alle colonne laparoscopiche è stata avviata solo nell'anno in corso. Pertanto, non è disponibile uno storico di fatturato strettamente riferito a tale linea, mentre è pienamente documentabile il fatturato conseguito per l'oggetto generale (attrezzature elettromedicali), strettamente attinente e funzionale al lotto in gara. A sostegno di tale interpretazione si richiama l'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 30 e 83 del D.Lgs. 36/2023, che impongono che i requisiti di partecipazione siano proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e favor participationis. Si segnala, inoltre, che l'istituto dell'avvalimento (art. 89 D.Lgs. 50/2016 e art. 104 D.Lgs. 36/2023), pur astrattamente previsto, non risulta concretamente utilizzabile nella fattispecie, poiché gli operatori economici del settore partecipano direttamente alle procedure di gara e non rendono disponibili i requisiti a soggetti terzi. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se, ai fini della partecipazione, possa essere considerato idoneo il fatturato relativo all'oggetto generale (attrezzature elettromedicali), in quanto coerente e proporzionato al lotto.



**Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
Catania**

Riscontro quesito n. 1:

Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nella c.d. "caratteristiche di minima" costituisce requisito essenziali di partecipazione alla gara di cui in oggetto, pena esclusione della stessa, si conferma quanto richiesto al paragrafo 12.10.1 e 12.10.2.;

Riscontro quesito n. 2:

Si conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al punto 6.3 è riferito alle forniture analoghe.

Il R.U.P.

**Coll. Amm.vo Prof.le
Dott. Ottaviano Calaciura**

**Responsabile UOC Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~)**