



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE DEL 19.07.2024 RELATIVO ALL'AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI MANOMETRIA AD ALTA RISOLUZIONE E DI UN SISTEMA DI PH – IMPEDENZIOMETRICA

Il giorno 19 Luglio 2024 alle ore 10:15 , presso la sede dell'ARNAS Garibaldi di Catania sono presenti i seguenti referenti aziendali:

Dott. Petruzzellis: Dirigente Medico presso U.O.C Gastroenterologia;
Dott. Aliotta: Dirigente Medico presso U.O.C Chirurgia Generale;
Dott. Stancampiano: Dirigente Farmacista presso U.O.C. Farmacia Nesima;

Sono, altresì, presenti:

Ing. Pasquale Casillo, Dirigente Responsabile della UOS di Ingegneria Clinica Aziendale;
Dott.ssa Olga Marletta, Dirigente Responsabile UOS Farmaci e Dispositivi Medici, in qualità di RUP e moderatore dell'odierna seduta;

Sono presenti per gli Operatori Economici:

- EB NEURO SPA: Giusta delega agli atti dell'Azienda da parte del Dott. Zeno Sciaretta, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società: l'Ing. Matteo Giovannini in collegamento da remoto, il Sig. Giuseppe Cucè ed il Sig. Michele Antonino De Gaetano;
- MEDTRONIC ITALIA SPA: Giusta delega agli atti dell'Azienda da parte del Dott.ssa Maria Patanè in qualità di procuratore della Società: dott. Sebastiano Chiaramida.

Premesso che:

- ✓ è stata avviata una consultazione preliminare di mercato , ai sensi dell'art. 77 e seguenti del D.Lgs n. 36/2023 per acquisire informazioni e documentazione utile alla progettazione della successiva procedura di appalto per l'acquisto di un sistema di manometria ad alta risoluzione e di un sistema di ph – impedenziometrica;
- ✓ la consultazione in trattazione ha scopo puramente conoscitivo dei possibili Operatori Economici qualificati sul mercato di settore di riferimento, all'esclusivo fine di acquisire tutte le possibili informazioni , specifiche e suggerimenti utili per la preparazione e predisposizione della documentazione di gara;
- ✓ trattasi, quindi , di una fase prodromica avente scopo unicamente conoscitivo ed esplorativo senza l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione



(Handwritten signatures and initials)

- della fornitura , senza l'assunzione di impegni specifici da parte dell'ARNAS Garibaldi in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale;
- ✓ dell'avviso è stata data notizia a tutti gli Operatori Economici interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARNAS Garibaldi di Catania nell'apposita sezione "Bandi di gara e capitolati di appalto";
 - ✓ la scadenza del termine per l'invio del contributo è stata prevista per le ore 12:00 di giorno 03.06.2024 ;

Preso atto che entro il termine perentorio di ricezione delle eventuali manifestazioni di interesse e della documentazione di cui all'avviso di consultazione preliminare di mercato, sono pervenuti numero 2 (due) contributi dei seguenti Operatori Economici:

- 1) MEDTRONIC ITALIA SPA comunicazione pec del 31.05.2024 acquisita al protocollo generale n. 0009857 del 03.06.2024;
- 2) EB NEURO SPA comunicazione pec del 31.05.2024 acquisita al protocollo generale n. 0009865 del 03.06.2024;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 77 e ss. del D.Lgs n. 36/2023;

Preso atto che gli operatori Economici sono stati edotti della seduta pubblica di data odierna giusta comunicazioni pec:

- EB NEURO SPA nota prot. 0012052 del 04/07/2024;
- MEDTRONIC ITALIA SPA: nota prot. 0012053 del 04/07/2024;

Dopo la registrazione degli Operatori Economici partecipanti, si procede alla consultazione collettiva aperta che rappresenta l'intervento e la misura adottata da questa Azienda, in conformità alle previsioni di cui all'art. 77 del D.Lgs n. 36/20 per evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite durante la fase di consultazione, comportino una lesione ai principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione.

Gli Operatori Economici partecipanti all'odierna seduta sono invitati a riassumere sinteticamente la relazione tecnica prodotte e/o a fornire ogni altra eventuale osservazione/dati , informazione utile a ricostruire la propria posizione nel mercato e la competenza nel capo di attività di cui alla consultazione.

La richiesta di relazionare è rimessa alla discrezionalità degli Operatori Economici e non ha carattere di obbligatorietà.

Viene ribadito che finalità della presente seduta è quella di acquisire tutte le possibili informazioni, specifiche e suggerimenti utili per la preparazione e predisposizione della documentazione di gara.

Viene invitato a relazionare l'Operatore Economico Medtronic il cui contributo alla presente consultazione preliminare di mercato è stato trasmesso ed acquisito al protocollo generale N. 0009857 del 03.06.2024:

- rappresenta che il prodotto presentato e relazionato nel contributo di cui al prot. 0009857 del 03.06.2024 risulta aderente e conforme alle esigenze cliniche e tecniche rappresentate nel documento di consultazione dell'ARNAS;
- rappresenta che il prodotto presentato è già in uso presso oltre 100 centri nazionali afferenti al SSN.



1/A

Viene invitato a relazionare l'Operatore Economico EB NEURO il cui contributo alla presente consultazione preliminare di mercato è stato trasmesso ed acquisito al protocollo generale N. 0009865 del 03.06.2024:

- rappresenta che la relazione presentata è puntuale e circostanziata ai punti oggetto della consultazione;
- rappresenta che il prodotto presentato è installato in numero paragonabile all'O.E. Medtronic;

Segue una fase di discussione, durante la quale, per le finalità proprie della presente consultazione preliminare di mercato, vengono poste delle domande da parte del Dirigente Ingegnere Clinico, Ing. Pasquale Casillo e degli altri referenti tecnici aziendali, alle quali seguono le risposte degli Operatori Economici, per come di seguito:

EB NEURO:

Domanda: Paragrafo "Descrizione generale" (Pag. 3) viene richiesto cosa si intende per unico modulo di acquisizione.

Risposta: A differenza degli altri buyer le sonde per manometria esofagea e anorettale sono collegate ad un unico strumento che esegue riconoscimento automatico in modo plug and play;

Domanda : Paragrafo "Descrizione generale" (Pag. 5) viene letto il primo capoverso di pagina 5 da <<Entrambi i cateteri a valore pressorio>>

Risposta: il dispositivo prevede l'auto calibrazione del sensore elettronico con un semplice inzializzazione tramite pulsante alle condizioni igrometriche ambientali;

- Eseguito l'esame manometrico l'acquisizione del valore pressorio è indipendente dalle variazioni di temperatura tra esterno ed interno paziente, coerentemente alle prescrizioni di manuale d'uso. Pertanto non vi è rischio residuale di errata acquisizione clinica derivante da variazioni di temperatura e/o calibrazioni manuali in quanto automatiche;
- Per questo motivo, i dati acquisiti sono real time non soggetti a errori di calibrazioni manuali, tali da determinare la possibilità di interruzioni anche nel corso dell'esame manometrico

Domanda : Si chiede di chiarire l'incidenza in termine di percentuale sul valore di acquisto del bene, inclusi gli accessori, in merito al servizio manutentivo full risk tutto incluso nulla escluso (inclusi danni accidentali e uso improprio);

Risposta: La percentuale manutentiva full risk secondo la SLA rappresentate in domanda sul bene elettromedicale padre è pari al 7% del valore di sostituzione su base annua. Sugli accessori intesi come sonde e cateteri l'Operatore Economico si riserva di inviare a mezzo pec, all'indirizzo provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it entro e non oltre le ore 12:30 del 22.07.2024, l'informazione inerente la percentuale manutentiva sul valore di sostituzione.

Domanda: Si chiede di chiarire la peculiarità e l'unicità "Manometria coloniche e duodenali" intesi come moduli opzionali di cui alla relazione pag. 12.

Risposta: Attraverso lo stesso sistema di acquisizione hardware unico per tutti i cateteri è necessario acquisire esclusivamente le licenze software per manometria colonica e duodenale per garantire i plug and ply dei cateteri con relative funzionalità cliniche;



MEDTRONIC

Domanda: Relativamente alla scheda tecnica "VERSAFLEX pH/pHZ" si richiedono chiarimenti in ordine alla sezione "USO" di pagina 2 da <<Prima della calibrazione a intubazione e posizionamento". Si chiede di dettagliare cosa si intende per pre immersione di 10 minuti in acqua o soluzione tampone, quale è la procedura di calibrazione e relative tempistiche.

Risposta: Le parti presenti concordano di rinviare il riscontro al presente quesito tramite apposita tavolo tecnico in seduta telematica il giorno 22.07.2024 ore 12:30 al meet meet.google.com/wao-otwd-rns.

Le parti concordano che non sarà necessaria alcuna notifica in ordine all'incontro al meet sopra riportato.

Domanda: Procedure di lavaggio e disinfezione si chiede di dettagliare le modalità

Risposta: Solo manuale e non lavastrumenti con utilizzo di detergenti come da manuale d'uso.

Domanda : Si chiede di chiarire l'incidenza in termine di percentuale sul valore di acquisto del bene incluso gli accessori in merito al servizio manutentivo full risk tutto incluso nulla escluso (inclusi danni accidentali e uso improprio);

Risposta: L'Operatore Economico si riserva di inviare a mezzo pec all'indirizzo provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it l'informazione richiesta entro e non oltre le ore 12:30 del 22.07.2024.


La seduta si conclude alle ore 12:30 del 19.07.2024.

Per L'ARNAS

Dott. Petruzzellis



Dott. Aliotta



Dott.ssa Stancampiano



Dott.ssa Marletta



Ing. Casillo




Per Medtronica S.p.a

Dott. Chiaramida



Per EB Neuro S.p.a

Dott. Cucè



Dott. De Gaetano

