

**VERBALE N. 10 SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 01.08.2025**

**Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma Net4market suddivisa in n. 5 lotti per la fornitura di attrezzature afferenti al "Percorso Parto" per la U.O.C. di Neonatologia con UTIN dell'ARNAS Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di una colonna Isteroscopica presso il Dipartimento Materno Infantile dell'ARNAS Garibaldi - P.O. Nesima.**

L'anno 2025 il giorno 01 del mese di agosto alle ore 13:00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 273 del 04.09.2024, giusta richiesta del Presidente della Commissione Giudicatrice con nota prot. n. 9157 del 25.07.2025 per la comunicazione degli esiti delle riserve comunicate dal D.E.C., giusta avviso del 29.07.2025, pubblicato sul sito del committente e sulla piattaforma telematica Net4Market.

**È presente la seguente commissione, composta da:**

- Dott. Ing. Valentina Russo – Presidente;
- Dott. Antonio Siscaro – Componente;
- Dott.ssa Kim Patrizia Maria Maiolo – Componente;
- Dott. Salvatore Daniel La Bionda – Segretario Verbalizzante.

Constate le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rilasciate dai componenti della Commissione Giudicatrice, pubblicate, unitamente ai rispettivi *curricula*, sul profilo committente, si attesta la regolare composizione della Commissione Giudicatrice e si procede all'apertura della seduta.

Viene Richiamato integralmente il Verbale di Seduta Riservata n. 9 di pari data, della Commissione Giudicatrice.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Alle ore 13:10, il Presidente con l'ausilio della Commissione apre la Seduta Pubblica.

E' presente il Sig. Giuseppe Antonino Cucè delegato a presenziare in nome e per conto di Burke&Burke S.p.A.;

Il presidente della Commissione Giudicatrice illustra gli esiti sulle riserve analizzate dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata e segnatamente:

**Lotto n. 1**

- ✓ EUROMED S.r.l.: **AMMESSO**, il punteggio ottenuto in fase di gara pari a **66,33 viene modificato con 59,33** che per effetto della riparametrazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparametrato di **70/70**, di cui all'allegato Excel, per le seguenti motivazioni:
  - Sub criterio di qualità 1.9: Il cassetto Rx integrato è estraibile, ma sulla scheda tecnica non ci sono evidenze che l'estrazione avvenga senza la necessità di apertura della parete, per tale ragione il punteggio il punteggio assegnato è pari a 0;



- Sub criterio di qualità 1.18: La presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, non può considerarsi tale senza la dichiarazione di sistema elettromedicale, per tale motivo il punteggio assegnato è 0.

**Lotto n. 2**

- ✓ EUROMED S.r.l.: **AMMESSO**, il punteggio ottenuto in fase di gara pari a **64,63** viene modificato con **58,63** che per effetto della riparametrazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparametrato di **70/70**, di cui all'allegato Excel, per le seguenti motivazioni:
  - Sub criterio di qualità 1.9: Il cassetto Rx integrato è estraibile ma nella scheda tecnica non ci sono evidenze che l'estrazione avvenga senza la necessità di apertura della parete, per tale ragione il punteggio il punteggio assegnato è pari a 0;
  - Sub criterio di qualità 1.11: Il materassino è riscaldato con sistema integrato, la commissione conferma il punteggio assegnato;
  - Sub criterio di qualità 1.18: La presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, non può considerarsi tale senza la dichiarazione di sistema elettromedicale, per tale motivo il punteggio assegnato è 0.
  - Sub criterio di qualità 1.27: Vi è la Presenza di sistemi di sicurezza che bloccino l'apertura o la chiusura del tettuccio in caso di presenza di eventuali ostacoli situati nell'area di movimentazione del tettuccio della campana, la commissione conferma il punteggio assegnato

Si comunicano i nuovi punteggi riparametrati degli altri O.E. partecipanti e nello specifico:

- ✓ ULTRAMED S.r.l.: **AMMESSO**, il punteggio ottenuto è pari a **49,45** che per effetto della riparametrazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparametrato di **59,04**, di cui all'allegato Excel;
- ✓ BURKE&BURKE S.p.A.: **AMMESSO**, il punteggio ottenuto è pari a **43,38** che per effetto della riparametrazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparametrato di **51,80**, di cui all'allegato Excel;

Alle ore 13:22, la Commissione Giudicatrice, procede con l'inserimento dei punteggi chiudendo la fase relativa alle buste virtuali.

La Commissione Giudicatrice procede con l'inserimento dello stato **“ammesso o non ammesso”** per ogni singolo partecipante per i lotti valutati, generando la graduatoria definitiva facente parte integrante del presente Verbale, riportando il seguente esito:

POS. IN GRADUATORIA LOTTO N. 1	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (A)	OFFERTA ECONOMICA (B)	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (C)	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (A+C)
1°	Euromed S.r.l.	70,00	Euro 277.200,00	30,00	100,00

POS. IN GRADUATORIA LOTTO N. 2	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (A)	OFFERTA ECONOMICA (B)	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (C)	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (A+C)
1°	Euromed S.r.l.	70,00	Euro 57.400,00	20,20	90,20
2°	Ultramed S.r.l.	59,04	Euro 49.680,00	25,09	84,13
3°	Burke&Burke S.p.A.	51,80	Euro 44.100,10	30,00	81,80

La Commissione Giudicatrice procede pertanto a confermare l'aggiudicazione per i lotti oggetto di analisi in favore dello stesso O.E. risultato già aggiudicatario nello specifico:

**Lotto n. 1 O.E.: Euromed S.r.l.;**

**Lotto n. 2 O.E.: Euromed S.r.l.;**

Si trasmettono gli atti al R.U.P. per il seguito di competenza.

La Commissione Giudicatrice alle ore 14:13 dichiara chiusa la seduta pubblica ed il fine dei lavori.

La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara e sul profilo committente ha valore di notifica ex art. 90 Codice appalti.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 3 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Dott. Ing. Valentina Russo – Presidente

Dott. Antonio Siscaro – Componente

Dott.ssa Kim Patrizia Maria Maiolo – Componente

Dott. Salvatore Daniel La Bionda – Segretario Verbalizzante

Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma Net4market suddivisa in n. 5 lotti per la fornitura di attrezzature afferenti al "Percorso Parlo" per la U.O.C. di Neonatologia con UTIN dell'Asma Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di una colonna Isteroscopica presso il Dipartimento Materno Infantile dell'Asma Garibaldi - P.O. Nesima.

ALL. 2 REV.

OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE EUROMED LOTTO N. 1		Punteggio Proporzionalità Inversa* (Vmin * PU) / VI Punteggio Proporzionalità = (VI * PU) / Vmax Riparametrazione = PU * (1/Pmij)					DISCREZIONALE			
CRITERIO	Tipologia Punteggio	Pi= Punteggio Max attribuibile	Vmax= il valore massimo dichiarato dai concorrenti	Vmin= il valore più basso offerto dai concorrenti	VI= Valore del parametro del concorrente i-esimo	Pi=punteggio ottenuto	MEDIA	PUNTEGGIO OTTENUTO	RIPARAMETRAZIONE = MEDIA IN ESAME/ MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI	PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO
1.1	Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dei possibili rumori presenti nel "mondo" esterno.	Tabellare	3				3			
1.2	Materiale parete (o doppie pareti): a. Policarbonato; b. Plexiglass	Tabellare a step: a. 3 b. 2	3				2			
1.3	Campana trasparente su tutti e quattro i lati.	Tabellare	2				2			
1.4	Obliò muniti di guarnizioni per attenuare i rumori e garantire una perfetta tenuta.	Tabellare	2				2			
1.5	Letino paziente rotante di 360°	Tabellare	2				2			
1.6	Inclinazione Trendelenburg/Fowler gestibile dall'esterno dell'incubatrice.	Tabellare	3				3			
1.7	Indicazione digitale sul display dell'incubatrice del grado di inclinazione Trendelenburg/Fowler.	Tabellare	2				2			
1.8	Bilancia elettronica integrata, rispondente alle attuali normative, certificata NAWI, che consenta pesare del neonato senza necessità di estrarlo dall'incubatrice. Visualizzazione dei trend del peso.	Tabellare	3				3			
1.9	Cassetto Rx integrato estraibile senza necessità di apertura della parete.	Tabellare	4				0			
1.10	Cassetto Rx integrato estraibile da entrambi i lati dell'incubatrice.	Tabellare	3				3			
1.11	n. di obliò > 4	Proporzionale	2	5	5	5	2			
1.12	Larghezza del materassino espressa in cm	Proporzionale	3	46,5		46,5	3			
1.13	Descrivere dettagliatamente il sistema di umidificazione offerto Verremo valutati positivamente, tra gli aspetti, la possibilità di accesso completo a tutti i componenti del dispositivo per una sicura ed approfondita sanificazione.	Discrezionale	3				1	3	1,00	3,00
1.14	Incubatrice progettata per agevolare la Canguro Terapia, priva di colonna centrale di supporto del piano paziente e che consenta alla madre di posizionare agevolmente le gambe al di sotto del piano paziente stesso.	Tabellare	1				1			
1.15	Display di controllo totalmente touch-screen per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri (impostazione comandi e conferma impostazioni interamente tramite touch-screen, no uso manopole/tasti fisici)	Tabellare	3				3			
1.16	Dimensioni del display per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri ≥ 8,0"	Proporzionale	3	10,4		10,4	3			
1.17	Tacitazione degli allarmi: descrivere dettagliatamente la soluzione proposta, ovvero le modalità di tacitazione da parte dell'operatore.	Discrezionale	3				0,95	2,85	1,00	3,00
1.18	Presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, che ne consenta il funzionamento completo in assenza di alimentazione elettrica.	Tabellare	3				0			
1.19	Monitoraggio integrato della SpO2, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display integrato dell'incubatrice (tecnologie Nellcor o Masimo)	Tabellare	4				4			
1.20	Durata del trend dei parametri (temperatura aria, temperatura cutanea, umidità, ossigeno) espressa in ore.	Proporzionale	3	720		720	3			
1.21	Algoritmi innovativi che in modo automatico calcolino la temperatura ideale per il neonato, sulla base di dati forniti dall'utilizzatore (es. peso, data di nascita, settimane di gestazione)	Discrezionale	3				0,95	2,85	1,00	3,00
1.22	Presenza di sistema di cronoterapia integrato per garantire lo stato di benessere del paziente, attivabile tramite apposito timer con possibilità di scegliere gamma di colori	Tabellare	3				3			
1.23	Luogo di controllo notturna che permetta al piccolo paziente di mantenere o creare il proprio ciclo circadiano	Tabellare	3				3			
1.24	Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla escluso".	Proporzionale	2	24		0	0			
1.25	Sistema integrato di gestione per la musicoterapia, con attenuazione automatica dell'audio e diffusione bilaterale	Tabellare	2				2			
1.26	Ulteriori migliorie offerte, in linea con quanto richiesto nel capitolato/lotto di interesse.	Discrezionale	2				0,82	1,63	1,00	2,00
TOTALE PUNTEGGIO			70				TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO	49,00	TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M)	10,33
							TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO COMPLESSIVO (COLONNA M+H)			59,33
							TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO			76,00

Ab

R

Le

W

Procedura aperta da esperti ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma Net4market suddivisa in n. 5 lotti per la fornitura di attrezzature afferenti al "Percorso Parto" per la U.O.C. di Neonatologia con UTN dell'Arnas Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di una colonna istoscopica presso il Dipartimento Materno Infantile dell'Arnas Garibaldi - P.O. Nesima.

Att. 2.100v.

OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE EUROMED LOTTO N. 2			Punteggio Proporzionalità Inversa* (Vmax / P1) / V				DISCREZIONALE			
CRITERIO	Tipologia Punteggio	P1= Punteggio Max attribuibile	Vmax= il valore massimo dichiarato dai concorrenti	Vmin= il valore più basso offerto dai concorrenti	V1= Valore del parametro del concorrente l-esimo	P1=punteggio ottenuto	MEDIA	PUNTEGGIO OTTENUTO	RIPARAMETRAZIONE * MEDIA IN ESAMI/ MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI	PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO
1.1	Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dei possibili rumori presenti nel "mondo" esterno.	Tabellare	2			2				
1.2	Materiale parete (o doppie pareti) a Policarbonato;	Tabellare a step. a. 2 b. 1	2			1				
1.3	Campana trasparente su tutti e quattro i lati.	Tabellare	2			2				
1.4	Obli muniti di guarnizioni per atturare i rumori e garantire una perfetta tenuta.	Tabellare	1			1				
1.5	Letino paziente rotante di 360°	Tabellare	2			2				
1.6	Inclinazione Trendelenburg/Fowler gestibile dall'esterno dell'incubatrice.	Tabellare	1			1				
1.7	Indicazione digitale sul display dell'incubatrice del grado di inclinazione Trendelenburg/Fowler.	Tabellare	1			1				
1.8	Bilancia elettronica integrata, rispondente alle attuali normative, certificata FARMS, che consenta pesare del neonato senza necessità di estrarlo dall'incubatrice. Visualizzazione dei trend del peso.	Tabellare	2			2				
1.9	Cassetto Rx integrato estraibile senza necessità di apertura della parete.	Tabellare	3			0				
1.10	Cassetto Rx integrato estraibile da entrambi i lati dell'incubatrice.	Tabellare	3			3				
1.11	Materassino riscaldato con sistema integrato.	Tabellare	2			2				
1.12	Larghezza del materassino espressa in cm.	Proporzionale	2	48,8		46,5	1,91			
1.13	Incubatrice progettata per agevolare la Canguru Terapia, priva di colonna centrale di supporto del piano paziente e che consenta alla madre di posizionare agevolmente le gambe al di sotto del piano paziente stesso.	Tabellare	2			2				
1.14	Display di controllo totalmente touch-screen per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri (impostazione comandi e conferma impostazioni interamente tramite touch-screen, no uso manopole/tasti fisici).	Tabellare	2			2				
1.15	Ulteriori migliori offerte, in linea con quanto richiesto nel Capitolato/foto di interesse.	Discrezionale	3				1	3	1,00	3,00
1.16	Dimensioni del display per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri 1.8.0"	Proporzionale	3	10,4		10,4	3			
1.17	Facilitazione degli allarmi a mani libere, senza necessità di toccare alcun pulsante sull'incubatrice.	Tabellare	3			3				
1.18	Presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, che ne consenta il funzionamento completo in assenza di alimentazione elettrica.	Tabellare	3			0				
1.19	Monitoraggio integrato della SpO2, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display integrato dell'incubatrice (tecnologie Nellcor o Masimo).	Tabellare	4			4				
1.20	Durata dei trend dei parametri (temperatura ana, temperatura cutanea, umidità, ossigeno) espressa in ore.	Proporzionale	3	720		720	3			
1.21	Algoritmi innovativi che in modo automatico calcolino la temperatura ideale per il neonato, sulla base di dati forniti dall'utilizzatore (es. peso, data di nascita, settimane di gestazione).	Discrezionale	2				0,85	1,7	1,00	2,00
1.22	Presenza di sistema di cromoterapia integrato per garantire lo stato di benessere del paziente, attivabile tramite apposito timer con possibilità di scegliere gamma di colori.	Tabellare	3			3				
1.23	Luce di controllo notturna che permetta al piccolo paziente di mantenere o creare il proprio circolo circadiano.	Tabellare	3			3				
1.24	Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla escluso".	Proporzionale	2	12		0	0			
1.25	Sistema integrato di gestione per la musicoterapia, con attenuazione automatica dell'audio e diffusione bilaterale.	Tabellare	3			3				
1.26	Apertura elettrica e chiusura elettrica della calotta.	Tabellare	3			3				
1.27	Presenza di sistemi di sicurezza che bloccino l'apertura o la chiusura del lettuccio in caso di presenza di eventuali ostacoli situati nell'area di movimentazione del lettuccio della campana. Descrivere dettagliatamente.	Discrezionale	3				0,85	2,55	1,00	3,00
1.28	Trasformazione completa da incubatrice a isola neonatale. Descrivere dettagliatamente le modalità del processo di trasformazione, indicando dettagliatamente le azioni svolte dall'operatore.	Discrezionale	3				0,85	2,55	1,00	3,00
1.29	Tempo (in secondi) necessario alla trasformazione completa da incubatrice ad isola neonatale.	Proporzionale	2	14		6,5	0,93			
TOTALE PUNTEGGIO			70					TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M)	9,80	
								TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA MM)	56,63	
								TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO	70,00	

8/10

A

W



Procedura aperta da esprimersi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma Ne4market suddivisa in n. 6 lotti per la fornitura di attrezzature afferenti al "Percorso Pano" per la U.O.C. di Neonatologia con UTIN dell' Arnas Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di una coccina isteroscopica presso il Dipartimento Materno Infantile dell'Arnas Garibaldi - P.O. Nesima.

OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE BURKE & BURKE LOTTO N. 2			Punteggio Proporzionalità Inversa (Valore P) / V1				DISCREZIONALE			
CRITERIO	Tipologia Punteggio	Pti= Punteggio Max attribuibile	Vmax= Il valore massimo dichiarato dai concorrenti	Vmin= Il valore più basso offerto dai concorrenti	V= Valore del parametro del concorrente l. esimo	P=punteggio ottenuto	MEDIA	PUNTEGGIO OTTENUTO	RIPARAMETRAZIONE = MEDIA IN ESAME/ MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI	PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO
1.1	Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dai possibili rumori presenti nel "mondo" esterno.	Tabellare	2			2				
1.2	Materiale parete (a doppie pareti) a Policarbonato, b. Plexiglass	Tabellare a step: a. 2 b. 1	2			1				
1.3	Campana trasparente su tutti e quattro i lati.	Tabellare	2			2				
1.4	Olio munito di guarnizioni per attutire i rumori e garantire una perfetta tenuta.	Tabellare	1			1				
1.5	Letino paziente rotante di 300°	Tabellare	2			0				
1.6	Inclinazione Trendelenburg/Fowler gestibile dall'esterno dell'incubatrice	Tabellare	1			1				
1.7	Indicazione digitale sul display dell'incubatrice del grado di inclinazione Trendelenburg/Fowler.	Tabellare	1			0				
1.8	Bilancia elettronica integrata, rispondente alle attuali normative, certificata NAWI, che consenta pesare del neonato senza necessità di estrarlo dall'incubatrice. Visualizzazione dei trend del peso	Tabellare	2			2				
1.9	Cassetto Rx integrato estraibile senza necessità di apertura della parete	Tabellare	3			3				
1.10	Cassetto Rx integrato estraibile da entrambi i lati dell'incubatrice	Tabellare	3			3				
1.11	Materassino riscaldato con sistema integrato	Tabellare	2			0				
1.12	Larghezza del materassino espressa in cm	Proporzionale	2	48,8		36,5	1,50			
1.13	Incubatrice progettata per agevolare la Curauro Teracà, priva di colonna centrale di supporto del piano paziente e che consenta alla madre di disporre agevolmente le gambe al di sotto del piano paziente stesso	Tabellare	2			2				
1.14	Display di controllo totalmente touch-screen per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri (impostazione comandi e conferma impostazioni interamente tramite touch-screen, no uso manopole/tasti fisici)	Tabellare	2			2				
1.15	Uteteri migliori offerte, in linea con quanto richiesto nel capitolato/lotto di interesse	Discrezionale	3				0,85	2,55	0,85	2,55
1.16	Dimensioni del display per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri 2 8 0"	Proporzionale	3	10,4		8,5	2,45			
1.17	Tacitazione degli allarmi a mani libere, senza necessità di toccare alcun pulsante sull'incubatrice	Tabellare	3			0				
1.18	Presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, che ne consenta il funzionamento completo in assenza di alimentazione elettrica	Tabellare	3			0				
1.19	Monitoraggio integrato della SpO2, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display integrato dell'incubatrice (tecnologia Nellcor s/o Masimo)	Tabellare	4			4				
1.20	Durata dei trend dei parametri (temperatura aria, temperatura cutanea, umidità, ossigeno) espressa in ore	Proporzionale	3	720		24	6,10			
1.21	Algoritmi innovativi che in modo automatico calcolano la temperatura ideale per il neonato, sulla base di dati forniti dall'ultrasuone (es. peso, data di nascita, settimane di gestazione)	Discrezionale	2				0	0	0,00	0,00
1.22	Presenza di sistema di cromoterapia integrato per garantire lo stato di benessere del paziente, attivabile tramite apposito timer con possibilità di scegliere gamma di colori	Tabellare	3			0				
1.23	Luce di controllo notturna che permetta al piccolo paziente di mantenere o creare il proprio circolo circadiano	Tabellare	3			3				
1.24	Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla esclusa"	Proporzionale	2	12		12	2			
1.25	Sistema integrato di gestione per la musicoterapia, con attenuazione automatica dell'audio e diffusione bilaterale	Tabellare	3			0				
1.26	Apertura elettrica e chiusura elettrica della calotta	Tabellare	3			3				
1.27	Presenza di sistemi di sicurezza che bloccino l'apertura o la chiusura del tettuccio in caso di presenza di eventuali ostacoli situati nell'area di movimentazione del tettuccio della campana. Descrivere dettagliatamente	Discrezionale	3				0,85	2,55	1,00	3,00
1.28	Trasformazione completa da incubatrice a isola neonatale. Descrivere dettagliatamente le modalità del processo di trasformazione, indicando dettagliatamente le azioni svolte dall'operatore	Discrezionale	3				0,85	2,55	1,00	3,00
1.29	Tempo (in secondi) necessario alla trasformazione completa da incubatrice ad isola neonatale	Proporzionale	2	19		6,5	0,68			
TOTALE PUNTEGGIO			70					TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M)	7,65	
								TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H)	43,38	
								TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO	51,80	