



Prot. provv. n. 371 del 7 LUG. 2025

**AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI N. 1 EMOGASANALIZZATORE NUOVO E AD ALTA TECNOLOGIA CON CARTUCCIA MULTITEST + CONSUMABILI, DELLA DURATA COMPLESSIVA DI 12 MESI + EVENTUALE PROROGA DESTINATO ALL’UOC DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE-NEONATOLOGIA (UTIN) DEL PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI DI NESIMA (CATANIA).**

### **SCOPI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.**

Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania intende procedere ad una indagine di mercato, al fine di un eventuale affidamento diretto, inferiore alla soglia di Euro 140.000,00, ai sensi dell’art. 50, c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura, in service, di n. 1 Emogasanalizzatore nuovo e ad alta tecnologia, con cartuccia multitest, da destinare all’Unità Operativa Complessa (UOC) di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia (UTIN) del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima – Catania, **aventi le caratteristiche tecniche minime (che si allegano alla presente)** trasmesse a questo Settore Provveditorato con nota prot. n. 31/2025 UOC Farmacia acquisita alla mail del Settore Provveditorato in data 26.06.2025.

Con il presente avviso si intende effettuare, per adeguata trasparenza, apposita indagine esplorativa di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso dell’ARNAS Garibaldi, altri Operatori Economici siano in grado di fornire il medesimo sistema con caratteristiche analoghe adeguate a soddisfare le esigenze dell’Unità Operativa richiedente.

**Gli Operatori Economici** interessati possono partecipare presentando la propria candidatura.

**Obiettivo** della presente indagine di mercato, pertanto, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2014/24 art. 32 e art. 40, non è l’aggiudicazione di alcuna fornitura ma favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

**Il presente avviso**, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere eventuali manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e comunque la consultazione degli operatori economici al fine sopra sinteticamente enunciato.

**Non è consentito in questa fase presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche.**

**Le manifestazioni** di interesse dovranno, pertanto, pena l’irricevibilità, indicare con esattezza e completezza se l’Operatore Economico ritiene di poter presentare legittimamente la propria candidatura.

**L’operatore economico** interessato, quindi, dovrà attestare, a pena di esclusione, con **Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000** s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante o

da persona appositamente delegata a rappresentare il candidato (in tal caso allegare copia conforme della procura speciale firmata digitalmente) attestante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti specifici minimi, illustrandone compiutamente i contenuti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
- assenza di cause di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni (2022/2023/2024), presso Aziende del Servizio Sanitario Nazionale per la richiesta fornitura;

Non saranno prese in considerazione le candidature presentate da soggetti che:

- siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all'art. 94 e art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- presentino l'istanza fuori termine.

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA**

**Le manifestazioni di interesse**, con indicata puntualmente la fornitura per la quale si ritiene di poter concorrere, nonché le predette dichiarazioni e attestazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale e specifico più sopra indicati, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovranno pervenire tramite PEC da inviare all'indirizzo [provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it) e, per conoscenza, alla seguente mail : [masaro@arnasgaribaldi.it](mailto:masaro@arnasgaribaldi.it) **entro e non oltre le ore 12:00 del 14.07.2025** inserendo come oggetto della PEC: *“Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'affidamento fornitura in service di n. 1 Emogasanalizzatore nuovo e ad alta tecnologia con cartuccia multitest, della durata complessiva di 12 mesi, da destinare all'UOC Terapia Intensiva Neonatale/Neonatalogia del P.O. Garibaldi di Nesima dell'ARNAS Garibaldi di Catania.*

**Qualora**, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato che l'operatore economico indicato sia l'unico in grado di garantire, in via esclusiva, la presente fornitura, questa ARNAS, dichiara sin d'ora che avvierà, attraverso il ricorso a piattaforme di approvvigionamento digitale, ex art. 25 del d.lgs. 36/2023, la procedura di affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 76, comma 2, lett. b) punto 3) del suddetto decreto, affidando, pertanto, il contratto medesimo solamente con la ditta "esclusivista" indicata.

**Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, che non assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione dell'appalto.**

**La Stazione Appaltante** si riserva, pertanto, la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. Non sono previste graduatorie, punteggi, classifiche di merito, essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra riportata con i requisiti indicati.

**Il presente avviso** viene pubblicato sul sito web TED <https://ted.europa.eu/>, sezione *Avviso volontario per la trasparenza ex ante* (Direttiva 2014/24/CE) e sul profilo committente di quest'ARNAS Garibaldi, Sezione *“Per il fornitore – Avvisi e bandi di gara”*.

**Per eventuali informazioni di natura tecnica contattare:**

- Il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo Pasquale - tel. 0957594876 - mail: [pcasillo@arnasgaribaldi.it](mailto:pcasillo@arnasgaribaldi.it) – [sia@arnasgaribaldi.it](mailto:sia@arnasgaribaldi.it).

**Per eventuali informazioni di natura amministrativa contattare:**


- La Dott.ssa Maria Claudia Asaro, Collaboratore Amministrativo presso UOC Provveditorato ed Economato – e.mail: [masaro@arnasgaribaldi.it](mailto:masaro@arnasgaribaldi.it)– tel. 0957594089.

L'istruttore


Il Collaboratore Amministrativo

Settore Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Maria Claudia Asaro



Il Dirigente Responsabile dell'UOC  
Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Valentina Russo



DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	FABBISOGNI 12 MESI
Cartuccia soluzione comprendente i relativi controlli di qualità	W0201040185	40
Cassetta sensori multicampione adattabile con campionamento unico per l'esecuzione di tutto il pannello analitico richiesta	W0201040185	40
Capillare per raccolta ematica da 100µL con tappini ed ancorrette inclusi	W0501010203	10.000
Carta Tecnica		480

**TOTALE IMPORTO**

**DESCRIZIONE TECNICA EMOGASANALIZZATORE**

Fornitura in service di EMOGASANALIZZATORE nuovo ed a Tecnologia con cartuccia multitest per la determinazione dei seguenti parametri: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, sO<sub>2</sub>, tHb, HHb, COHb, O<sub>2</sub>Hb, Methb, Bil. Tot. Nat, K+, Ca++, Cl-, Glucosio, Lattati, Osmolarità /osmolarità, Hct, con capacità di analizzare, fornendo risultati affidabili almeno di 19 parametri di emogas, elettroliti, metaboliti e CO-Ossimetria utilizzando un volume di campione ridotto per le determinazioni contemporanee di tutti i parametri richiesti con un range che va da di 60 µL a 95 µL di sangue con siringa o capillare. Capacità di analizzare con 40 µL di sangue bilirubina quantitativa e emoglobina fetale. Dispositivo medico elettromedicale classificato CE93/42 e/0745/2017. Garanzia e manutenzione "Full Risk" almeno 12 mesi, ai sensi della regola dell'arte coerentemente ai requisiti essenziali di sicurezza. Dispositivo dotato di middleware/sistema proprietario di integrazione per interfacciamento a cartella clinica elettronica, secondo gli attuali protocolli di comunicazione certificati (HL7, FHIR...)

**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI**

(HL7, FHIR...)

1. Determinazione dei seguenti parametri: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, sO<sub>2</sub>, tHbs HHb, COHb, O<sub>2</sub>Hb, Bil. Tot. Nat, K+, Ca++, Cl-, Glucosio, Lattati, osmolarità/osmolarità, Hct.
2. Contenitore di raccolta rifiuti refuli sigillato.
3. Strumento esente da manutenzione (esclusa la sostituzione delle cartucce e della carta) a carico dell'operatore, totale assenza di elettrodi singoli
4. Esclusione automatica dei parametri che non abbiano superato il controllo di qualità.
5. Stampante incorporata.
6. Gestione completamente automatica del controllo di qualità.
7. Nessun utilizzo di bombole per la calibrazione dei gas.
8. Tutti gli Elettrodi /sensori a bordo dello strumento devono essere interni ad unica cartuccia: non sono ammessi sistemi che prevedono sostituzioni dei singoli elettrodi e/o sensori.
9. Campionamento da siringhe e da capillari, fiale
10. Compatibilità degli analizzatori per emogasanalisi decentrati.
11. Visione da remoto degli analizzatori con protocollo 1-1L7 O ASTM.
12. Nessuna presenza di aghi o sonde acuminato nell'area di alloggiamento, e di gestione dei consumabili.
13. Batteria tampone interna o gruppo di continuità esterno dedicato.
14. Stabilità a bordo dei consumabili non inferiore ai 14 giorni.
15. Numero massimo di 3 consumabili a bordo, escludendo la carta

Catania, 26.06.2025

Direttore UOC TIN-Neonatalogia

*Lucia Gabriella Tusa*

Azienda Ospedaliera  
**"GARIBOLDI" CATANIA**  
 U.O. NEONATOLOGIA - UTIN  
 Direttore: Dott.ssa L. Gabriella Tusa  
 Cod. ENPAM 30013136N - O.d.M. CT 9034