

REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 167

**Oggetto:** Indagine di mercato per la fornitura di un sistema di Chirurgia Robotica. Presa d'atto delle risultanze della verifica di conformità svolte da apposita Commissione e avvio delle susseguenti procedure finalizzate all' eventuale affidamento della fornitura.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>SETTORE PROVVEDITORATO</b></p> <p><b>Bilancio 2015</b><br/>Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p> | <p><b>Seduta del giorno 19 MAR. 2015</b><br/><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda<br/>Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b><br/><b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b><br/>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo<br/>Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario<br/>Dott. Giuseppe Giammanco</p> |
| <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b><br/>Visto:<br/>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>   |   |
| <p>Lista di liquidazione n°</p>  | <p>Con l'assistenza, quale Segretario della <u>Dott.ssa G. Bonanno</u></p> <p><i>Dott. ss. Michele Di Marco</i></p>   |
| <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b><br/>(Dott. Gianluca Roccella)</p>  | <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>  |
| <p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Proposta redatta da:<br/>Il Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato<br/>(Dott. Salvatore Torrisi )</p> <p><i>[Signature]</i></p>   |   |

**Premesso:**

- che con delibera 463 del 23.12.2014 questa Amministrazione ha autorizzato l'avvio di una indagine di mercato finalizzata alla verifica della quantità e qualità dei sistemi robotizzati per la chirurgia robotica da utilizzare nell'ambito della attività operatoria di alcune branche specialistiche quali : Chirurgia Generale , Endocrina e Toracica , Epatica , della Milza , del Pancreas , Urologica , Ginecologica , Otorino , Bariatrica e Pediatrica ;
- Che con la suindicata deliberazione è stato previsto di pubblicare un avviso con cui richiedere ai potenziali concorrenti di presentare la documentazione tecnica attestante il possesso di sistemi di chirurgia robotica dotati delle le seguenti funzioni :
  - **Consolle chirurgica di controllo dotata di :**
    - Visore stereo 3D
    - Sistema di comando a controllo manuale dx e sx per il completo controllo degli strumenti e degli endoscopi ;
    - Touchpad per il settaggio delle impostazioni di sistema ;
    - Possibilità di definire delle impostazioni predefinite per i diversi utenti ;
    - Pedaliera di comando per la gestione di strumenti , endoscopio e generatore ;
    - Predisposizione per consolle ausiliaria ;
  - **Carrello paziente dotato di :**
    - Carrello motorizzato
    - N. 4 bracci operativi per la gestione di strumenti e telecamera . I bracci devono permettere l'associazione di qualsiasi strumento senza limitazione alcuna ;
    - Sistemi di controllo del posizionamento che garantiscano un agevole e sicuro posizionamento ;
    - Touchpad di selezione della tipologia di procedura e setting delle braccia ;
    - Il carrello deve essere movimentato con sistema motorizzato e devono essere presenti sistemi di controllo del posizionamento che garantiscano un agevole e sicuro posizionamento ;
    - Monitor touchscreen da almeno 24"ad alta risoluzione ;
    - Unità elettrochirurgia integrata;
    - Video processore ;
    - Insufflatore
  - **Varie :**
    - La consolle chirurgica ed il carrello paziente dovranno essere collegati al carrello visione mediante cavi in fibra ottica con connettori che garantiscano la massima flessibilità e permettano un rapido set-up del sistema ;
    - Il sistema deve essere in grado di gestire l'imaging a fluorescenza ;
    - Possesso di sistema di simulazione per la chirurgia virtuale per permettere l'addestramento alla tecnica di nuovi chirurghi ;
    - Devono essere elencati tutti gli accessori pluriuso necessari alla esecuzione di due interventi senza attendere i tempi di riprocessazione degli strumenti
    - Devono essere elencati tutti gli accessori monouso necessari all'utilizzo del sistema ;

- Devono essere elencati tutti i cavi connettori necessari al collegamento degli strumenti operativi;
- Devono essere elencate tutte le opere murarie ed elettriche e le precondizioni strutturali necessarie per l'utilizzo del sistema ;
- Deve essere in uso presso almeno una struttura sanitaria pubblica o privata di ambito europeo >>;

**Che il suindicato** avviso veniva pubblicato in data 23.12.2014 sulla pagina "bando di Gara e Capitolati d'appalto " del sito web aziendale all'identificativo 0000007274 , nonché pubblicato sul quotidiano "LA Repubblica " del 3.01.2015 , "Sole24ore " del 3.01.2015 e su "La Sicilia " del 31.12.2014 ;

**Che con** il suindicato avviso veniva altresì previsto quanto segue : << *LE SOCIETA' CHE RITERRANNO DI COMMERCIALIZZARE PRODOTTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA RICHIESTA E CON LE SUINDICATE FUNZIONI MINIME POTRANNO FAR PERVENIRE* , per posta elettronica certificata al seguente indirizzo [provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it) ovvero in plico chiuso recante la indicazione "documenti valutativi indagine di mercato sistema di chirurgia robotica " al protocollo generale sito in Piazza Santa Maria di Gesù 5/7 95123 Catania , ENTRO E NON OLTRE le ore 10,00 del giorno 24.01.2015 quanto segue :

1. *Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche possedute dal sistema di chirurgia robotica commercializzato o prodotto , con indicazione del numero e luogo delle installazioni in suo presso strutture sanitarie pubbliche o private di ambito europeo ( almeno 1 )*

2. *Schede tecniche dimostrative delle caratteristiche possedute dal sistema commercializzato rispetto alla richiesta di questa ARNAS Garibaldi ;*

*La valutazione tecnica dell'ARNAS Garibaldi sul sistema offerto verrà espressa in termini di conformità o non conformità>>.*

**Considerato** che entro il termine fissato del 24.01.2015 sono pervenute, per posta elettronica certificata , le documentazioni delle ditte :

- ABMEDICA n° prot. 0000577 del 16.01.2015
- SOFAR n° prot. 0000945 del 23.01.2015

**Che con deliberazione n° 61 del 28.01.2015** veniva costituita una specifica Commissione Scientifica , delegata al compito di vagliare la documentazione prodotta dalle società propositesi e per verificare il possesso o meno , da parte delle apparecchiature proposte , delle funzioni richieste nell'avviso pubblicato composta come appresso:

1. Dott. Giuseppe Giammanco ...Presidente
2. Dott. Diego Piazza ...Componente
3. Dott. Giorgio Giannone ..componente
4. Dott. Enrico Potenza ..componente
5. Dott. Sebastiano Cacciaguerra ..componente

6 . Ing. Salvatore Marchese .....componente

**Che** con nota prot. 1319/DSA del 13.03.2015 ,allegata , la Direzione Sanitaria Aziendale ha trasmesso i Verbali della Commissione Scientifica nominata con deliberazione 61/2015 ;

**Che** dal Verbale redatto dalla citata Commissione nelle sedute del 12,26 Febbraio e 12 Marzo 2015 si evince come la stessa abbia ritenuto , sulla base del mandato assegnato con la citata deliberazione 61/2015 , sulla scorta della documentazione prodotta dalle aziende risultate avere presentato interesse di vendita e delle valutazioni riassunte nei Verbali n° 1,2 e 3 , di ritenere :

📁 ① **Ditta SOFAR** : La tecnologia offerta **NON RISPONDE** a tutte le funzioni richieste dall'ARNAS Garibaldi con deliberazione 463/2014 per le motivazioni riportate nel dettaglio dei suindicati Verbali ;

📄 ① **Ditta ABMEDICA**: La tecnologia offerta **RISPONDE** a tutte le funzioni richieste dall'ARNAS Garibaldi con deliberazione 463/2014 per le motivazioni riportate nel dettaglio dei suindicati Verbali ;

**Che conseguentemente** occorre prendere atto che, sulla base della suindicata valutazione scientifica effettuata , l'unico sistema di chirurgia robotizzata in possesso delle funzioni indicate nella deliberazione 463 del 23.12.2015 risulta essere quello proposto dalla ditta ABMEDICA giusta documentazione acquisita al numero di protocollo ARNAS 731 del 20.01.2015 e segnatamente il modello denominato "SISTEMA ROBOTICO DA VINCI Xi IS4000" codice prodotto 111/IS4000 CND Z12020101 RDM 1162550/R;

**Che pertanto** , alla luce e sulla base delle risultanze della Indagine di mercato svolta , si ritiene legittimo autorizzare l'avvio, ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/06 e smi , di una Procedura negoziata con la ditta ABMEDICA e finalizzata alla acquisizione di un sistema di Chirurgia Robotica denominato "SISTEMA ROBOTICO DA VINCI Xi IS4000" codice prodotto 111/IS4000 CND Z12020101 RDM 1162550/R;

Su istruttoria del Settore Provveditorato che con la sottoscrizione della presente proposta ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale

**Sentito il parere** del Direttore Sanitario ed Amministrativo

### ***DELIBERA***

**Per i motivi in premessa citati**, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Dare atto che :

- Con deliberazione 463 del 23.12.2014 questa Amministrazione ha autorizzato l'avvio di una indagine di mercato finalizzata alla verifica della quantità e qualità dei sistemi robotizzati per la chirurgia robotica da utilizzare nell'ambito della attività operatoria di alcune branche specialistiche quali : Chirurgia Generale , Endocrina e Toracica , Epatica , della Milza , del Pancreas , Urologica , Ginecologica , Otorino , Bariatrica e Pediatrica ;
- **Che il suindicato** avviso veniva pubblicato in data 23.12.2014 sulla pagina "bando di Gara e Capitolati d'appalto " del sito web aziendale all'identificativo 0000007274 , nonché pubblicato sul quotidiano "LA Repubblica " del 3.01.2015 , "Sole24ore " del 3.01.2015 e su "La Sicilia " del

31.12.2014 e non anche sul sito dell'Assessorato Regionale della Salute in quanto non rientrante , per tipologia ed importo , tra le fattispecie indicate nella Circolare prot. 41696/2014;

- Che entro il termine fissato del 24.01.2015 sono pervenute, per posta elettronica certificata , le documentazioni delle ditte :
  - ABMEDICA n° prot. 0000577 del 16.01.2015
  - SOFAR n° prot. 0000945 del 23.01.2015
- **Che** con deliberazione n° 61 del 28.01.2015 veniva costituita una specifica Commissione Scientifica , delegata al vaglio della documentazione prodotta dalle società propositi e per verificare il possesso o meno , da parte delle apparecchiature proposte , delle funzioni richieste nell'avviso pubblicato con onere di esprimersi in termini di conformità o meno alla richiesta formulata ;
- **Che** con nota prot. 1319/DSA del 13.03.2015 ,allegata , la Direzione Sanitaria Aziendale ha trasmesso i Verbali della Commissione Scientifica nominata con deliberazione 61/2015 ;
- **Che** dal Verbale redatto dalla citata Commissione nelle sedute del 12,26 Febbraio e 12 Marzo 2015 si evince come la stessa abbia ritenuto , sulla base del mandato assegnato con la citata deliberazione 61/2015 , sulla scorta della documentazione prodotta dalle aziende risultate avere presentato interesse di vendita e delle valutazioni riassunte nei Verbali n° 1,2 e 3 , allegati al presente atto per farne parte integrante , di ritenere quanto segue :
  - **OFFERTA DITTA SOFAR..NON CONFORME** : in quanto la tecnologia offerta NON RISPONDE a tutte le funzioni richieste dall'ARNAS Garibaldi con deliberazione 463/2014 per le motivazioni riportate nel dettaglio dei suindicati Verbali ;
  - **Offerta della ditta ABMEDICA ..CONFORME** :in quanto la tecnologia offerta RISPONDE a tutte le funzioni richieste dall'ARNAS Garibaldi con deliberazione 463/2014 per le motivazioni riportate nel dettaglio dei suindicati Verbali ;

**Stabilire pertanto**, alla luce della suindicata valutazione scientifica effettuata , di prendere atto che l'unico sistema di chirurgia robotizzata in possesso delle funzioni indicate nella deliberazione 463 del 23.12.2015 risulta essere quello proposto dalla ditta ABMEDICA giusta documentazione acquisita al numero di protocollo ARNAS 731 del 20.01.2015 e segnatamente il modello denominato "SISTEMA ROBOTICO DA VINCI Xi IS4000" codice prodotto 111/IS4000 CND Z12020101 RDM 1162550/R di produzione INTUITIVE ;

**Stabilire**, alla luce e sulla base delle risultanze della Indagine di mercato svolta , di potere legittimamente autorizzare l'avvio, ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/06 e smi , di una Procedura Negoziata con la ditta ABMEDICA e finalizzata alla acquisizione di un sistema di Chirurgia Robotica denominato "SISTEMA ROBOTICO DA VINCI Xi IS4000" codice prodotto 111/IS4000 CND Z12020101 RDM 1162550/R richiedendo alla ditta in questione , oltre alle dichiarazioni di rito, la seguente ulteriore documentazione in uno alla indicazione della composizione di vendita offerta ;

- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 degli ultimi 5 prezzi di vendita di omologhi sistemi SISTEMA ROBOTICI DA VINCI modello Xi IS4000 presso Strutture sanitarie pubbliche o private di ambito nazionale *(oltre a quelle eventualmente vendute in periodi diversi in ambito Regionale)* ;
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 delle funzioni e dei relativi brevetti posseduti dal sistema robotico offerto *(con eventuale indicazione del numero del brevetto)*
- Dettaglio del materiale di consumo "dedicato "necessario per il funzionamento del sistema offerto con indicazione delle 5 Aziende Sanitarie pubbliche o private

risultate essere nell'anno 2014 le maggiori ordinatrici di tali prodotti ( per volume complessivo) e con indicazione del dettaglio dei prodotti forniti in uno al codice ordinato e prezzo praticato sia a quelle aziende che all'ARNAS Garibaldi ;

- Dettaglio del materiale di consumo "dedicato "necessario per il funzionamento del sistema offerto , con indicazione delle Aziende Sanitarie pubbliche o private in ambito regionale presso cui è stata effettuata la vendita e con indicazione del dettaglio dei prodotti forniti in uno al codice ordinato e prezzo praticato sia a quelle aziende che all'ARNAS Garibaldi ;
- Indicazione del costo annuo della manutenzione successivi ai 12 mesi ordinari che si è eventualmente disponibili a praticare ed indicazione dei medesimi canoni praticati in ambito regionale ;

**Stabilire** di trasmettere per PEC copia del Verbale della Commissione Giudicatrice alla ditta SOFAR giudicata non conforme ;


**Stabilire** di condizionare la adozione della eventuale successiva delibera di affidamento della fornitura in favore della ABmedica alla verifica della regolarità della documentazione prodotta ;

**Stabilire come** condizione risolutiva espressa della presente procedura e dei successivi adempimenti definitivi l'esito positivo del programma di valutazione in ambito HTA regionale già avviato con nota prot 14313/2014 e 14652/2014 e smi.

**Stante la** necessità di procedere al completamento delle attività propedeutiche a tale autorizzazione si ritiene di munire la presente della clausola di immediata esecuzione.


**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Giorgio Giulio Santonocito**




**Il Direttore Sanitario**

**(dott. Giuseppe Giammanco)**



**Il Direttore Amministrativo**

**(dott. Giovanni Annino)**



**Il Segretario**

**(Coll. Amm.vo Salvatore Ledda)**

*Dott. s. Rebecca Duprè*