

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 858

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura di gara attraverso R.d.o. N. 1192435 sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (Mepa) per l'acquisto di n. 4 Cappette per Ossigenoterapia U.O.C. di Neonatologia P.O. Garibaldi Nesima.

SETTORE PROVVEDITORATO Bilancio 2016 Aut. - 121 <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno 16 NOV. 2016 Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li	Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del
L' addetto alla verifica della compatibilità economica	Direttore Sanitario Dott. ssa Anna Rita Mattaliano
Lista di liquidazione n°	Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)	
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Dott. Calaciura Ottaviano Il Responsabile del procedimento Il Capo Settore Provveditorato f.f. Dott.ssa Ersilia Rigo	ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che:

con delibera n. 281 del 14/04/2016 è stata indetta procedura di gara sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Consip/Mepa RDO n. 1192435;

Atteso che occorre approvare l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1192435;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute;
- Classifica della gara;
- Verbale di conformità tecnica del 27/06/2016

Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Che pertanto è risultata essere provvisoriamente aggiudicataria la ditta Ginevri per un importo di Euro 1640,00 Iva esclusa;

che è in corso la procedura di accertamento post gara ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 313/2002;

Ritenuto di approvare gli esiti di gara MEPA aggiudicando definitivamente la fornitura di che trattasi in favore delle ditte sopra menzionate con riserva di revoca qualora gli accertamenti post gara risultassero positivi;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Approvare le risultanze di gara M.E.P.A. RDO n. 1192435, giusto riepilogo, classifica di gara e Verbale di conformità tecnica redatto in data 27/06/2016, dichiarando aggiudicataria definitiva la ditta Ginevri per un importo di Euro 1640,00 Iva esclusa;

Riservarsi di revocare l'aggiudicazione discendente dal presente atto nell'ipotesi di esito positivo degli accertamenti post gara.

Stabilire di trarre le somme per un importo Complessivo di € 2000,80 Iva inclusa, necessaria alla fornitura di che trattasi attingendo dalle assegnazioni di cui all'autorizzazione n. 104 sul 3 budget 2016 Conto Economico 20001000064.


Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)




Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)



Dati generali della procedura

Numero RDO:	1192435
Descrizione RDO:	Cappette per ossigenoterapia
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	UFU4J3 Ersilia Raggi
Data e ora inizio presentazione offerte:	26/04/2016 16:22
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	12/05/2016 11:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	06/05/2016 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	12/11/2016 11:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	CAPPETTE PER
----------------------------	--------------

	OSSIGENOTERAPIA
CIG	ZBB1981267
CUP	
Dati di consegna	Via palermo, 636 cataniaCatania - 95122 (CT)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza santa maria del gesù n.5Catania - 95123 (CT)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	1680,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	CAPPETTE PER OSSIGENOTERAPIA
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	CUPOLETTE PER OSSIGENOTERAPIA
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	Sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
6	Latex free	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
7	Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	CUPOLETTE PER OSSIGENOTERAPIA NEONATALE
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per
-------------	-------	----------------	--------------------	--------------	---------------------

					operatori riuniti
AUTODICHIARAZIONE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
LETTERA INVITO/CAPITOLATO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA SENZA PREZZO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
CAPITOLATO SCHEDE TECNICHE	CAPPETTE PER OSSIGENOTERAPIA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA	CAPPETTE PER OSSIGENOTERAPIA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	CAPPETTE PER OSSIGENOTERAPIA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1192435
Descrizione RDO:	Cappette per ossigenoterapia
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	UFU4J3
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ersilia Raggi
Data e ora inizio presentazione offerte:	26/04/2016 16:22
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	12/05/2016 11:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	06/05/2016 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	12/11/2016 11:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 CAPPETTE PER OSSIGENOTERAPIA

CIG	ZBB1981267
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	CAPPETTE PER OSSIGENOTERAPIA/4/
Importo totale a base d'asta	1680,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	HALSA SRL	Singola	03014960870	11/05/2016 11:28
2	GINEVRI	Singola	03565511007	10/05/2016 12:22

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	13/05/2016 09:46:24	17/05/2016 14:53:39

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	LETTERA INVITO/CAPITOLATO		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		OFFERTA SENZA PREZZO		AUTODICHIARAZIONE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
HALSA SRL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GINEVRI	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	17/05/2016 14:53:47	02/08/2016 09:25:48

Concorrente	CAPITOLATO SCHEDE TECNICHE	
	Valutazione	Note
HALSA SRL	NON Approvato	nessuna
GINEVRI	Approvato	nessuna


ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	02/08/2016 09:25:59	09/08/2016 11:16:20

Concorrente	OFFERTA ECONOMICA		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
HALSA SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
GINEVRI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
GINEVRI	1640,00
HALSA SRL	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Gara MEPA n. 1192435 "CAPPETTE PER OSSIGENOTERAPIA

VERBALE DI CONFORMITA' DELLA PROCEDURA di ACQUISTO DI CAPPETTE PER OSSIGENOTERAPIA

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 10,30 presso i locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi sono presenti:

la Dott.ssa G-TINA –

la Dott.ssa L TERRANOVA

la Dott.ssa G. SCANDURRA

nominati giusta nota DG n.283 del 23.05.2016, per procedere al riscontro della conformità dei prodotti proposti dalle ditte sotto indicate alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato tecnico adottato con verbale di deliberazione n. 281/2016.

A seguito di richiesta chiarimenti della ditta Ginevri pervenuta con e mail del 02.05.2016 con prot. n. 2032 del 3.05.2016 con la quale la ditta chiede se possono essere accettate cappette in plexiglass rotonde e del relativo chiarimento formulato dal responsabile dell'UO di Neonatologia con nota n. 2027 del 3.05.2016 nel quale è stato espressamente dichiarato che le cappette in plexiglass trasparente rotonde di diametro 20 e 24 con tetto apribile sono da preferire in quanto, per la superficie senza angoli, piu' facilmente disinfettabile e meno soggette ad infezione;

il chiarimento è stato pubblicato in data 03.05.2016 e che tale comunicato è risultato visibile a tutte le ditte interessate .

La commissione esamina le schede pervenute dalle ditte Hals a e Ginevri rilevando quanto segue:

la ditta Hals a offre cappette a base quadrata di dimensioni non conformi e cappette a base ovoidale di dimensioni **non conformi**;

la ditta Ginevri offre cappette quadrate di dimensioni **non conformi** e cappette a base rotonda di dimensioni **conformi** a quanto specificato nel sopracitato chiarimento.

Dalla relazione descrittiva della ditta Ginevri si evince che la capetta è in plastica trasparente.

La commissione reputa oportuno richiedere alla ditta cosa intende per "plastica trasparente" considerato che le cappette sono richieste in plexiglass.

Richiede inoltre alla ditta di fornire come richiesto la scheda tecnica corredata dal certificato del marchio CE e l'organismo che ha rilasciato tale certificazione.

Si procederà a richiedere opportuni chiarimenti in merito .

Del che è stato redatto il seguente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

Dott.ssa G. Tina

Dott.ssa Terranova

Dott.ssa Scandurra