

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 85
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura MEPA-RDO n. 1304256, Acquisto di n.4
 Cardiotocografi destinati al dipartimento materno infantile P.O. Garibaldi Nesima;

SETTORE PROVVEDITORATO	Seduta del giorno 30 GEN 2017
Bilancio 2017	Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania
Aut. - 860	
C.E.	
Reg.to al n.	
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Per l'Ufficio Riscontro.....	Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009
Il Responsabile del Settore	
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	Con la presenza del:
Visto:	Direttore Amministrativo
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget	Dott. Giovanni Annino
Li	e del
L' addetto alla verifica della compatibilità economica	Direttore Sanitario
Lista di liquidazione n°	Dott. ssa Anna Rita Mattaliano
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario del
Settore Provveditorato	Sig. Salvatore Ledda
Il Responsabile dell'Istruttoria Dott. Calaciura Ottaviano	ha adottato la seguente deliberazione
Il Responsabile del procedimento Il Capo Settore Provveditorato f.f. Dott.ssa Ersilia Riggio	

Premesso che:

- Con nota prot. n. 18/UOC del 15/01/2016 il responsabile del Dipartimento Materno Infantile ha fatto pervenire, su modulo di acquisto, la richiesta di n. 5 Cardiotocografi con apposite firme autorizzative Direzionali;

Che con nota prot. n. 1859 del 22/04/2016 si è chiesto parere tecnico all'ingegneria clinica, riscontato con prot. n. AOGSCT-047/01 del 12/05/2016 (n.s prot. n. 2199 del 12/05/2016) ove sono state riportate n. due schede tecniche contenenti caratteristiche minime, con i relativi prezzi indicativi da utilizzare a base d'asta;

Considerato che, dalla indicazione dei prezzi unitari a base d'asta veniva prevista una spesa contenuta ed in quanto tale rientrante nel sotto soglia comunitaria, nonché in ragione della necessità non più procrastinabile dell'acquisizione delle attrezzature di che trattasi (spese da sostenere con risorse PSN 2014), si è proceduto ad avviare gara sul Mercato elettronico senza previa indizione;

Che pertanto in data 04/08/2016 è stata pubblicata la gara sul Mercato elettronico RDO n. 1304256, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso con un importo complessivo a base d'asta di Euro 82.000,00;

Che alla scadenza di presentazione delle offerte (23/08/2016) sono pervenute n. due offerte delle Ditte Ultramed S.r.l. e Formedical S.r.l.;

Atteso che occorre approvare l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1304256;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
- Classifica della gara
- Verbale di conformità tecnica del 20/12/2016

Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Che pertanto è risultata essere provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Formedical CO. S.r.l. con sede in ROMA in via Giulio Vincenzo Bona, 133 C.F. 08230401005 per un Importo complessivo di Euro 68.250,00 iva esclusa;

Vista la nota prot. 29/UOC del 16/01/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Materno infantile ha richiesto *"....la riduzione a n. 4 apparecchi per monitoraggio fetale (di cui n. 2 dotati di telemetria ed immersione acqua) al fine di poter ultimare le apparecchiature mancanti in linea all'evoluzione tecnologica degli strumenti per il monitoraggio del benessere fetale ante ed intrapartale"*;

Vista la lettera invito/capitolato sottoscritta in ogni sua pagina dalla Ditta aggiudicataria, che al punto D) comma 2, lett. c, testualmente recita: *"...E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania , a suo insindacabile giudizio: di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui al combinato disposto dell'art 11 del R.D. Del 18/11/1923 n. 2440 e dell'art 120 R. D. 23/5/1924 n. 827).*

Che pertanto occorre avvalersi della facoltà di riduzione di cui alla suddetta clausola contrattuale, procedendo all'acquisizione di n. 4 Cardiotocografi e pervenendo all'affidamento della fornitura in favore dell'aggiudicataria di che trattasi, per un importo contrattuale complessivo di Euro 58.250,00 iva esclusa;

Che è in corso la procedura di accertamento post gara ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 313/2002;

Ritenuto di approvare gli esiti di gara MEPA aggiudicando definitivamente la fornitura di che trattasi in favore alla Ditta sopra menzionata con riserva di revoca qualora gli accertamenti post gara risultassero positivi;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Approvare l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1304256;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
- Classifica della gara
- Verbale di conformità tecnica del 20/12/2016

Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


Aggiudicare la fornitura di n. 4 Cardiotocografi alla Ditta Formedical CO. S.r.l. con sede in ROMA in via Giulio Vincenzo Bona,133 C.F. 08230401005 per un Importo complessivo (applicato il quinto d'obbligo in diminuzione) di Euro 58.250,00 iva esclusa;

Riservarsi di revocare l'aggiudicazione discendente dal presente atto nell'ipotesi di esito positivo degli accertamenti post gara.

Stabilire di trarre le somme per un importo Complessivo di €71.065.00 Iva inclusa, necessarie alla fornitura di che trattasi attingendo dalle assegnazioni PSN 2014 di cui all'autorizzazione n. 800 sub. 7 budget 2017 Conto Economico 01002000400 "Attrezzature Sanitarie.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività onde definire l'iter procedurale avviato in urgenza, dovendo attingere dai fondi regionali PSN 2014 per i quali occorre rendicontare all'Organo erogante.


Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo dell'Azienda, il giorno _____
e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1304256
Descrizione RDO:	Cardiotocografi
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	UFU4J3
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ersilia Raggi
Data e ora inizio presentazione offerte:	04/08/2016 11:38
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	23/08/2016 11:30
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	10/08/2016 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	23/02/2017 11:30
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 CARDIOTOCOGRIFO

CIG	6775129551
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Cardiotocografi/5/
Importo totale a base d'asta	82000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	ULTRAMED S.R.L.	Singola	02732230871	18/08/2016 11:45
2	FORMEDICAL CO. SRL	Singola	08230401005	23/08/2016 11:14

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	24/08/2016 11:54:20	25/08/2016 08:58:08

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		LETTERA INVITO		AUTODICHIARAZIONE		OFFERTA SENZA PREZZO	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ULTRAMED S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FORMEDICAL CO. SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	25/08/2016 08:58:14	23/12/2016 13:55:38

Concorrente	CAPITOLATO TECNICO	
	Valutazione	Note
ULTRAMED S.R.L.	NON Approvato	nessuna
FORMEDICAL CO. SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	23/12/2016 13:56:08	23/12/2016 13:57:01

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		OFFERTA ECONOMICA	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ULTRAMED S.R.L.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
FORMEDICAL CO. SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
FORMEDICAL CO. SRL	68250,00
ULTRAMED S.R.L.	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

acquistinretepa.it

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1304256
Descrizione RDO:	Cardiotocografi
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	UFU4J3
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ersilia Raggi
Data e ora inizio presentazione offerte:	04/08/2016 11:38
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	23/08/2016 11:30
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	10/08/2016 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	23/02/2017 11:30
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	CARDIOTOCOGRFO
CIG	6775129551

CUP	
Dati di consegna	Via palermo, 636 cataniaCatania - 95122 (CT)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza santa maria del gesù n.5Catania - 95123 (CT)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	82000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Cardiotocografi
Quantita'	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del cardiotocografo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monitor Materno/Fetale Modello 259CX con Nellcor MSpO2
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Gemellare
5	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
AUTODICHIARAZIONE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
LETTERA INVITO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA SENZA PREZZO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
CAPITOLATO TECNICO	CARDIOTOCOGRFO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA	CARDIOTOCOGRFO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	CARDIOTOCOGRFO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

REGIONE SICILIANA A.R.N.A. "G. GARIBOLDI" CATANIA SETTORE PROV. / CO. DENOMINATO
21 DIC. 2016
Prot. N° 5604
ARRIVO



AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
"GARIBOLDI" - CATANIA

OGGETTO: Verbale di conformità tecnica RDO n. 1304256 "Cardiotocografi"

VERBALE DI VERIFICA CONFORMITA' TECNICA

Il giorno 20 del mese di dicembre del 2016, alle ore 12,30 si è riunita la commissione tecnica, composta dal Prof. G. Ettore, Dr. S. Gullotta e la D.ssa. G. Torrisi, nominata con disposizione prot.n. 458 del 26/08/2016 per la verifica della documentazione tecnica della gara/RDO Mepa di cui in oggetto, pervenendo alle seguenti valutazioni:

A) Ditta Formedical co srl:

Pronto soccorso e reparto Ostetricia: Il Monitor Fetale modello Avalon FM 30, prodotto dalla Ditta Philips ha caratteristiche tecniche e funzionali rispondenti al CSA;

Sala Parto: Il Monitor Fetale modello Avalon FM 30 e il sistema di telemetria Modello Avalon CL CordLess, prodotto dalla Ditta Philips ha caratteristiche tecniche e funzionali rispondenti al CSA;

L'offerta in questione è pertanto da ritenersi conforme.

B) Ditta Ultramed srl:

Pronto soccorso e reparto Ostetricia: Il Monitor Fetale modello Corometrics 259CX, prodotto dalla Ditta GE non ha caratteristiche tecniche e funzionali rispondenti al CSA;

Sala Parto: Il Monitor Fetale modello Corometrics 259CX e il sistema di telemetria denominato MiniTelemetry, prodotto dalla Ditta GE non ha caratteristiche tecniche e funzionali rispondenti al CSA;

Infatti per entrambe gli impieghi era previsto il funzionamento, oltre che ad alimentazione di rete, anche attraverso batteria interna con durata non inferiore a due ore, l'offerente in questione propone l'uso di un UPS esterno, dalla cui scheda tecnica non è inoltre direttamente desumibile la durata, che non può essere ritenuto equivalente a quanto richiesto nel CSA perché non garantisce la medesima ergonomia garantita del sistema con batteria integrata

L'offerta in questione è pertanto da ritenersi non conforme.

La commissione in data odierna rende ufficiale la conformità tecnica dei prodotti offerti dalla Ditta sopra elencate per la gara in oggetto.

I componenti della commissione:

Prof. G. Ettore

Dott.ssa G. Torrisi

Dr. S. Gullotta

[Handwritten signatures of Prof. G. Ettore, Dott.ssa G. Torrisi, and Dr. S. Gullotta]