

REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
 Catania

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 88**

**OGGETTO:** Aggiudicazione definitiva procedura MEPA-RDO n. 1414595, Acquisto di un sistema per isteroscopia destinato per l'attività di Procreazione Medicalmente Assistita;

<p><b>SETTORE PROVVEDITORATO</b></p> <p><b>Bilancio 2017</b>  <b>Aut. - 860</b></p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p> <hr/> <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b>          (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile dell'istruttoria</b>          Dott. Calaciura Ottaviano</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del procedimento</b>  <b>Il Capo Settore Provveditorato f.f.</b>          Dott.ssa Ersilia Riggi</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p><b>Seduta del giorno 30 GEN. 2017</b></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda          Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;"><b>IL DIRETTORE GENERALE</b>  <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente          della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno          2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo          Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario          Dott. ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del</p> <p><b>Sig. Salvatore Ledda</b></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Premesso che:**

- Con nota (n.s prot. n.899 del 01/03/2016) il responsabile del Dipartimento Materno Infantile ha richiesto un sistema compatto per isteroscopia;

**Che** con nota prot. n. 5145 del 21/11/2016 il Direttore Generale ha autorizzato l'avvio, senza previo atto deliberativo di indizione, attesa l'urgenza dell'imminente apertura del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, di una procedura di gara tramite CONSIP/MEPA rdo n. 1414595, per l'acquisto di un sistema per isteroscopia;

**Che** in data 21/11/2016 è stata pubblicata la gara sul Mercato elettronico RDO n. 1414595, con un importo a base d'asta di Euro 43.000,00, ed alla scadenza (01/12/2016) è pervenuta unica offerta della Ditta C.Bua S.r.l.;

**Atteso che** occorre approvare l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1414595;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
- Classifica della gara
- Verbale di conformità tecnica del 23/12/2016

Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Che** pertanto è risultata essere provvisoriamente aggiudicataria la Ditta C.Bua S.r.l. con un Importo complessivo di Euro 42.990,02 iva esclusa;

**Che** è in corso la procedura di accertamento post gara ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 313/2002;

**Ritenuto** di approvare gli esiti di gara MEPA aggiudicando definitivamente la fornitura di che trattasi in favore alla Ditta sopra menzionata con riserva di revoca qualora gli accertamenti post gara risultassero positivi;

**Su proposta** del Capo Settore Provveditorato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

**Sentito** il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

## **D E L I B E R A**

**Approvare** l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1414595;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
- Classifica della gara
- Verbale di conformità tecnica del 23/12/2016

Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Dare atto** che è risultata essere provvisoriamente aggiudicataria la Ditta C.Bua S.r.l. con un importo complessivo di Euro 42.990,02;


**Approvare** definitivamente la fornitura di che trattasi in favore della Ditta suindicata;

**Riservarsi** di revocare l'aggiudicazione discendente dal presente atto nell'ipotesi di esito positivo degli accertamenti post gara.

**Stabilire di** trarre le somme per un importo Complessivo di € 52.447,83 Iva inclusa, necessarie alla fornitura di che trattasi attingendo dalle assegnazioni PSN 2014, di cui all'autorizzazione n.860 sub. 8 budget 2017 Conto Economico 01002000400 (Attrezzature sanitarie).

**Munire** la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività onde definire l'iter procedurale avviato in urgenza, vista l'imminente apertura del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita.

**Il Direttore Generale**  
( Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Giovanni Annino)



**Il Direttore Sanitario**  
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



**Il Segretario**  
(Sig. Salvatore Ledda)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo dell'Azienda, il giorno \_\_\_\_\_  
e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,  
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile  
\_\_\_\_\_

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1414595
<b>Descrizione RDO:</b>	Sistema per Isteroscopia
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
<b>Punto Ordinante</b>	ERSILIA RIGGI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	PGRF65
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Ersilia Riggi
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	21/11/2016 12:40
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	01/12/2016 11:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	28/11/2016 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	01/06/2017 11:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	1
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	SISTEMA PER ISTEROSCOPIA
<b>CIG</b>	6876969E55
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via palermo, 636 cataniaCatania - 95122 (CT)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione:Piazza santa maria del gesù n.5Catania - 95123 (CT)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo totale a base d'asta</b>	43000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Sistemi integrati per videoendoscopia
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del sistema integrato per videoendoscopia	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Sistema
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
7	* Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z12020401</li> <li>• Z12020402</li> <li>• Z12020403</li> <li>• Z12020404</li> <li>• Z12020405</li> <li>• Z12020406</li> <li>• Z12020480</li> <li>• Z12020499</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z12020580</li> <li>• Z12020680</li> <li>• Z12020880</li> <li>• Z12029080</li> <li>• Z12029099</li> <li>• Z129099</li> </ul>
8	* Fonte luminosa	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
9	* Tipo lampada	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• UHP</li> <li>• Alogenuro metallico</li> <li>• Alogena</li> <li>• Xenon</li> <li>• Laser</li> <li>• LED</li> </ul>
10	* Potenza lampada [W]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Fino a 100</li> <li>• da 101 a 150</li> <li>• da 151 a 200</li> <li>• da 251 a 300</li> <li>• oltre 300</li> </ul>
11	* Temperatura colore [K]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Fino a 2400</li> <li>• da 2401 a 2800</li> <li>• da 2801 a 5000</li> <li>• da 5001 a 7500</li> <li>• oltre 7501</li> </ul>
12	* Lampada emergenza	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
13	* Videoprocessore digitale	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
14	* Risoluzione [linee orizzontali]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da 501 a 539</li> <li>• NO</li> <li>• Fino a 400</li> <li>• da 401 a 500</li> <li>• da 540 a 599</li> <li>• da 600 a 720</li> <li>• oltre 721</li> </ul>

15	* Tastiera	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
16	* Bilanciamento bianco	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Automatico</li> <li>• Manuale</li> </ul>
17	* Regolazione colore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Automatico</li> <li>• Manuale</li> </ul>
18	* Regolazione contrasto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Automatico</li> <li>• Manuale</li> </ul>
19	* Regolazione luminosità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Automatico</li> <li>• Manuale</li> </ul>
20	* Sensibilità alla luce [lx]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• 0.001</li> <li>• 0.01</li> <li>• 0.1</li> <li>• 0.2</li> <li>• 0.3</li> <li>• 0.4</li> <li>• 0.5</li> <li>• 0.6</li> <li>• 0.7</li> <li>• 0.8</li> <li>• 0.9</li> <li>• 1.0</li> <li>• da 1.1 a 1.5</li> <li>• da 1.6 a 2.0</li> <li>• da 2.1 a 3.0</li> <li>• oltre 3.1</li> </ul>
21	* Ingressi/uscite disponibili (video processore)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• RGB</li> <li>• Scart</li> <li>• DVI</li> <li>• USB2</li> <li>• USB3</li> <li>• HDMI</li> </ul>
22	* Monitor video	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>

23	* Dimensioni [Inch]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24</li> <li>• 26</li> <li>• 29</li> <li>• 32</li> <li>• 40</li> <li>• 42</li> <li>• 46</li> <li>• NO</li> <li>• 17</li> <li>• 19</li> <li>• 21</li> </ul>
24	* Formato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• 4/3</li> <li>• 16/9</li> <li>• 16/10</li> <li>• 5/4</li> <li>• 25/16</li> </ul>
25	* Risoluzione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• 1980x1080p</li> <li>• 1980x1080i</li> <li>• 1280x1024</li> <li>• 1280x720P-HDTV</li> <li>• 1920x1200</li> <li>• 1024x768-XGA</li> <li>• 1152x864</li> <li>• 800x600</li> <li>• 768x576-PAL</li> <li>• 720x480-DV NTSC/VGA</li> <li>• 640x480</li> </ul>
26	* Standard	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• 480i</li> <li>• 480p</li> <li>• 520i</li> <li>• 520p</li> <li>• 720p</li> <li>• 1080i</li> <li>• 1080p</li> </ul>
27	* FPS [Hz]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> <li>• 25-30</li> <li>• 50-60</li> <li>• 100</li> <li>• 200</li> <li>• oltre 201</li> </ul>

28	* Ingressi disponibili (monitor)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• RGB</li> <li>• Scart</li> <li>• DVI</li> <li>• USB2</li> <li>• USB3</li> <li>• HDMI</li> </ul>
29	* Videoregistratore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
30	* Formati supportati	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• MPEG2</li> <li>• JPEG</li> <li>• AVI</li> <li>• MPEG4</li> <li>• AVIHD</li> </ul>
31	* Hard disk interno	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
32	* Slot per memorie solide	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• USB2</li> <li>• USB3</li> <li>• SD Card</li> </ul>
33	* Masterizzatore DVD	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
34	* Ingressi/uscite disponibili (videoregistratore)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• RGB</li> <li>• Scart</li> <li>• DVI</li> <li>• USB2</li> <li>• USB3</li> <li>• HDMI</li> </ul>
35	* Stampante fotografica	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
36	* Tipo stampa	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Colori</li> <li>• Bianco e Nero</li> </ul>
37	* Tipo carta	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Carta uso</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• fotocopie</li> <li>• Termica</li> <li>• Fotografica</li> </ul>
38	* Ingressi disponibili (stampante)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• RGB</li> <li>• Scart</li> <li>• DVI</li> <li>• USB2</li> <li>• USB3</li> <li>• HDMI</li> </ul>
39	* Pompa di lavaggio/insufflazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
40	* Valvola di sicurezza	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
41	* Carrello	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
42	* Ripiani	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 6</li> </ul>
43	* Supporto per tastiera	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
44	* Supporto per gli endoscopi	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
45	* Trasformatore per alimentazione componenti	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
46	* Prese	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 6</li> <li>• 9</li> <li>• 12</li> </ul>
47	* Potenza uscita complessiva (max) [W]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 1500</li> <li>• 2000</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000</li> <li>• 4500</li> <li>• 6000</li> </ul>
48	* Compatibilità Norma CEI 62-51	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
49	* Compatibilità elettromagnetica (EN60601 1-1-2)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
50	* Classe di isolamento elettrico (CEI 62-5)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• I B</li> <li>• II B</li> <li>• I BF</li> <li>• II BF</li> <li>• CF</li> <li>• Alimentazione interna</li> </ul>
51	* Alimentazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• 220/230V 50/60 Hz</li> </ul>
52	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
DICHIARAZIONE EX. ART. 80	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
LETTERA INVITO/CAPITOLATO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

OFFERTA SENZA PREZZO	SISTEMA PER ISTEROSCOPIA	Amministrativa	digitale Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
SCHEDE TECNICHE	SISTEMA PER ISTEROSCOPIA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA	SISTEMA PER ISTEROSCOPIA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	SISTEMA PER ISTEROSCOPIA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	1414595
<b>Descrizione RDO:</b>	Sistema per Isteroscopia
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
<b>Punto Ordinante</b>	ERSILIA RIGGI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	PGRF65
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Ersilia Riggi
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	21/11/2016 12:40
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	01/12/2016 11:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	28/11/2016 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	01/06/2017 11:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	1
<b>Bandi / Categorie oggetto della Rdo:</b>	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 SISTEMA PER ISTEROSCOPIA

<b>CIG</b>	6876969E55
<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1</b>	Sistemi integrati per videoendoscopia/1/
<b>Importo totale a base d'asta</b>	43000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	C. BUA	Singola	03028720823	01/12/2016 10:14

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	02/12/2016 08:08:06	02/12/2016 08:14:20

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	LETTERA INVITO/CAPITOLATO		DICHIARAZIONE EX. ART. 80		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
C. BUA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	OFFERTA SENZA PREZZO	
	Valutazione	Note
C. BUA	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	02/12/2016 08:14:27	05/01/2017 14:02:18

Concorrente	SCHEDE TECNICHE	
	Valutazione	Note
C. BUA	Approvato	nessuna

<b>ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
	05/01/2017 14:02:22	05/01/2017 14:04:22

<b>Concorrente</b>	<b>Offerta Economica (fac-simile di sistema)</b>		<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	
	<b>Valutazione</b>	<b>Note</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Note</b>
C. BUA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

<b>Concorrente</b>	<b>Valore complessivo dell'Offerta</b>
C. BUA	42990,02

<b>Note di gara</b>	nessuna
<b>Note specifiche lotto 1</b>	nessuna

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVV. ED. ED. ECONOMICATO
- 5 GEN. 2017
PR. N° 65
ARRIVO



## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

RDO/MEPA 1414595 :COLONNA PER ISTEROSCOPIA

### VERBALE DI VERIFICA CONFORMITA' TECNICA


Il giorno 23 del mese di Dicembre del 2016, la commissione tecnica nominata dal Direttore Generale con nota prot. N. 631 del 07/12/2016 composta dalla Dott.ssa I. Fonti, Dott.ssa C. Perna e Dott. S.Gullotta ha conferito le relative valutazioni di conformità tecnica delle schede pervenute con le offerte della gara di che trattasi, **pervenendo alle seguenti valutazioni:**

Facendo riferimento alla documentazione contenuta nell' offerta tecnica della ditta C. Bua Srl, in relazione a quanto richiesto nella lettera invito, la commissione tecnica rileva la conformità della strumentazione offerta sia al capitolato tecnico, sia alle quantità richieste.

La commissione in data odierna rende ufficiale la conformità tecnica dei prodotti offerti dalla Ditta sopra elencate per la gara in oggetto.  
Si trasmette verbale di conformità.

Catania: 23/12/2016

#### La commissione:

Dott.ssa Perna Carmelinda: 

Dott.ssa Ilenia Fonti: 

Dott. Salvatore Gullotta: 