



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura MEPA-RDO n. 1439945, Acquisto di n.1 Frigo-Emoteca destinata all'U.O.C. di Medicina Trasfusionale P.O. Garibaldi Nesima;

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2017 Aut. - 121 sub.1 C.E. Reg.to al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno 21 APR. 2017</p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario  Dott. ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del</p> <p>Sig. Salvatore Ledda</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria Dott. Calaciura Ottaviano </p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento Il Capo Settore Provveditorato f.f. Dott. ssa Ersilia Riggi </p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che:

- Con verbale di deliberazione n. 833 del 16/11/2016 si è indetta procedura di gara sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di una Frigoemoteca intelligente per l'U.O.C. di Medicina Trasfusionale P.O. Garibaldi Nesima con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che con RDO n. 1439945 si è proceduto a pubblicare suddetta gara con scadenza presentazione offerta giorno 12/01/2017 ore 11:00;

Che, alla scadenza di presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 offerta della ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI;

Atteso che occorre approvare l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1439945;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
- Classifica della gara
- Verbale di conformità tecnica del 16/03/2017


Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Che pertanto è risultata essere provvisoriamente aggiudicataria la Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.r.l. con sede in Monterrigioni in via della Residenza, 199 C.F. 0660040528 per un Importo complessivo di Euro 26.450,00 iva esclusa;

Che è in corso la procedura di accertamento post gara ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 313/2002;

Ritenuto di approvare gli esiti di gara MEPA aggiudicando definitivamente la fornitura di che trattasi in favore alla Ditta sopra menzionata con riserva di revoca qualora gli accertamenti post gara risultassero positivi;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere  del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Approvare l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1439945;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
- Classifica della gara

- Verbale di conformità tecnica del 17/03/2017


Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Aggiudicare la fornitura di n. 1 Frigoemoteca intelligente per l'U.O.C. di Medicina Trasfusionale P.O. Garibaldi Nesima, alla Ditta Kw Apparecchi Scientifici S.r.l. con sede in Monterrigioni (SI) in via della Residenza, 199 C.F. 0660040528 per un Importo complessivo di Euro 26.450,00 iva esclusa;


Riservarsi di revocare l'aggiudicazione discendente dal presente atto nell'ipotesi di esito positivo degli accertamenti post gara.

Stabilire di trarre le somme per un importo Complessivo di € 32.269,00 Iva inclusa, necessarie alla fornitura di che trattasi attingendo di cui all'autorizzazione n. 121 sub. 1 budget 2017 Conto Economico 01002000400 "Attrezzature Sanitarie.


Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)


Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)


Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo dell'Azienda, il giorno _____
e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1439945
Descrizione RDO:	Frigo-Emoteca
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ersilia Riggì
Data e ora inizio presentazione offerte:	07/12/2016 10:09
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	12/01/2017 11:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	20/12/2016 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	12/07/2017 11:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Segnalazione delle offerte anomale:	si
--	----

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	FRIGO-EMOTECA
CIG	ZE41C67039
CUP	
Dati di consegna	Piazza S. M. di Gesu, 5, Catania - 95122 (CT)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza santa maria del gesu n.5 Catania - 95123 (CT)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo totale a base d'asta	26500,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Frigoriferi ad armadio e da banco
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del frigorifero	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di	• Acquisto

			scelte	
7	* Capacità [l]	Tecnico	Nessuna regola	
8	* Temperatura regolabile	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
9	Intervallo di temperature impostabili [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Risoluzione del dispositivo di impostazione della temperatura [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Porte [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
12	* Porte trasparenti	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
13	* Ripiani e/o cassette [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Dimensioni interne (LxHxP) [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Dimensioni esterne (LxHxP) [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Peso [kg]	Tecnico	Nessuna regola	
17	* Rumorosità [dB(A)]	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • W020702 • Z121701 • NO
19	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori
-------------	-------	----------------	-------------------	--------------	-------------------------------

					riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
autodichiarazione	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
lettera invito/Capitolato	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
offerta economica senza prezzo	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	FRIGO-EMOTECA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
schede tecniche	FRIGO-EMOTECA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	FRIGO-EMOTECA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	FRIGO-EMOTECA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1439945
Descrizione RDO:	Frigo-Emoteca
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ersilia Riggi
Inizio presentazione offerte:	07/12/2016 10:09
Termine ultimo presentazione offerte:	12/01/2017 11:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	20/12/2016 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	12/07/2017 11:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 FRIGO-EMOTECA

CIG	ZE41C67039
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Frigoriferi ad armadio e da banco/1/
Importo totale a base d'asta	26500,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	KW APPARECCHI SCIENTIFICI	Singola	00660040528	11/01/2017 08:35

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	13/01/2017 10:06:09	24/01/2017 15:31:14

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		autodichiarazione		offerta economica senza prezzo		lettera invito/Capitolato	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
KW APPARECCHI SCIENTIFICI		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	24/01/2017 15:31:21	21/03/2017 08:21:25

Concorrente	schede tecniche		Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	21/03/2017 08:22:31	21/03/2017 08:28:05

Concorrente	offerta economica		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	40,00 punti	34,67 punti	40,00 punti	50,00 punti	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	26450,00	0,00	34,67	50,00	84,67

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



**VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 FRIGOEMOTECA DA DESTINARE PER U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. NESIMA . RDO N. 1439945/2016
CIG. ZE41C67039**

Premesso che:

- Questa ARNAS , ha pubblicato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una procedura di gara per la fornitura di n. 1 FrigoEmoteca da destinare alla U.O.C. di Medicina TrASFusionale P.O. garibaldi Nesima, RdO n. 1439945/2016;
- La fornitura , articolata in un lotto unico ed indivisibile, verrà aggiudicata , anche in presenza di una sola offerta valida, in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- entro il termine perentorio di giorno 12.01.2017 ore 11,00 , previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione , sono pervenute le offerte della unica Ditta:

1) KW APPARECCHI SCIENTIFICI;

Preliminarmente, si procede all'esame della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta concorrente al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni della lettera invito, ammettendo la ditta al prosieguo di gara.

Si procede , dunque, all'esame della documentazione tecnica con i seguenti risultati:

Ditta: KW Apparecchi Scientifici;

Punteggio ottenuto: 34,67/50

Si allega copia della valutazione.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania li _____

Dott. Nunzio Marletta

Dott. Davide Morales

Dott. Salvatore Gullotta

Gara per l'acquisto di una Frigo-Emoteca

Parametro da valutare	Ditta : KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL				Punteggio ottenuto	Punteggio Max
	Dr. Morales	Dr. N. Marletta	Dr. S. Gullotta	MEDIA		
Sistema di sicurezza	0,8	0,8	0,8	0,8	8,00	10
Sistema di tracciabilità	0,8	0,8	0,8	0,8	8,00	10
Praticità e tempistiche della procedura di richiesta e consegna delle sacche	0,5	0,5	0,5	0,5	2,50	5
Sistema di controllo della temperatura e allarmi	0,8	1	1	0,9333333333	4,67	5
Ergonomia e facilità sanificazione	0,5	0,5	0,5	0,5	2,50	5
Tempistiche di installazione e interfacciamento ai SW aziendali	0,5	0,5	0,5	0,5	5,00	10
Eventuali caratteristiche migliorative	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	5
					34,67	50,00

Legenda: il punteggio da indicare varia da 0 ad 1	
nel modo seguente:	
	0 insufficiente
	0,5 sufficiente
	0,8 buono
	1 ottimo

FRIGOEMOTECA

Per il calcolo del punteggio in funzione del prezzo offerto

Prezzo a base d'asta € **26.500,00**

Attribuzione del punteggio economico (max 50)

	Indicare prezzo offerto	Punteggio max attribuibile	Punteggio ottenuto offerta economica	Punteggio qualità	Totale punteggi
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	€ 26.450,00	50	0,00	50	84,67