

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 575

Oggetto: **Fornitura chiavi in mano di una "sala di crioconservazione" ad uso del "Centro PMA" del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania.**
- **Approvazione modifica fornitura.**

<p>Settore Tecnico</p> <p>Bilancio Aggregato di spesa: Sub aggregato di spesa: Autorizzazione n. _____ - Sub _____ Conto Ec.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro _____</p> <p>Il Responsabile del Settore _____</p> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.</p> <p>Catania _____</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica _____</p> <p>Lista di liquidazione n. _____</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <p>_____</p> <p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso</p> <p>_____</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico Ing. Salvatore Vitale</p> <p>_____</p>	<p>Seduta del giorno <u>13 LUG. 2017</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL DIRETTORE GENERALE dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>_____</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>_____</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. MARABIA FRANCESCO GIOVANNI <i>Francesco Giovanni Marabia</i></p> <p>_____</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	--

Premesso:

- **che**, con deliberazione n. 2 del 12.01.2015, è stato approvato il progetto relativo alle “Opere necessarie per la realizzazione del "Centro Procreazione Medicalmente Assistita" presso il P.O. Garibaldi Nesima”;
- **che**, con deliberazione n. 142 del 10.03.15, è stato approvato l’affidamento dei lavori all’Impresa Guida Agostino, con sede in Partinico (PA);
- **che**, con deliberazione n. 415 del 06.07.15, rilevate alcune irregolarità nella fase di verifica del possesso dei requisiti del Soggetto ausiliario, del quale l’aggiudicatario si era avvalso ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto, questa Amministrazione ha disposto:
 - la revoca della aggiudicazione definitiva di cui al superiore punto;
 - l’avvio del procedimento ex art. 140 del D. Lgs. 163/06 (scorrimento della graduatoria);
- **che**, con deliberazione n. 558 del 10.09.15, questa Azienda, a seguito dell’avvio del procedimento di cui sopra, ha disposto l’affidamento, ai sensi dell’art. 140, c. 2 del D. Lgs. 163/06, dei lavori di che trattasi alla impresa RE.CO.GE. Srl, con sede in C.da Tre Fontane Z.I. Bretella A, Paternò, precedentemente risultata seconda classificata per la procedura in questione;
- **che**, giusta deliberazione n. 44 del 22.01.16, in ragione di talune esigenze che si sono manifestate durante l’esecuzione dei lavori, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva e la rimodulazione, all’interno della somma originariamente determinata, del quadro economico di progetto;
- **che**, giusta deliberazione n. 306 del 22.04.16, in ragione della necessità di realizzare ulteriori opere occorrenti per il ripristino dell’impianto di rilevazione incendi, non già previste dal progetto originario, si è approvato l’affidamento, ai sensi dell’art. 57, c. 5, lett. “a”, del D.Lgs. 163/06, delle opere di che trattasi.

Preso atto, per quanto attiene l’esecuzione dei i lavori di cui sopra:

- **che**, giusta verbale in data 20.05.15, i lavori sono stati avviati nelle more della definizione del procedimento di verifica e, pertanto, della stipula del contratto (ex art. 11, c. 8 del D.Lgs. 163/06);
- **che**, in ragione irregolarità riscontrate, sono stati sospesi giusta comunicazione con nota prot. n. 1622/T del 23.06.15;
- **che**, in conseguenza della deliberazione n. 558 del 10.09.15, i lavori sono stati successivamente consegnati con verbale in data 17.09.15;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data 20.01.16;
- **che** gli ulteriori lavori, affidati con deliberazione n. 306 del 22.04.16, sono stati regolarmente ultimati, giusta stato di avanzamento unico in data 15.07.16 e certificato di pagamento in data 19.07.16.

Premesso:

- **che**, con deliberazione n. 107 del 19.02.16 si è provveduto:
 - ad approvare in linea amministrativa il progetto per l’affidamento della “Fornitura chiavi in mano di una “sala di crioconservazione” ad uso del “Centro PMA” del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania;
 - autorizzare l’indizione di una procedura aperta, da aggiudicare con criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per l’affidamento di una “fornitura chiavi in mano di una “sala di crioconservazione” ad uso del “Centro PMA” del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania”;
- **che**, con deliberazione n. 473 del 23.06.16, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della fornitura in questione alla A.T.I. Air Liquide Sanità Service Spa (Mandataria) - HITEC2000 Srl (Mandante).



Preso atto che la fornitura in questione ha avuto avvio con verbale in data 01.08.16 ed è stata ultimata, almeno per quanto attiene la componente “lavori”, in data 20.01.17.

Rilevato:

- **che**, con nota prot. n. 17969 del 18.11.16, è stata avanzata al DASOE - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, istanza di autorizzazione ed accreditamento per il Centro PMA di che trattasi;
- **che** la visita per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento è avvenuta in data 30.11.16;
- **che**, con Decreto del Direttore del DASOE n. 2588 del 22.12.16 è stata rilasciata l'autorizzazione ed accreditamento delle attività connesse alla P.M.A. di I, II e III livello presso il P.O. Garibaldi Nesima;
- **che**, con deliberazione n. 1 del 09.01.17, è stata disposta l'attivazione del Centro PMA di che trattasi

Rilevato, altresì, che nel corso della fornitura si sono riscontrate alcune criticità circa l'effettiva fruibilità di quanto in appalto, in particolare si richiamano le seguenti circostanze:

- a. la nota prot. n. 1043/T del 13.04.17, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico ha relazionato il Direttore Sanitario in ordine alle criticità riscontrate nel complessivo funzionamento del Centro PMA;
- b. la nota prot. n. 1049/T del 14.04.17, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico ha convocato un sopralluogo per la definizione degli interventi di completamento, eventualmente necessari;
- c. il verbale in data 19.04.17;
- d. la nota prot. n. 204/MT/mt del 24.04.17 di Air Liquide Spa, acquisita al prot. n. 1109/T del 26.04.17, con la quale è stata comunicata la disponibilità in sede del “rack modificato per canister” e del “punto di spillamento” da realizzare;
- e. la nota prot. n. 34/PMA del 27.04.17 del Direttore del Centro PMA, acquisita al prot. n. 1210/T del 04.05.17, con la quale è stata comunicata la data di esecuzione delle prove di funzionamento di quanto oggetto della fornitura di cui al precedente punto;
- f. la nota prot. n. 1675/T del 19.06.17, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, rilevando alcune anomalie nella conduzione del procedimento, ha convocato un ulteriore sopralluogo per la definizione di interventi di manutenzione, eventualmente necessari;
- g. il verbale in data 27.06.17;
- h. alcune prove di funzionamento presso il Centro PMA e consequenziali riunioni presso la Direzione Generale a seguito delle quali il Direttore del Centro PMA ha rilevato la inidoneità del “rack modificato per canister” fornito in prova da Air Liquide Spa ed è stato, pertanto, concordato di procedere alla presa visione presso un centro dove presta la propria opera Air Liquide Spa, ovvero direttamente presso questa Azienda previa fornitura di un diverso tipo di contenitore criogenico;
- i. le comunicazioni mail di Air Liquide Spa inviate al Direttore del Centro PMA in data 25.05.17, 26.05.17, con le quali sono state proposte alcune sedi presso cui eseguire le verifiche del caso;
- j. il riscontro del Direttore del Centro PMA, con mail in data 29.05.17, con il quale è stata rilevata la inutilità di una verifica delle apparecchiature di che trattasi presso altra sede;
- k. la comunicazione mail in data 05.06.17, con la quale Air Liquide Spa individua la data del 08.06.17, come possibile data di esecuzione delle verifiche del caso direttamente presso il Centro PMA di questa Azienda;
- l. il verbale di “verifica funzionamento criocontenitore modello Arpage 75” di cui al prot. n. 52/PMA del 15.06.17, acquisito al prot. n. 1633/T del 19.06.17, con il quale il Direttore del



Centro PMA ha fornito i propri riscontri in ordine alle caratteristiche ed al funzionamento del sistema;

- m. la nota prot. n. 1674/T del 19.06.17, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, preso atto delle valutazioni eseguite dal Direttore del Centro PMA ha richiesto a Air Liquide Spa un documento che descriva in maniera dettagliata ed esaustiva tempi e metodi di definitiva realizzazione di quanto richiesto;
- n. la nota prot. n. 323/GG/gg del 22.06.17 di Air Liquide Spa, acquisita al prot. n. 1712/T del 23.06.17, con la quale sono stati forniti i riscontri del caso;
- o. la comunicazione mail in data 22.06.17 da parte di Air Liquide Spa, acquisita al prot. n. 1711/T del 23.06.17, con la quale la documentazione di cui sopra è stata inviata al Direttore del Centro PMA;
- p. la nota prot. n. 1713/T del 23.06.17, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, ha richiesto al Direttore del Centro PMA, al fine di consentire la corretta definizione del procedimento tecnico-amministrativo di che trattasi, di formulare le valutazioni di competenza in ordine alla “idoneità dei dispositivi proposti rispetto all’utilizzo previsto”;
- q. la nota prot. n. 61/PMA del 04.07.17, con la quale il Direttore del Centro PMA riscontra solo parzialmente la richiesta di cui sopra;
- r. l’annotazione apposta dal Direttore Generale sulla nota di cui sopra, acquisita al prot. n. 2401/DSA del 04.07.17, che riporta: “acquisita telefonicamente da parte del dott. Ettore la coerenza della conformità di quanto richiesto, si dispone di dare corso”;
- s. la nota prot. n. 357/GF/gf del 05.07.17 di Air Liquide Spa, acquisita al prot. n. 1833/T del 23.06.17, con la quale sono stati forniti i riscontri del caso in ordine allo spostamento e modifica del sistema di spillamento;
- t. la nota prot. n. 1870/T del 11.07.17, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, ha richiesto al Direttore del Centro PMA di chiarire:
 - se i contenitori ARPAGE 140, originariamente forniti, possono, o meno, essere, comunque, utilizzati nel più ampio contesto dell’attività del Centro;
 - se il sistema di spillamento, così come proposto con la nota di cui al superiore punto, è conforme alle esigenze del Centro PMA,
- u. la nota prot. n. 64/PMA del 11.07.17, assunta al prot. n. 1895/T del 13.07.17, con la quale il Direttore del Centro PMA precisa che i contenitori Arpage 140 vanno rimossi e che il sistema di spillamento proposto risulta adeguato.

Ritenuto, per quanto sopra complessivamente esposto, di potere:

- **prendere atto** dell’annotazione apposta dal Direttore Generale sulla nota prot. n. 61/PMA del 04.07.17, acquisita al prot. n. 2401/DSA del 04.07.17, nonché di quanto riscontrato dal Direttore del Centro PMA con la propria nota prot. n. 64/PMA del 11.07.17;
- **aderire** alla “soluzione 2” di cui alla proposta tecnico economica prot. n. 319/GG/gg del 22.06.17, allegata alla sopra citata prot. n. 323/GG/gg del 22.06.17 di Air Liquide Spa, acquisita al prot. n. 1712/T del 23.06.17, per un importo complessivo di € 32.783,00, oltre Iva;
- **accettare** la integrazione proposta da Air Liquide Srl, con propria nota prot. n. 357/GF/gf del 05.07.17 di Air Liquide Spa, acquisita al prot. n. 1833/T del 23.06.17, relativamente a quanto richiesto per lo spostamento e modifica del sistema di spillamento, per un importo complessivo di € 2.212,32;
- **affidare**, ai sensi dell’art. 106, c.1, lettera “b” del Codice dei contratti, alla A.T.I. Air Liquide Sanità Service Spa (Mandataria) - HITEC2000 Srl (Mandante), in variazione rispetto al contratto già appaltato, giusta deliberazione n. n. 473 del 23.06.16, la fornitura di cui ai superiori punti “n” ed “s”, per un importo complessivo di € 34.995,32, oltre Iva, pari al 13.16% dell’importo del contratto originariamente appaltato;



- **riservarsi**, con separato atto, giusta comunicazione mail in data 06.07.17, da parte di Air Liquide Spa, la completa definizione delle operazioni di collaudo ed accettazione e, pertanto, di avvio dei pagamenti rateali per l'appalto (lavori, servizi e forniture) di cui all'oggetto;
- **disporre**, giusta richieste da parte del Direttore del Centro PMA, di cui alla nota prot. n. 61/PMA del 04.07.17, che la definizione, accettazione e pagamento, sia subordinata ad apposito collaudo di conformità oltre che alle previsioni di cui alla proposta tecnico economica di Air Liquide Spa (prot. n. 319/GG/gg del 22.06.17 e prot. n. 323/GG/gg del 22.06.17) anche alla accettazione da parte del Direttore del Centro PMA.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo é del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

1. **AUTORIZZARE** le seguenti variazioni al contratto di appalto di cui alla deliberazione n. 473 del 23.06.16:
 - “soluzione 2” di cui alla proposta tecnico economica prot. n. 319/GG/gg del 22.06.17, allegata alla nota prot. n. 323/GG/gg del 22.06.17 di Air Liquide Spa, acquisita al prot. n. 1712/T del 23.06.17, per un importo complessivo di € 32.783,00, oltre Iva;
 - integrazione proposta da Air Liquide Srl, con propria nota prot. n. 357/GF/gf del 05.07.17 di Air Liquide Spa, acquisita al prot. n. 1833/T del 23.06.17, relativamente a quanto richiesto per lo spostamento e modifica del sistema di spillamento, per un importo complessivo di € 2.212,32.
2. **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 106, c.1, lettera “b” del Codice dei contratti, alla A.T.I. Air Liquide Sanità Service Spa (Mandataria) - HITEC2000 Srl (Mandante), in variazione rispetto al contratto già appaltato, giusta deliberazione n. n. 473 del 23.06.16, la fornitura di cui al superiore punto, per un importo complessivo di € 34.995,32, oltre Iva, pari al 13.16% dell'importo del contratto originariamente appaltato.
3. **RISERVARSI**, con separato atto, giusta comunicazione mail in data 06.07.17, da parte di Air Liquide Spa, la completa definizione delle operazioni di collaudo ed accettazione e, pertanto, di avvio dei pagamenti rateali per l'appalto (lavori, servizi e forniture) di cui all'oggetto.
4. **DISPORRE**, giusta richieste da parte del Direttore del Centro PMA, di cui alla nota prot. n. 61/PMA del 04.07.17, che la definizione, accettazione e pagamento della fornitura di cui al presente atto, sia subordinata ad apposito collaudo di conformità oltre che alle previsioni di cui alla proposta tecnico economica di Air Liquide Spa (prot. n. 319/GG/gg del 22.06.17 e prot. n. 323/GG/gg del 22.06.17) anche alla accettazione da parte del Direttore del Centro PMA.
5. **PROVVEDERE** alla copertura finanziaria con fondi del bilancio aziendale, da imputare sul conto 01002000300 del bilancio di competenza.
6. **MUNIRE** il presente atto - avuto riguardo della necessità di definire con la massima sollecitudine la procedura de quo - della clausola di immediata esecuzione.




Allegati:

1. Deliberazione n. 2 del 12.01.2015
2. Deliberazione n. 142 del 10.03.15
3. Deliberazione n. 415 del 06.07.15
4. Deliberazione n. 558 del 10.09.15
5. Deliberazione n. 44 del 22.01.16
6. Deliberazione n. 306 del 22.04.16
7. Deliberazione n. 107 del 19.02.16
8. Deliberazione n. 473 del 23.06.16
9. Nota prot. n. 17969 del 18.11.16,
10. Decreto del Direttore del DASOE n. 2588 del 22.12.16
11. Deliberazione n. 1 del 09.01.17
12. Nota prot. n. 1043/T del 13.04.17
13. Nota prot. n. 1049/T del 14.04.17
14. Verbale in data 19.04.17
15. Nota prot. n. 204/MT/mt del 24.04.17
16. Nota prot. n. 34/PMA del 27.04.17
17. Nota prot. n. 1675/T del 19.06.17
18. Verbale in data 27.06.17
19. E-mail in data 25.06.17 e 26.05.17 di Air Liquide Spa
20. E-mail in data 29.05.17 del Direttore del Centro PMA
21. E-mail in data 05.06.17 di Air Liquide Spa
22. Nota prot. n. 52/PMA del 15.06.17
23. Nota prot. n. 1674/T del 19.06.17
24. Nota prot. n. 323/GG/gg del 22.06.17
25. E-mail in data 22.06.17 da parte di Air Liquide Spa
26. Nota prot. n. 1713/T del 23.06.17
27. Nota prot. n. 61/PMA del 04.07.17
28. Nota prot. n. 2401/DSA del 04.07.17, con annotazione del Direttore Generale
29. Nota prot. n. 357/GF/gf del 05.07.17
30. Nota prot. n. 1870/T del 11.07.17
31. Nota prot. n. 64/PMA del 11.07.17

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)




IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno
ed è stata ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal al
..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R.
n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il Prot. n.

Il Responsabile del procedimento

.....

Notificata al Collegio dei Revisori il Prot. n.

Il Responsabile del procedimento

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È ESECUTIVA

IMMEDIATAMENTE

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

1. nota di approvazione prot. n. del

2. per decorrenza del termine.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
