

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 590

Oggetto: Indizione procedura di gara sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) mediante RDO, ex art. 36 comma 6 del D. L.vo 50/2016 per l'affidamento della fornitura di n. 5 Ventilatori per Anestesia destinati alle UOC Anestesia e Rianimazione e UOC Ostetricia e Ginecologia p.o. Garibaldi Nesima.

SETTORE PROVVEDITORATO

Bilancio 2017

Aut. di Spesa 121 sub 1

C.E. 01002000400

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

**Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)**

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria
(Ass. Amm. L. Fossano)

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Responsabile p/o Settore Provveditorato
(Dott.ssa Ersilia Raggi)

Seduta del giorno 14 LUG. 2017

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno
2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa A. Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario del

Dott. F. G. Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, al prot. Provv. n. 3455 del 28/07/2016 è pervenuta nota del Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del p.o. Garibaldi Nesima (in allegato), richiedente l'acquisto di N° 5 Ventilatori di anestesia necessari così come segue: n. 3 per il Complesso operatorio centralizzato e n. 2 per l'Area Parto della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, e che nella stessa il Direttore Generale ne ha formalizzato l'autorizzazione disponendo di dare corso alla procedura di acquisto;

Che, al fine di istruire una procedura di gara adeguata le caratteristiche trasmesse dalla UOC richiedente sono state inoltrate con nota prot. gen. 4862 del 30/03/2017 alla società di Ingegneria Clinica, Elettronica Bio Medica srl (EBM), (in allegato), consulente aziendale, per svolgere relativa indagine sui costi di mercato nonché parere tecnico sul carattere generalistico delle medesime;

Acquisita la nota e-mail del 05/07/2017 di cui al prot. Provv. n. del /2017, (in allegato), in cui la EBM per le caratteristiche in parola, non standardizzabili ed ascrivibili ad un "range" di costo di categoria medio-alto, lo ha individuato in via presuntiva in circa €. 36.000,00 oltre IVA per ogni Ventilatore di anestesia;

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 comma 1 della legge 488/1999 aventi per oggetto prodotti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti previsti e per gli effetti del Dlgs 50/2016 art.36 comma 2 let. b);

Rilevato che i beni oggetto della gara sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di espletare gare per acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso la modalità di richiesta di offerta (R.d.O.);

Preso atto che occorre avviare specifica procedura di acquisto che tenga conto dell'aspetto qualitativo dei beni secondo il recente orientamento del codice appalti;

Ritenuto per quanto sopra esposto, che la gara in parola verrà espletata in lotto unico e indivisibile con il criterio << qualità-prezzo >>, ex art. 95 comma 9 D.lvo 50/2016, come specificato nella Lettera Invito allegata al presente atto per farne parte integrante;

Atteso che è stato individuato il costo di € 36.000,00 IVA esclusa per la determinazione del prezzo a base d'asta di ogni singola apparecchiatura;

Che, per la valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 9, verranno applicati i criteri valutativi indicati nella lettera invito;

Ritenuto di precisare che la procedura negoziata dovrà prevedere una fornitura legata all'effettivo fabbisogno che potrà rendersi necessario nel corso della vigenza contrattuale stabilita dalla data di stipula del contratto e comunque sino alla concorrenza massima del valore indicato all'art. 35 comma 1 lett. C del D. L.vo 50/2016 pari ad €. 209.000 + IVA;

Che si ritiene opportuno aggiudicare la fornitura per singolo Lotto, , previo giudizio di conformità tecnica dei prodotti offerti ed in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 il prezzo complessivo più vantaggioso sull'intero lotto anche in presenza di una sola offerta valida;

Che, l'importo presuntivo dell'intera fornitura è di € 180.000,00 IVA esclusa, e comunque sino alla concorrenza massima della soglia di rilevanza comunitaria attuale;

Ravvisata la necessità di attivare le procedure MePA necessarie per affidare la fornitura di che trattasi;

Ritenuto che pertanto, è necessario approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto:

- ALL. 1 : Lettera di Invito- disciplinare di gara;
- ALL. 2 : Capitolato Tecnico

Che si può individuare e nominare RUP della presente procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Dirigente amministrativo Responsabile c/o il Settore Provveditorato ed Economato;

Ritenuto opportuno, onde poter avviare e definire l'iter procedurale in tempi relativamente brevi e poter dotare le UOC interessate delle attrezzature indispensabili e qualitativamente appropriate, di munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione;

Su proposta del Dirigente Amministrativo Responsabile ff Capo Settore Provveditorato ed Economato che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare l'indizione di procedura di gara attraverso RDO sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento della fornitura di N° 5 Ventilatori di anestesia di categoria medio-alta destinati n. 3 per il Complesso Operatorio centralizzato p.o. Garibaldi Nesima e n. 2 per l'Area Parto della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia;

Stabilire la determinazione del prezzo a base d'asta al ribasso della singola apparecchiatura, in € 36.000,00 IVA esclusa ;

Prendere atto, dell'importo presuntivo dell'intera fornitura ammontante ad € 180.000,00 IVA esclusa, e comunque sino alla concorrenza massima della soglia di rilevanza comunitaria attuale;

Stabilire di aggiudicare la fornitura per singolo lotto in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, il prezzo complessivo più vantaggioso per l'intero lotto unico e indivisibile anche in presenza di una sola offerta valida.

Approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto:

- ALL. 1 : Lettera di Invito- disciplinare di gara;
- ALL. 2 : Capitolato Tecnico

Disporre l'estrazione del CIG di gara dalla procedura informatica SIMOG, da assegnare alla presente procedura di gara in data successiva al presente atto;

Nominare RUP della presenta procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Dirigente amministrativo Responsabile c/o il Settore Provveditorato/Economato.

Imputare la complessiva somma di € 180.000,00 IVA esclusa necessaria a far fronte all'onere economico derivante dal presente atto, sull'autorizzazione di spesa n. 121 sub 1 anno 2017 sul conto economico 01002000400 attrezzature, bilancio 2017.

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione;

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattalano)

Il Segretario

(dott. F. G. Marangia)

Francesco Giovanni Marangia

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno _____
e per i successivi 10 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

Immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Prot. 5/ /Tsc

prot. gen. n.

ALLE DITTE

ALL. 1

LETTERA INVITO- DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: GARA MEPA PER LA FORNITURA DI n. 5 VENTILATORI DI ANESTESIA COMPLETI DI MONITORAGGIO.

DELIBERAZIONE D.G. n.

del

CIG :

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, Codesta Ditta è invitata senza alcun impegno per questa ARNAS Garibaldi a presentare, la propria offerta per Gara on-line (MePA), per la fornitura di n. 5 Ventilatori di Anestesia completi di Monitoraggio dei quali si forniscono nell'allegato 2 le caratteristiche tecniche di capitolato, destinati alle UOC di Anestesia/Rianimazione e Ostetricia /Ginecologia dell'Arnas. **Prezzo a base d'asta del singolo Ventilatore € 36.000,00 IVA esclusa.**

A tal fine la Ditta concorrente dovrà far pervenire:

- 1) **Lettera Invito** (controfirmata digitalmente) **All. 1**
- 2) **Capitolato Tecnico** (controfirmato digitalmente) **All. 2**
- 3) **Ricevuta** del versamento all'AVCP ove dovuta.
- 4) **Copia dell'offerta senza prezzi** o altro riferimento di ordine economico, **pena l'esclusione dalla gara**, ove si evincano in modo esplicito gli articoli offerti.

5) Documentazione tecnica: dovrà contenere una **relazione tecnica descrittiva dei prodotti offerti nonché depliant illustrativi e Schede tecniche, in lingua italiana**, redatti esclusivamente dalla ditta produttrice del prodotto proposto o dal distributore nazionale o dall'importatore (al fine della identificazione dello status della ditta concorrente verrà presa in considerazione la qualità evidenziata nella apposita dichiarazione) dai quali ricavare le caratteristiche dei prodotti offerti. Nelle predette documentazioni devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto.

6) Listino prezzi del relativo materiale di consumo e/o materiale di consumo dedicato. In particolare dalla documentazione tecnica dovranno risultare le seguenti informazioni:

- a) codice assegnato dal produttore con il nome dell'Impresa produttrice e paese d'origine, eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'origine di quest'ultimo;
- b) certificazione del possesso del marchio CE con indicazione, dove previsto, dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione;

Non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa:

1. risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti;
2. non risulti essere ditta produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore.

Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e/o schede tecniche.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione – al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere, in quanto la Commissione non ha obbligo alcuno per la ricerca della voce cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

Non saranno valutate schede tecniche o depliant recanti:

- correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;
- dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva .

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo “ intuitivo o induttivo” e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza – sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato tecnico saranno dichiarati “Non Valutabili”.

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella offerta con e senza prezzi dovesse risultare inesistente ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica il prodotto offerto verrà giudicato “NON VALUTABILE”.

La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione

alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 2 comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative per lo stesso prodotto.

Le apparecchiature devono riportare marcatura CE ai sensi del D.Lgs 37/2010 che recepisce la Direttiva 47/2007/CE, con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcuno affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

Riguardo al DUVRI si fa presente che i costi da interferenze sono pari a zero e che lo stesso è depositato agli atti dell'U.O. Provveditorato; verrà sottoposto alla Ditta che risulterà aggiudicataria per essere sottoscritto.

B) REQUISITI DEI PRODOTTI DA ACQUISTARE

Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti devono corrispondere a quelle indicate tuttavia qualora sussistano specifiche tecniche peculiari, tali debbono intendersi equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Leg.vo n.50/2016.

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla proposta di offerta, pena esclusione, scheda tecnica e depliant del prodotto offerto in lingua italiana, da inviare digitalmente con i contenuti di cui al punto 5) sopra indicati; nonché, in riferimento al punto 6), indicare la percentuale di sconto applicata sul listino prezzi del materiale di consumo e/o materiale di consumo dedicato.

C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, comma 9.

Per la nomina della Commissione aggiudicatrice questa Stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 77 D.Lgs 50/10 comma 3, ciò nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo comma 12 e art. 216 comma 12 medesimo Decreto.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato, **nel complesso**, l'offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo compensatore, in base ai parametri/qualità prezzo.

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:

-70 punti alla parte tecnica

-30 punti alla parte economica.

Il punteggio totale attribuito alle singole offerte sarà espresso in centesimi, arrotondato fino alla terza cifra decimale.

D) VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELL'OFFERTA

Le componenti della valutazione dell'offerta tecnica sono riferite ai requisiti tecnici di seguito elencati, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo totale o sub-totale attribuibile, con una somma massima complessiva pari a 70 punti assegnabili.

PARTE TECNICA-(elementi qualitativi) SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITA'

Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: peso massimo 70 punti

Il punteggio sarà attribuito in base ai parametri di valutazione di cui AL CAPITOLATO TECNICO:

Saranno escluse dal proseguo del procedimento e non ammesse alla successiva fase di valutazione economica, le offerte tecniche che avranno ottenuto una valutazione complessiva inferiore a 40.

PARTE ECONOMICA (elementi quantitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta economica: sul prezzo offerto a base d'asta peso massimo 30 punti (PE max)

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa ("Prezzo"), sarà applicato il metodo CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) così come previsto dal sistema MEPA .

$\alpha = 0,5$

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà riportato, (ai sensi dell'art.95 comma 9 del D. Lgs. 50/2016), il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria tra punteggio scheda valutazione qualità e punteggio offerta economica.

E' facoltà di questa ARNAS Garibaldi, a suo insindacabile giudizio:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 D. R. n°827/1924);
- b) di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c) di aumentare o diminuire la quantità della merce, (nel rispetto del limite legale di cui all'art. 106 L.50/16), fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi

E) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata:

- 1) dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia, nonché al rispetto puntuale della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
- 2) all'obbligo della Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di Conto bancario o postale "dedicato/i" anche non in via esclusiva all'appalto in cui dovranno confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relativi ai dati trasmessi, giusto art. 3 L.136/2010;

3) alla costituzione del deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura , in una delle seguenti forme:

- numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi;
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
- assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania

Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l' altro, la seguente clausola: " . . .la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;
- ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell ' art. 1957 del codice civile. . . "

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla

risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

4) all'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

F) TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016

GARANZIA E MANUTENZIONE

Tutti i prodotti si intenderanno garantiti full risk , per i difetti di fabbricazione o derivanti dal trasporto, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data della effettuazione del collaudo avente esito positivo.

L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

Si invita a specificare anche il costo orientativo della manutenzione dopo la garanzia di 24 mesi.

Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica , quindi porrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto)** ore solari successive alla chiamata.

La consegna del prodotto dovrà avvenire entro il termine indicato nella lettera/ordinativo di fornitura -15 giorni- che potrà anche essere, in ragione dell'urgenza, soggetto a riduzione ad insindacabile giudizio dell'ARNAS Garibaldi di Catania

Per quanto non previsto nella presente lettera invito si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia.

G) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA MERCE

- 1) Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati.

In caso di mancato puntuale svolgimento, totale o parziale, l'Azienda a suo insindacabile giudizio applicherà a carico del fornitore una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'importo aggiudicato, giusti artt. 298 e 145 del DPR 5/10/2010 n. 207.

Qualora la superiore inadempienza totale o parziale si sia verificata più di una volta, l' Azienda ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di dieci giorni, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

- 2) **L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature e quant'altro, va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.**

Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore **manterrà** in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, **l'assistenza tecnica**, quindi potrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di **24 mesi** a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto) ore solari**, esclusi il sabato, domenica e festivi, successive alla chiamata.

Riguardo alla eventuale certificazione ISO, ai marchi di certificazione e quant'altro afferisce alla sicurezza degli utilizzatori (conformità alle normative CEI) si fa riferimento alle norme specifiche di cui al capitolato d'onere, se previste.

- 3) Tutte le pratiche per la regolare e completa osservanza delle leggi, dei regolamenti sanitari e delle disposizioni che disciplinano la vendita della merce oggetto della fornitura dovranno essere esperite dal fornitore, il quale ne risponde in proprio sollevando l' Azienda da qualsiasi responsabilità.

4) Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le licenze, le certificazioni, le dichiarazioni e quant'altro previsto dalle norme vigenti, nonché le eventuali autorizzazioni (preventive e successive) relative alla fornitura del servizio aggiudicato.

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della presente lettera invito sono a carico della ditta aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi per questa ARNAS Garibaldi :

spedizione, trasporto ed imballaggio; facchinaggio , consegna, visure , installazione, montaggio , tarature , application , collaudo in contraddittorio con il Servizio di ingegneria clinica aziendale, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi.

La ditta è **totalmente** responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto.

- 5) La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'Arnas Garibaldi di Catania per quanto riguarda il controllo degli stessi.

6) Qualora al **collaudo** risulti che i prodotti consegnati non corrispondono ai requisiti contrattuali, il responsabile della struttura sanitaria di riferimento procederà alla contestazione diretta alla Ditta aggiudicataria . In tal caso, è facoltà dell' ARNAS Garibaldi di chiedere la sostituzione dei prodotti, entro breve termine fissato a suo insindacabile giudizio, e di applicare, eventuale penale di cui al superiore punto 1).

L' assenza della ditta fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di controllo/collaudo sarà

considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui si perverrà.

La regolarità delle operazioni suindicate nonché l' accettazione con presa in carico dei prodotti, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti o, comunque non emersi al momento del controllo.

7) La mancata sostituzione del prodotto da parte del fornitore nel termine fissato dall'ARNAS Garibaldi di Catania sarà considerata quale "mancata consegna" e l' Azienda avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito al presente punto 1.

8) Il prodotto non accettato resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarlo senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento dello stesso nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il relativo ritiro .

9) Qualora la non corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali sia contestata più di una volta, l' Azienda appaltante ha facoltà di agire ai sensi del precedente punto 1.

10) E' vietata qualsiasi cessione o sub-appalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e di risarcimento di ogni conseguente danno, fatte salve le disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06;

11) Ai sensi dell'art. 117, commi 2 e 3 , del codice dei contratti pubblici le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto devono essere notificate all'Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione .Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa ARNAS se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Direttore del SETTORE ECO/FIN e Patrimonio dell'Azienda, di copia autentica del relativo atto debitamente notificato. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 117 del d.lgs. 163/2006 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29.2009.

12) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

13)In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria l' Arnas Garibaldi potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.

14) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità- e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'ARNAS Garibaldi di Catania senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.

15) L'ARNAS Garibaldi di Catania si riserva la facoltà di RECEDERE DAL CONTRATTO, previo preavviso di 10 giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di

sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- a) **In qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;**
- b) In qualsiasi momento del contratto in applicazione della normativa vigente antimafia e qualora i controlli ai sensi del **decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159** relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- c) Qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (**legge regionale n. 15/2008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 06/08/2013 Assessorato della Salute**).
- d) In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.
- e) Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria.
- f) mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta ai fini della formalizzazione del contratto;
- g) Fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi;
- h) Nel caso di cessione del credito o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
- i) Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce; la mancata sostituzione della merce equivale a mancata consegna.
- j) Qualora l'Arnas, costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale della merce non abbia ricevuto adeguato riscontro dalla Ditta aggiudicataria, non avendo quest'ultima provveduto alla richiesta medesima e/o la merce sostituita abbia comunque dato luogo a reclami;
- k) attrezzature non conformi o inadonee;
- l) Presenza di eventuali vizi occulti.

H) La liquidazione entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura per la fornitura eseguita, è subordinata all'espletamento delle operazioni di collaudo favorevole;

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a)** luogo di consegna della merce;
- b)** protocollo e data dell'ordinativo;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce ,senza

possibilità di reclamo da parte della ditta.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT) presso l'U.O. interessata e la fattura presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda.

Il pagamento avverrà entro i 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa vigente. Eventuali contestazioni interrompono il termine superiormente indicato.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.

I) - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Catania. E esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non specificatamente precisato nella presente lettera invito, (composta da n. 12 pagine) valgono i regolamenti aziendali e le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

**Il Dirigente Amm.vo Responsabile
ff Capo Settore Provveditorato
Dott.ssa E. Riggi**

Firma ditta per accettazione:



Settore Provveditorato ed Economato - p.zza S.M.Gesù, 5 - Cap 95124 Catania Tel. 095 7594878 – Fax 095 7594908 e-mail provveditorato@ao-garibaldi.ct.it Sito Aziendale : www.ao-garibaldi.ct.it
C.F./P.IVA 04721270876

ALL. 2

CAPITOLATO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE VENTILATORI DI ANESTESIA COMPLETI DI MONITORAGGIO

- Respiratore per anestesia con possibilità di utilizzo ad alti flussi, bassi flussi, flussi minimi per pazienti adulti, pediatrici e neonatali.
- Batteria interna (durata minimo 30 min)
- Gestione parametri ventilazione e monitoraggio tramite interfaccia utente unica ed ampio video colore (almeno 12 pollici) in grado di visualizzare contemporaneamente 3 curve real time.
- Miscelatore elettronico con impostazione della percentuale O₂/Aria, O₂/N₂O per migliore gestione in funzionamento a bassi flussi.
- Modalità ventilatorie: volumetrica, pressometrica, manuale/spont, SIMV in volume e pressione, PS, PEEP elettronica regolabile da 0 a 20 cmH₂O, V_t minimo in volumetrica \leq a 20 ml
- Trigger regolabile a flusso
- Rapporto I:E impostabile almeno da 4:1 a 1:8.
- Picco di flusso inspiratorio maggiore uguale a 135 lt/min
- Sistema di aggancio rapido per due vaporizzatori contemporaneamente con selettore meccanico di sicurezza
- Test iniziale completamente automatico per un totale controllo (elettronico, meccanico, pneumatico, perdite) con dettaglio dei componenti testati .
- Sistema di sicurezza di gestione del gas fresco che eviti l'erogazione di miscele ipossiche.
- Sistema di sicurezza per la fornitura di alogenato ed ossigeno in emergenza anche a macchina spenta
Monitoraggio gas ins/esp (O₂, N₂O, 5 alogenati con riconoscimento automatico, CO₂, MAC integrato nel respiratore
- Sensore O₂ paramagnetico
- Possibilità di utilizzo sia di canestri di calce sodata monouso che di canestro di calce sodata autoclavabile con ampia capacità.
- Allarmi di minima e massima sui principali parametri monitorati con a MAC e CO₂ inspirata per una maggiore sicurezza con utilizzo a flussi minimi. Gli allarmi devono essere suddivisi per priorità con differenziazione di suoni e colore.
- Interfacce dati predisposte alla comunicazione attraverso i più comuni protocolli.

- Monitor emodinamico multiparametrico con display TFT-LCD da almeno 12" ad alta risoluzione a colori con minimo 6 canali indipendenti e configurabili.
- Software universale per pazienti adulti, bambini e neonati. Abilitato all'uso della sala operatoria.
- Monitor trasportabile con sistema di aggancio/sgancio rapido dalla base d'appoggio e funzionamento a rete e batteria ricaricabile con un'autonomia della batteria di almeno 3 ore Ergonomico, di facile utilizzo ed impostazione.
- Configurazione del monitor automatica con presentazione della curva e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro.
- Semplice aggiornamento software tramite scheda.
- Ridotti cavi di connessione al paziente;
- Trends grafici e tabellari per almeno 24h.
- Memorizzazione e richiamo di almeno 50 tracciati e eventi con relativi dati durante il trasporto e al posto in modo automatico e manuale.
- Parametri rilevabili di base: ECG con cavo 3 e 5 poli, Spo2, Respiro, 2 Temperature, 2 pressioni invasive, pressione Non invasiva.

Tutti i moduli devono essere integrati nella struttura del monitor e non devices esterni.
 Completo di accessori per l'uso.
 Software in Italiano.

SISTEMA DI ANESTESIA

Ventilatore	Punteggio
caratteristiche ventilatorie Vt in volume controllato < 20ml picco di flusso >135lt/min no autoPEEP indotte dal ventilatore	20
caratteristiche generali ventilatorie test iniziale completamente automatico per valutazione delle perdite e compensazione compliance tubi paziente, e calibrazione sensori flusso e ossigeno sistema di disaccoppiamento dei gas freschi testata paziente riscaldata Possibilità di utilizzo di canestri di calce sodata monouso o canestro di calce sodata riutilizzabile con capacità uguale o superiore a 1,5 lt	10
sistemi di emergenza ventilatorie ventilazione in aria ambiente in caso di emergenza tipo assenza di gas centralizzati erogazione volume corrente anche in caso di guasto sensori di flusso Visualizzazione valore VM di perdite e valutazione qualitativa adeguatezza gas fresco erogato durante i bassi flussi Allarme MAC impostabile	20

Sterilizzabilità di tutte le componenti della testata paziente a contatto con l'esperto paziente	5
Monitor con possibilità di implementazione moduli integrabili alla struttura per BIS e curarizzazione. Rilevazione della temperatura centrale corporea con metodo completamente non invasivo; Principali parametri rilevabili con unico cavo di collegamento al monitor paziente	15

TOTALE PUNTI 70

Non saranno ammesse alla fase successiva le offerte i cui punteggi qualitativi non abbiano raggiunto i 40 punti.

Caratteristiche già consegnate , datate 5.07.17 e firmate.