



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 27

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della procedura indetta sulla piattaforma telematica Consip (M.E.P.A.) per l'acquisto in service di durata 24 mesi, di Pompe Siringhe per le varie Unità Operative Aziendali.

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2017</p> <p>C.E.</p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria Dott. Calaciura Ottaviano </p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento Il Capo Settore Provveditorato f.f. Dott. ssa Ersilia Riggi </p>	<p>Seduta del giorno <u>31 AGO. 2017</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01/Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 1 Marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	--

Premesso che:

- Con verbale di deliberazione n. 262 del 31/03/2017 è stata indetta procedura di gara sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto in service di pompe siringa, per una durata di 24 mesi;

Che con RDO n. 1562146 è stata pubblicata la suddetta gara con scadenza presentazione offerta giorno 15/05/2017 ore 11:00, stabilendo che la fornitura sarebbe stata aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, in favore del concorrente che avrebbe praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.lgs n. 50/2016 l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che, relativamente alla procedura di gara, alla scadenza stabilita, sono pervenute le seguenti offerte:

- **BMC TECn S.r.l.;**
- **CAREFUSION ITALY S.R.L.;**
- **FRESENIUS KABI ITALI S.R.L.;**

Atteso che occorre approvare l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1562146 ;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
- Classifica della gara
- Verbale di conformità tecnica del 13/06/2017 e del 03/07/2017;

Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Che pertanto è risultata essere provvisoriamente aggiudicataria la Ditta seguente:

- **FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. importo unitario mensile aggiudicato € 15,75 (base d'asta € 25,00 mensile) per n.250 pompe;**

Che nella lettera invito, era specificata la durata del service di 36 mesi, da intendersi mero refuso perché l'atto di indizione sopra citato prevedeva un service di 24 mesi e comunque fino alla concorrenza massima di Euro 209.000,00 Iva esclusa;

Che è in corso la procedura di accertamento post gara ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 313/2002;

Ritenuto di approvare gli esiti di gara MEPA aggiudicando definitivamente la fornitura di che trattasi in favore delle Ditta sopra menzionate con riserva di revoca qualora gli accertamenti post gara risultassero positivi;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Approvare l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/Mepa;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1562146 ;
- Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
- Classifica della gara
- Verbale di conformità tecnica del 13/06/2017 e del 03/07/2017;

Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Aggiudicare la fornitura in service di pompe siringa per la durata di 24 mesi, alla Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l, per un Importo complessivo pari ad Euro 94.500,00 iva esclusa, a copertura della richiesta di n. 250 pompe e comunque sino alla concorrenza massima di € 209.000,00;

Riservarsi di revocare l'aggiudicazione discendente dal presente atto nell'ipotesi di esito positivo degli accertamenti post gara.

Stabilire di trarre la somma relativamente alla RDO n. N. 1562146 "Pompe Siringa" un importo Complessivo di € 115.290,00 Iva inclusa, necessarie alla fornitura di che trattasi attingendo sul Conto Economico 20001000064 "Dispositivi non in elenco".

Il Commissario Straordinario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno _____
e per i successivi 10 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1562146
Descrizione RDO:	Pompe Siringa
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PGRF65 Ersilia Riggì
Inizio presentazione offerte:	20/04/2017 11:26
Termine ultimo presentazione offerte:	10/05/2017 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	03/05/2017 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/11/2017 11:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Pompe siringa
CIG	70536063CF
CUP	
Dati di consegna	Via palermo, 636 cataniaCatania - 95122 (CT)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza santa maria del gesù n.5Catania - 95123 (CT)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo totale a base d'asta	209000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Pompe siringa
Quantita'	250

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale della pompa infusione a siringa elettronica	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
4	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	

7	* Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Y032121 • Z12030302 • Z1204021601 • Z1204021602 • Z1204021603 • Z1204021699
8	* Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Volume siringhe	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 10/20/50/60 • 2,5/3/5/10 • 2,5/3/5/10/20/50/60
10	* Riconoscimento automatico volume siringa	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
11	* Tipo terapia	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Infusione continua • Infusione continua + bolo • Infusione continua, intermittente + bolo
12	* Velocità infusione bolo	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • Fissa • Programmabile
13	* Pressione di occlusione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Fissa • Regolabile
14	* Programmazione durata	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • Fissa • Programmabile
15	* Farmaci memorizzabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
16	* Calcolo automatico del flusso	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
17	* Blocco tastiera	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI

relativa all'avvalimento				documenti	
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
LETTERA INVITO-CAPITOLATO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
offerta senza prezzo	Pompe siringa	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
scheda tecnica	Pompe siringa	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Pompe siringa	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta economica	Pompe siringa	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1562146
Descrizione RDO:	Pompe Siringa
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PGRF65
Inizio presentazione offerte:	20/04/2017 11:26
Termine ultimo presentazione offerte:	10/05/2017 11:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	03/05/2017 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/11/2017 11:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Pompe siringa

CIG	70536063CF
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Pompe siringa/250/
Importo totale a base d'asta	209000,00

Concorrenti

Data Creazione Documento: 10/07/2017 12:23

Pagina 1 di 4

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	BMC TEC SRL	Singola	07699621210	09/05/2017 14:13
2	CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Singola	04647720483	10/05/2017 10:22
3	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Singola	03524050238	08/05/2017 11:58

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	11/05/2017 09:38:25	11/05/2017 09:52:20

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	DICHIARAZIONE EX. ART. 80		LETTERA INVITO-CAPITOLATO		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BMC TEC SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	offerta senza prezzo	
	Valutazione	Note
BMC TEC SRL	Approvato	nessuna
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Approvato	nessuna
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA	Inizio	Fine
-------------------	--------	------

TECNICA	11/05/2017 09:52:36	10/07/2017 12:18:45
----------------	---------------------	------------------------

Concorrente	scheda tecnica	
	Valutazione	Note
BMC TEC SRL	NON Approvato	nessuna
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Approvato	nessuna
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	10/07/2017 12:19:45	10/07/2017 12:23:02

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		Offerta economica	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BMC TEC SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Prezzo più basso

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	141750,00 Euro	32.177033492823 %	42100,00 Euro	SI
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	171000,00 Euro	18.181818181818 %		NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
Data Creazione Documento: 10/07/2017 12:23	



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 1562146 "Pompe Siringa" PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI POMPE SIRINGA DESTINARE PER LE VARIE UNITA' AZIENDALI.

Premesso che:

- Questa ARNAS, ha pubblicato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una procedura di gara per la fornitura di apparecchiature per laboratorio di Embriologia P.O. Garibaldi Nesima, R.d.o. n. 1562146/2017;
- La fornitura, articolata in un lotto unico ed indivisibili, verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del D.lgs. 50/2016 l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Entro il termine perentorio di giorno 10.05.2017 ore 11:00, previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, sono pervenute le seguenti offerte:

<ul style="list-style-type: none">- POMPE SIRINGA:<ul style="list-style-type: none">✓ FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.✓ BMC TEC SRL,✓ CAREFUSION ITALY S.R.L;	
--	--

Preliminarmente, si procede all'esame della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta concorrente al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni della lettera invito, ammettendo la Ditta al prosieguo di gara.

Si procede, dunque, all'esame della documentazione tecnica da parte della commissione tecnica, con i seguenti risultati:

RDO N. 1562146 Ditte:

- ❖ **Fresenius Kabi Italia S.r.l., Punteggio ottenuto 45/50**
- ❖ **Bmc Tec S.r.l., Non Conformata** in quanto in scheda tecnica l'indice di protezione indicato è IP X4 pertanto è difforme al capitolato tecnico che richiede IP 22;
- ❖ **Carefusion Italy S.r.l., Punteggio ottenuto 37/50**

Del chè viene redatto il seguente verbale composto da n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue

Catania 13/06/2017

La Commissione
Dr. S. Coniglio *Coniglio*
Dr. S. Rametta *Rametta*
Dr F. Lo Castro *Lo Castro*

Gara per l'acquisto in somministrazione di Pompe siringa

Parametro da valutare	DITTA: CAREFUSION				Media	Punteggio ottenuto	Punteggio Max
Presenza sistema di rilevazione programmabile di brusche variazioni di pressione, sia positive che negative, con allarme di possibili occlusioni o perdite della linea di infusione.	Dr. S. Coniglio	Dr. S. Rametta	Dr. F. Lo Castro		0,5	4,00	8
Possibilità di programmare il livello di luminosità del display e il volume sonoro degli allarmi per una migliore compliance della pompa nell'uso notturno.	1	1	1		1	8,00	8
Maniglia trasporto integrata al corpo della pompa	1	1	1		1	8,00	8
Impiantabilità e trasporto delle pompe senza ulteriore accessori fino a 3 unità	1	1	1		1	8,00	8
Singolo rack di impiantaggio con unico cavo di alimentazione in grado di alloggiare fino a 8 pompe	0,5	0,5	0,5		0,5	4,00	8
Alimentazione della pompa senza trasformatore esterno	0,50	0,50	0,50		0,5	4,00	8,00
Eventuali caratteristiche migliorative del CSA strettamente legate alla richiesta.	0,50	0,50	0,50		0,5	1,00	2,00
					5	37,00	

Legenda: il punteggio da indicare varia da 0 ad 1 nel modo seguente:

- 0 insufficiente
- 0,5 sufficiente
- 0,8 buono
- 1 ottimo

Handwritten signatures and notes:
 A large signature is written across the table's columns.
 Below it, the name "Lo Castro" is written in large, cursive letters.
 To the right, another signature is visible.

Gara per l'acquisto in somministrazione di Pompe siringa

Parametro da valutare	DITTA: FRESENIUS				Media	Punteggio ottenuto	Punteggio Max
Presenza sistema di rilevazione programmabile di brusche variazioni di pressione, sia positive che negative, con allarme di possibili occlusioni o perdite della linea di infusione.	Dr. S. Coniglio	Dr. S. Rametta	Dr. F. Lo Castro		1	8,00	8
Possibilità di programmare il livello di luminosità del display e il volume sonoro degli allarmi per una migliore compliance della pompa nell'uso notturno.	1	1	1		1	8,00	8
Maniglia trasporto integrata al corpo della pompa	1	1	1		1	8,00	8
Impiantabilità e trasporto delle pompe senza ulteriore accessori fino di alloggiare fino a 8 pompe	1	1	1		1	8,00	8
Alimentazione della pompa senza trasformatore esterno	0,500	0,500	0,500		0,5	4,00	8,00
Eventuali caratteristiche migliorative del CSA strettamente legate alla richiesta.	0,500	0,500	0,500		0,5	1,00	2,00
					6	45,00	

Legenda: il punteggio da indicare varia da 0 ad 1 nel modo seguente:

- 0 insufficiente
- 0,5 sufficiente
- 0,8 buono
- 1 ottimo

Handwritten signatures and notes:
 STK
 10/10/20
 Lasi
 Fi
 Laseka