

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 194

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA MEPA/CONSIP, sotto soglia comunitaria, per "L' acquisto di Una Centrale di Monitoraggio, composta da n. 16 Monitor Multiparametrici e da una Unità Centrale", da destinarsi all' Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro.

SETTORE :

Bilancio 2017

Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. **Gianluca Roccella**)

Settore Provveditorato ed Economato
Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott. **Ottaviano Calaciura**)

Il Dirigente Responsabile F.F. Settore Provveditorato
ed Economato
(Dott. **Ssa Ersilia Riggi**)

Seduta del giorno 03 NOV. 2017

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390/serv. 1/S.G. del 01
Agosto 2017, giusta art. 3, L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott. Ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario

del **Dott. Francesco Giovanni Marangia**

ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO CHE:

PRESSO il Settore Provveditorato ed Economato di questa ARNAS Garibaldi risulta pervenute, in data 29/09/2017, la nota mail con la quale il Dirigente Responsabile del CED aziendale, Ing. M. Bisignano, su richiesta del Dirigente Responsabile del Dipartimento Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro, Dott. Sergio Pintaudi, hanno rappresentato la necessità e la somma urgenza di dover acquisire unaq Centrale di Monitoraggio, composta da n. 16 Monitor Multiparametrici e da una Unità Centrale destinate all' Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO che l'importo stimato, quale base d'asta, è pari complessivamente ad €. 200.000,00, (Euro Duecentomila/00), oltre IVA, e che per l' acquisto di che trattasi si ricorrerà, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lvo 50/2016, attraverso una Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito rivolto a tutti gli operatori economici che operano nel settore di riferimento;

VERIFICATO che CONSIP SpA, Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una Convenzione per la fornitura della Centrale di Monitoraggio oggetto del presente provvedimento;

STABILITO, quindi, di garantire il necessario approvvigionamento dell' apparecchiatura elettromedicale de quo, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP S.p.A., con la predisposizione di una procedura negoziata di gara, sotto soglia comunitaria, articolata in un Lotto, unico ed indivisibile, per l' acquisto di una "Centrale di Monitoraggio, composta da n. 16 Monitor Multiparametrici e da una Unità Centrale", da destinarsi all' Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro, da espletarsi mediante la predisposizione di una Richieste d'Offerta (RdO);

ATTESO che ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lvo 50/2016 l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, disponendo di un totale di 100 punti così ripartiti: 70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica;

ATTESO, altresì, che questa ARNAS Garibaldi procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero non procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dei contratti;

RITENUTO di precisare che l'aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara sarà subordinata alla preliminare valutazione di conformità tecnica, del dispositivo contenuto nel lotto 1, effettuata da apposita Commissione Tecnica all'uopo nominata;

CHE, pertanto, è necessario approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- **Lettera Invito:** Allegato 1;
- **Capitolato Tecnico:** Allegato 2;

CHE il costo complessivo, per la fornitura di che trattasi, andrà imputato utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 121 – sub. 2 – Sottoconto Aziendale n. 01002000400 – "Attrezzature Sanitarie e Strumentario Chirurgico" dei bilanci di competenza;

RITENUTO di precisare che la durata contrattuale verrà fissata in mesi 24 (Ventiquattro), decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara;

CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo 50/2016 si ritiene di poter individuare e nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), della presente procedura di gara, la Dott.ssa Ersilia Riggi, in qualità di Dirigente Responsabile F.F. del Settore Provveditorato ed Economato di questa ARNAS Garibaldi;

SU proposta del Dirigente Amministrativo Responsabile c/o il Settore Provveditorato ed Economato che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ;

DELIBERA

PER I motivi in premessa citati, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

AUTORIZZARE l'indizione di una procedura negoziata di gara attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ex art. 55 del D.Lvo 50/2016, per l'affidamento della fornitura di una "Centrale di Monitoraggio, composta da n. 16 Monitor Multiparametrici e da una Unità Centrale da destinarsi all' Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro, le cui caratteristiche tecniche risultano descritte nell' Allegato B – Capitolato Tecnico -, al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

STABILIRE di prevedere che ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lvo 50/2016 l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, disponendo di un totale di 100 punti così ripartiti: 70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica.

STABILIRE di prevedere che questa ARNAS Garibaldi procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero non procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

STABILIRE di prevedere che l'aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara sarà subordinata alla preliminare valutazione di conformità tecnica, dell'apparecchiatura elettromedicale contenuta nel lotto 1, unico ed indivisibile, effettuata da apposita Commissione Tecnica all'uopo nominata.

APPROVARE i seguenti atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Lettera Invito: Allegato 1;
- Capitolato Tecnico: Allegato 2;

DISPORRE l'estrazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), dalla procedura informatica SIMOG.

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP), della presente procedura di gara, la Dott.ssa Ersilia Riggi, in qualità Dirigente Responsabile F.F. del Settore Provveditorato ed Economato di questa ARNAS Garibaldi.

IMPUTARE il relativo importo, IVA esclusa, presumibilmente necessario a far fronte all'onere economico derivante da presente atto, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 121 – sub. 2 - Conto Economico n. 01002000400 "Attrezzature Sanitarie e Strumentario Chirurgico" dei bilanci di competenza.

STANTE la necessità di avviare celermente la procedure di gara di cui al presente atto, **munire lo stesso della clausola di immediata esecuzione**, al fine di assicurare, in tempi celerissimi, la fornitura dell'apparecchiatura elettromedicale, specificata nell' allegato Capitolato Tecnico, determinata dall'urgenza di dover assicurare l'espletamento dell'attività dell' Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di questa ARNAS Garibaldi.


Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)




Il Commissario

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il segretario

(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, albo dell'Azienda, il giorno _____
_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell' Azienda dal
_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come
sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93, e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" CATANIA

Settore: Provveditorato ed Economato

Prot. 5/526dcal del 31 OTT. 2017

ALLE DITTE

LETTERA INVITO/

IMPORTO A BASE D'ASTA Euro 200.000,00 iva esclusa

OGGETTO: GARA ON-LINE (MePA) PER L'ACQUISTO DI UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO COMPOSTA DA N. 16 MONITOR

Questa Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi o ARNAS Garibaldi intende esperire, ai sensi dell'art. 36 COMM. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, una procedura negoziata di gara a lotto unico ed indivisibile, sotto soglia comunitaria, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - gestito da CONSIP S.p.A, per l'acquisto di quanto in oggetto, con caratteristiche indicate nell'Allegato Capitolato Tecnico.

La fornitura verrà aggiudicata per l'intero lotto, unico ed indivisibile, anche in presenza di una sola offerta valida, in favore della Ditta che avrà praticato, ai sensi dell'art. art. 95 c. 2 e 9, l'offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio qualità/prezzo tra quello posto a base d'asta, oggetto della presente procedura di gara.

A tal fine la Ditta concorrente dovrà far pervenire:

1. **Lettera Invito /Disciplinare di gara** (firmata digitalmente);
2. **Copia offerta economica senza prezzi** riproduzione dell'offerta, senza l'indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, **pena l'esclusione dalla gara**, cosicché sarà possibile evincere in modo esplicito gli articoli offerti.
3. **Copia del versamento Anac pagato** (pena l'esclusione);
4. **Documentazione tecnica**: dovrà contenere una **relazione tecnica descrittiva dei prodotti offerti offerti nonché deplianti illustrativi e schede tecniche, in lingua italiana, redatti**

esclusivamente dalla ditta produttrice, dal distributore nazionale o dall'importatore, dai quali ricavare le caratteristiche di quanto offerto. Nelle predette documentazioni dovranno essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici.

5. Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano **SEGRETI TECNICI** e commerciali, coperte da riservatezza (art. 53 comm. 5 D. Lgs. 50/2016). Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. In caso di mancata dichiarazione, la presente Lettera invito firmata digitalmente vale come approvazione della insussistenza di tali segreti.

L' Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

N.B.: Le ditte concorrenti sono tenute a rendere, ai sensi del DPR. n. 445/2000 dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre.

Non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa:

1. risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti;
2. non risulti essere ditta produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore;

Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e/o schede tecniche.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione - al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili, con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere, in quanto non costituirà obbligo per la Commissione la ricerca della voce cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

Non saranno valutate schede tecniche o depliant recanti:

- > correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;
- > dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva.

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza - sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato tecnico saranno dichiarati "Non Valutabili".

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta senza prezzo ed economica. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta, con e senza prezzi, dovesse risultare inesistente, ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica, il prodotto offerto verrà giudicato "NON VALUTABILE".

La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui alla presente lettera invito e nell'allegato Capitolato Tecnico comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative per lo stesso prodotto.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

Riguardo al DUVRI si fa presente che i costi da interferenze sono pari a zero e che lo stesso è depositato agli atti dell'U.O. Provveditorato; verrà sottoposto alla Ditta che risulterà aggiudicataria per essere sottoscritto.

A) REQUISITI DEI LASER DA ACQUISTARE

Le specifiche tecniche dei prodotti offerti devono corrispondere a quelle genericamente indicate nell'art. 68 del D.lvo 50/2016. Tuttavia, ai sensi del c. 6 del richiamato art. 68 del D.lvo 50/2016, che testualmente recita: "Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5, del medesimo articolo. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Le ditte partecipanti dovranno, oltre alla proposta di offerta, pena esclusione, produrre scheda tecnica senza indicazione di costo e deplianti illustrativi dei prodotti offerti, in lingua italiana, da inviare digitalmente.

La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'integrità dei prodotti offerti.

I beni forniti all'ARNAS Garibaldi di Catania dovranno essere conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, garantire la conformità dei beni proposti al rispetto delle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alle prescrizioni tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni stessi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Gli arredi e/o attrezzature sanitarie e relativi accessori dovranno aver ottenuto la marcatura CE (secondo la Direttiva di riferimento).

Tutti i beni forniti, dovranno essere a norma per quanto riguarda i materiali, le caratteristiche tecniche, prestazionali, di reazione al fuoco, di finitura e di sicurezza, conformi alle norme UNI vigenti ed al D.Lgs. 81/2008.

Tutti i beni forniti, pertanto, dovranno essere corredati, all'atto della consegna, della documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti. I beni consegnati dovranno essere garantiti come esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per ogni uso razionale, e l'acquirente sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti da tali imperfezioni.

I beni offerti dovranno essere consegnati completi di ogni elemento accessorio c/o requisito necessario a garantire il corretto funzionamento degli stessi e dei dispositivi accessori installati e/o richiesti.

Le misure relative ad altezza, larghezza e profondità s'intendono richieste con un range pari a $\pm 5\%$ rispetto al valore indicato. Si precisa pertanto che una variazione superiore al $\pm 5\%$ comporterà l'esclusione del concorrente con riferimento al solo lotto giudicato non conforme.

B) OFFERTA ECONOMICA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

- 1) L'offerta dovrà essere espressa mediante l'indicazione, in cifre e in lettere, del sistema offerto..
- 2) L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta per giorni. centottanta (180), dalla data di celebrazione della gara.
- 3) Il prezzo s'intende comprensivo di spedizione, trasporto ed imballaggio, facchinaggio, consegna presso i locali destinatari della fornitura, collaudo, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi
- 4) In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre, ovvero di erroneo calcolo del prezzo è ritenuta valida quella più conveniente per l'ARNAS Garibaldi di Catania;

C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI

1) La fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate. **L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il miglior punteggio, ai sensi dell'art. art. 95 c. 2 e 9 , con il criterio qualità/prezzo tra quello posto a base d'asta.**

2) E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania, a suo insindacabile giudizio:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 D. R. n1'827/1924);
- b) di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c) di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui al combinato disposto dell'art 11 del R.D. Del 18111/1923 n. 2440 e dell'art 120 R. D. 23/5/1924 n. 827).

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, comma 9 con il metodo aggregativo compensatore, in base ai successivi parametri/qualità prezzo.

Per la nomina della Commissione aggiudicatrice questa stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 77 D.Lgs 50/10 comma 3, ciò nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo comma 12 e art. 216 comma 12 medesimo Decreto.

Per la valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:

70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica. Il punteggio totale attribuito alle singole offerte sarà espresso in centesimi, arrotondato fino alla terza cifra decimale.

D) VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELL'OFFERTA

Le componenti della valutazione dell'offerta tecnica sono riferite ai requisiti tecnici elencati nel capitolato tecnico, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo totale o sub-totale attribuibile, con una somma massima complessiva pari a 70 punti assegnabili.

PARTE TECNICA-(elementi qualitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: peso massimo 70 punti

Il punteggio sarà attribuito in base ai parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il metodo aggregativo-compensatore (all. B.D.P.R. N554/99) con la seguente formula:

$$C(a):S_n[W*V(a)_i]$$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta(a)

n=numero totale dei requisiti

W_i=peso o punteggio attribuito al requisito(i)

V(a)_i=coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

S_n=sommatoria

A tal fine si precisa che:

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (con esplicita motivazione della preferenza effettuata) secondo la modalità **della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ad ogni offerta.**

PARTE ECONOMICA (elementi quantitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta economica: sul prezzo offerto a base d'asta peso massimo 30 punti

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa ("Prezzo"), sarà applicato il metodo **CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (Interdipendente)** Calcolata automaticamente dalla Piattaforma Consip/Mepa con alfa = 0,3.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà riportato, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016, il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria tra punteggio scheda valutazione qualità e punteggio offerta economica.

E) MANUTENZIONE E ASSISTENZA

GARANZIA E MANUTENZIONE

Tutti i prodotti si intenderanno garantiti full risk , per i difetti di fabbricazione o derivanti dal trasporto, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data della effettuazione del collaudo avente esito positivo.

L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

Si invita a specificare anche il costo orientativo della manutenzione dopo la garanzia di 24 mesi.

Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica , quindi porrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto)** ore solari successive alla chiamata.

F) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata:

1) dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia, nonché al rispetto puntuale della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

2) all'obbligo della Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di Conto Corrente, bancario o postale "dedicato/i", anche non in via esclusiva all'appalto in cui dovranno confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relative ai dati trasmessi, giusto art. 3 L. 136/2010;

3) alla costituzione del deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lvo 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura, in una delle seguenti forme:

- numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;

- fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
 - assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di Credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l'altro, la seguente clausola: ". . .la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:
 - al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;
 - ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell'art. 1957 del codice civile..."
- Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.
- 4) all'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

G) STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà redatto in modalità elettronica tramite l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 c. 2 del D.lgs. 82/2005. In esso verranno richiamate tutte le norme contenute nella lettera invito alle cui clausole la ditta aggiudicataria sarà vincolata in quanto già espressamente sottoscritta per accettazione in sede di presentazione di offerta.

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia.

H) DOCUMENTAZIONE POST-AGGIUDICAZIONE

La ditta aggiudicataria, entro venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di notifica dell'aggiudicazione (termine perentorio), dovrà assolvere i seguenti adempimenti a pena di revoca della stessa:

- Trasmissione al Settore Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera del deposito cauzionale definitivo di seguito indicato;
- Su eventuale richiesta dell'Azienda Ospedaliera certificare, laddove non debba provvedere d'ufficio l'Azienda stessa, con documenti originali alcune delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Se dalle informazioni di cui sopra risulta che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della fornitura, non si darà luogo al contratto con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

Qualora a seguito delle verifiche disposte, l'Azienda Ospedaliera accerti che la ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di immediata decadenza dall'aggiudicazione. Il provvedimento di decadenza comporterà la segnalazione del reato alla competente Autorità giudiziaria.

I) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA MERCE:

- 1) La verifica della merce consegnata verrà effettuata dai Dirigenti Responsabili destinatari dei prodotti;
- 2) L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice dalla garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.
- 3) Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell' Azienda.
- 4) E' vietata qualsiasi cessione o sub-appalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e di risarcimento, di ogni conseguente danno, fatte salve le disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 105 del D.Lvo. 50/2016;
- 5) Ai sensi dell'art. 106 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto dovranno essere notificate all' Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario, nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa ARNAS se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda, di copia autenticata del relativo atto debitamente notificato.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 106 del d.lgs. 50/2016 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 29/2009.

- 6) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.
- 7) In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria 1' ARNAS Garibaldi potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.
- 8) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell' ARNAS Garibaldi di Catania senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.
- 9) L'ARNAS Garibaldi di Catania si riserva la facoltà di **RECEDERE DAL CONTRATTO**, previo preavviso di 10 giorni, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:
 - In qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio:
 - In qualsiasi momento del contratto in applicazione della normativa vigente antimafia e qualora i controlli, ai sensi del D.L.vo 159/2011, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
 - Qualora il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (**legge regionale n. 1512008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 0610812013 Assessorato della Salute**).
 - In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

- Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria;
- Mancata presentazione, entro i termini, della documentazione richiesta ai fini della formalizzazione del contratto;
- Fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi;
- Nel caso di cessione del credito o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
- Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce; la mancata sostituzione della merce equivale a mancata consegna.
- Quando l' Azienda Garibaldi dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione, parziale o totale, di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- Non conformi o inadeguate;
- Presenza di eventuali vizi occulti.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova, sia in via amministrativa che in via giudiziaria, solo i processi verbali redatti dal Responsabile dell' Ufficio competente alla presenza e con la firma di due testimoni.

La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata:

a) alla presentazione di regolare fattura;

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) luogo di consegna della merce;

b) protocollo e data dell'ordinativo; L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT) e del collaudo presso gli uffici amministrativi del Settore Provveditorato.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali contestazioni interrompono il termine testè indicato.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Catania. E esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non specificatamente precisato nella presente lettera invito valgono i regolamenti aziendali e le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
F.to Dott.ssa Ersilia Riggi**

CAPITOLATO TECNICO

CENTRALE DI MONITORAGGIO E MONITOR

Centrale di monitoraggio pazienti, composta da n°16 monitor multiparametrici e unità centrale-

Le caratteristiche tecniche minime sotto riportate devono essere possedute da ciascun concorrente pena l'esclusione dalla procedura.

Sistema di monitoraggio di ultima generazione composto da monitor al posto letto collegati ad una centrale di monitoraggio per la sorveglianza, la revisione e la gestione dei dati.

Caratteristiche monitor

Monitor modulari di tipo plug & play con moduli separabili dall'unità principale e intercambiabili fra tutti i monitor con display da almeno 15" touchscreen. Il display formato 16:9 e deve garantire la visualizzazione di 12 tracce. I monitor devono essere capaci di monitorare di base i seguenti parametri:

- ECG 12 derivazioni di tipo diagnostico con analisi delle aritmie, tratto ST e QT/QTc in continuo
- SpO2
- Respiro
- Pressione non invasiva NIBP
- preferibilmente 2 canali di monitoraggio della temperatura
- preferibilmente 2 canali di monitoraggio della pressione invasiva IBP

Inoltre dovranno essere forniti i seguenti moduli che all'occorrenza verranno inseriti nei monitor:

- Modulo per il monitoraggio della gittata cardiaca con metodo termodiluizione
- Modulo per il monitoraggio della gittata cardiaca con tecnologia Picco, preferibilmente Picco2
- Modulo interfaccia apparecchiature posto letto (che permetta di collegare ventilatori, pompe ecc.. al monitor)
- Modulo EtCO2
- Modulo EEG a 4 canali
- Modulo per la misura della saturazione venosa centrale ScVO2
- Modulo o strumento stand alone interfacciato al monitor per la misura della saturazione regionale tissutale cerebrale
- Modulo Gas, Bis, ecc...

I monitor dovranno essere dotati di memoria interna per poter archiviare e rivedere almeno 48 ore di trend e preferibilmente 48 ore di full disclosure di tutte le forme d'onda. Per tutti i parametri monitorati dovrà essere possibile impostare degli allarmi di minima e di massima. Dovranno essere presenti anche porte USB per la connessione di tastiere e mouse, uscita video per la connessione di display secondari e connessione alla centrale di monitoraggio tramite porta RJ-45.

Preferibilmente i monitor dovranno essere aggiornabili con software integrati di supporto clinico decisionale per esempio per la valutazione emodinamica, della sepsi, il calcolo dello score EWS e MEWS e il calcolo del Glasgow Coma Score.

Il monitor multiparametrico deve essere dotato di un PC preferibilmente integrato all'interno dell'unità centrale, con sistema operativo Windows 7 sul quale installare applicativi aziendali quali software per la gestione della cartella clinica, visualizzatori di immagini radiologiche PACS e DICOM e esami di laboratorio LIS. Il PC integrato potrà condividere il display del monitor posto letto o utilizzare un display secondario ad esso dedicato.

Tutti i moduli multiparametrici (ECG, SpO2, NIBP, Temp, IBP) dovranno essere dotati di display e batteria; tali moduli di tipo plug and play, all'occorrenza, disinserendoli dal monitor principale, devono essere utilizzabili per il trasporto intraospedaliero del paziente; il sistema deve memorizzare i dati e, non appena inserito nel monitor principale, scaricare i dati acquisiti.

Caratteristiche centrale di monitoraggio

La centrale di monitoraggio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Computer di ultima generazione
- Capace di collegare fino a 32 monitor
- Dotata di 2 display da almeno 22"
- Capace di centralizzare i monitor tramite rete informatica formato standard TCP/IP
- Dotata di stampante laser di rete
- Preferibilmente dotata di registratore termico
- Dotata di memoria interna o esterna per l'archiviazione e il riesame di almeno 96 ore di trend e 96 ore di full disclosure di tutte le forme d'onda
- Controllo bidirezionale delle funzioni principali dei monitor quali la regolazione e il silenziamento degli allarmi, ammissione e dimissione dei pazienti e gestione delle stampe

Sarà valutata positivamente la possibilità che la centrale supporti la connessione remota di PC e dispositivi mobili quali smartphone e tablet tramite rete intranet o internet per la visualizzazione in tempo reale dei dati monitorati.

Le centrali dovranno implementare il protocollo HL7 per la trasmissione dei dati ad altri sistemi informatici ospedalieri e dovranno a loro volta integrare un'interfaccia al sistema di ammissione ospedaliera per l'importazione dei dati.

Griglia di valutazione

| | |
|---|----|
| Caratteristiche monitor posto letto (ergonomia, facilità di utilizzo, caratteristiche costruttive, espandibilità del sistema) | 20 |
| Caratteristiche modulo/monitor multiparametrico (ECG, NIBP, IBP, SpO2, Temp) da trasporto (ampiezza display, durata batteria, facilità d'uso, ergonomia, caratteristiche costruttive) | 15 |
| Caratteristiche centrale di monitoraggio (capacità memorizzazione dati, facilità d'uso, funzioni di controllo) | 15 |
| Espandibilità del sistema | 5 |
| Caratteristiche migliorative del sistema offerto rispetto al capitolato tecnico | 15 |

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 200.000,00 IVA ESCLUSA.