

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 336

OGGETTO: Aggiudicazioni delle procedure di gara sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di Laser per l'U.O.C. di Chirurgia toracica- RDO1697810 - CIG Z541EFB629 e di Laser ad olmio per l'U.O.C. di Urologia Garibaldi Nesima Catania-RDO 1697991- CIG 7210387794

<p style="text-align: center;">SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilanci di competenza Aut. Sub aggregato di spesa C.E. S.P. 01002000400 Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.</p> <p>Li</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <p>Lista di liquidazione n°</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria (Dott. <i>Maria Lorenza Felli</i>)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott. <i>ssa Ersilia Riggi</i>)</p>	<p style="text-align: right;">Seduta del giorno <u>12 DIC 2017</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 – Catania</p> <p style="text-align: center;">IL COMMISSARIO Dott. GIORGIO GIULIO SANTONOCITO</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv. 1 /S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art. 3, comma 2, L.R. n. 4 del 01 Marzo 2017.</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>Ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

Premesso che con nota prot. n. 21 del 08 marzo 2017 del Direttore dell'U.O.C. di Urologia del P.O. Nesima Garibaldi Catania è stata espressa la necessità e l'urgenza dell'acquisto di n. 1 Laser ad Olmio, da utilizzare nel trattamento chirurgico di resezione bipolare e per le patologie in ambito urologico ad implementazione della dotazione esistente, con i requisiti specifici indicati nella nota prot. n. 1686 del 31 marzo 2017;

che nel report del Team aziendale per l'HTA del P.O. " Garibaldi Centro", giusta nota prot. 09/HTA del 29/11/2016 è stato espresso parere favorevole all'acquisto del Laser ad Olmio.

che con nota prot. n. 2803 del 16 giugno 2017, il Direttore dell'U.O.C. di Urologia ha indicato le caratteristiche tecniche del Laser ad Olmio e la base d'asta pari ad € 197.000,00, IVA esclusa della procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che con richiesta del 14 marzo 2016 il Responsabile dell'U.O.C. di Chirurgia Toracica ha espresso la necessità e l'urgenza dell'acquisto del Laser per la sala operatoria, a cui sono seguiti il parere favorevole del Direttore Sanitario e l'indagine di mercato, giusta nota prot. n. 1413 del 16 marzo 2017;

che con le note prot. n. 1350 del 25 marzo 2016 e prot. n. 2801 del 15 giugno 2017, il suindicato Responsabile richiedente ha indicato e precisato le caratteristiche tecniche, mentre con la nota prot. 3988 del 24 agosto 2017 è stata individuata la griglia per l'attribuzione del punteggio di qualità ;

che con delibera n. 26 del 31 agosto 2017 del Commissario Straordinario è stata autorizzata l'indizione delle seguenti procedure di gara sulla piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/ 2016,approvando i relativi documenti di gara della lettera invito e capitolato tecnico:

- Laser ad Olmio, importo a base d'asta € 197.000,00, IVA esclusa,
- Laser per la chirurgia toracica a base d'asta € 195.000,00, IVA esclusa;

Considerato che, nel rispetto delle direttive sull'utilizzo del MEPA, impartite dalla Direzione Generale aziendale e coerentemente con il nuovo codice appalti D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i., previa la sopra indicata autorizzazione del Commissario Straordinario all'indizione, si è provveduto all'espletamento on line delle suddette gare sul MEPA CONSIP

- **R.D.O. n.1697810**, con importo complessivo a base d'asta di € 197.000,00, IVA esclusa, da aggiudicare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa,
- **R.D.O.** n. 1653874, modificato in n. **1697991**, a seguito di modifica del meta prodotto , con importo complessivo a base d'asta € 195.000,00, IVA esclusa, da aggiudicare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;

che in entrambe le procedure, è stata verificata la conformità della documentazione amministrativa delle offerte pervenute, entro i termini di scadenza;

che (R.D.O. n.1697810) con verbale di verifica tecnica del 24 novembre 2017, la Commissione Tecnica, nominata con disposizione del Commissario prot. n. 138/ Comm. del 6 novembre 2017, dopo avere analizzato le schede tecniche presentate dall'unica Ditta partecipante e stante la conformità del prodotto offerto a quanto richiesto nel capitolato di gara ha attribuito alla Cao S.r.L. il punteggio di 64,60/70;

che (R.D.O. 1697991) con verbale di verifica tecnica del 29 novembre 2017 prot. n. 138, la Commissione Tecnica, nominata con disposizione del Commissario prot. n. 162 del 17 novembre 2017, dopo avere analizzato le documentazione tecnica dell'unica Ditta partecipante e stante la conformità del prodotto offerto a quanto richiesto nel capitolato di gara ha attribuito alla Andromedica S.R.L il punteggio di 64/70;

che concluse entrambe le procedure di gara, si ritiene di dovere prendere atto delle relative risultanze, come da riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute e dai verbali di gara delle Commissioni tecniche , che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

che nella procedura R.D.O. n. 1697810 risulta aggiudicataria la Ditta CAO SRL, per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con il punteggio complessivo di 94,60, di cui 64,60 per la valutazione tecnica della commissione e 30,00 per l'offerta economica, come da riepilogo del 29 novembre 2017;

che nella procedura R.D.O. n. 1697991 risulta aggiudicataria la Ditta Andromedica S.R.L., per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con il punteggio complessivo di 94,00, di cui 64,00 per la valutazione tecnica della commissione e 30,00 per l'offerta economica, come da riepilogo del 30 novembre 2017.

Considerato che per la fornitura del laser ad olmio di che trattasi occorre stabilire di trarre la relativa spesa complessiva di € 196.000,00, oltre di I.V.A., sul conto economico 01002000400 "Attrezzatura sanitaria", autorizzazione di spesa 121 sub 1 anno 2018.

Considerato che per la fornitura del laser per la chirurgia toracica di che trattasi occorre stabilire di trarre la relativa spesa complessiva di € 192.392,65 oltre di I.V.A., sul conto economico 01002000400 "Attrezzatura sanitaria", autorizzazione di spesa 121 sub 1 anno 2018.

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Stabilire di prendere atto dell'avvenuto espletamento da parte del Settore Provveditorato ed Economato delle seguenti procedure telematiche, sulla piattaforma CONSIP denominata MEPA,
- **R.D.O. n. 1697810- CIG Z541EFB629**, per l'acquisto di un laser ad olmio per l'U.O. di Urologia,
- **R.D.O. n. 1697991- CIG 7210453E09** per l'acquisto di laser per la chirurgia toracica,
le cui risultanze, come da riepilogo delle attività in Esame delle offerte ricevute e da verbale della Commissione tecnica, si allegano al presente atto per farne parte integrante;


Aggiudicare le presenti gare

- alla **Ditta CAO S.R.L.**, con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, n. 2, 23010 Buglio in Monte (SO), secondo oggetto della suddetta procedura al prezzo complessivo di € 239.000,00, comprensivo di IVA, con riserva di revoca, in base all'esito degli accertamenti post gara;

- alla **Ditta Andromedica S.R.L.**, con sede legale in Via J. F. Kennedy, n. 43, 95030 Sant'Agata li Battiati (CT), secondo oggetto della suddetta procedura al prezzo complessivo di € 234.719,033, comprensivo di IVA, con riserva di revoca, in base all'esito degli accertamenti post gara.

Imputare le complessive somme di spesa di € 239.000,00 e € 234.719,033, IVA compresa, sul conto economico 01002000400 "Attrezzatura sanitaria", autorizzazione di spesa 121, sub 1 anno 2018.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)




IL COMMISSARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1697810
Descrizione RDO:	Laser ad Olmio
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PGRF65 Ersilia Riggi
Inizio presentazione offerte:	21/09/2017 08:59
Termine ultimo presentazione offerte:	17/10/2017 13:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	06/10/2017 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	17/04/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
Segnalazione delle offerte	si

anomale:	
-----------------	--

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LASER AD OLMIO
CIG	7210387794
CUP	
Dati di consegna	Via palermo, 636 cataniaCatania - 95122 (CT)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza santa maria del gesù n.5Catania - 95123 (CT)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	197000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Laser ad Olmio
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'apparecchiatura per laserterapia	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
4	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	

6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	* Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Z120615
8	* Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Tipo apparecchiatura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Portatile • Postazione fissa • Postazione Carrellata
10	* Potenza massima sorgente [mW]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 300 • Da 301 a 500 • Da 501 a 800 • da 801 a 1100 • Da 1101 a 1500 • Da 1501 a 2000 • Da 2001 a 2500 • Da 2501 a 3000 • Da 3001 a 4000 • Da 4001 a 5000 • Da 5001 a 6000 • Oltre 6000
11	* Uscite	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2
12	* Lunghezze d'onda	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2
13	* Lunghezza d'onda massima [nm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Da 800 a 850 • Da 851 a 900 • Da 901 a 950 • Oltre 950

14	* Modalità di emissione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Continua + pulsata a 3 frequenze regolabili • Continua + pulsata a 1 frequenza predefinita • Continua + pulsata a 2 frequenze predefinite • Continua + pulsata a 3 frequenze predefinite
15	* Dotazione manipoli	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
16	* Trasferimento dati	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SD card rimovibile • Connettore USB
17	* Tastiera	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Integrata a tasti • Schermo Touch
18	* Alimentazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria • Rete • Rete con batteria tampone
19	* Interfaccia con PC	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
20	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Lettera invito-Capitolato	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Versamento Anac	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta senza prezzi	LASER AD OLMIO	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	LASER AD OLMIO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Scheda tecnica	LASER AD OLMIO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica	LASER AD OLMIO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LASER AD OLMIO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1697810
Descrizione RDO:	Laser ad Olmio
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PGRF65
Inizio presentazione offerte:	21/09/2017 08:59
Termine ultimo presentazione offerte:	17/10/2017 13:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	06/10/2017 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	17/04/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 LASER AD OLMIO

CIG	7210387794
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Laser ad Olmio/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	197000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CAO SRL	Singola	04624161008	13/10/2017 15:52

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	19/10/2017 08:52:25	23/10/2017 09:10:44

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Lettera invito-Capitolato		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Versamento Anac	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CAO SRL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Offerta senza prezzi	
	Valutazione	Note
CAO SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	23/10/2017 09:10:52	29/11/2017 08:46:05

Concorrente	Offerta Tecnica (fac-simile)	Scheda tecnica
-------------	------------------------------	----------------

	di sistema)			
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CAO SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
		29/11/2017 08:46:49

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		Offerta Economica	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CAO SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
CAO SRL	56,00 punti	64,60 punti	24,00 punti	30,00 punti	SI

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
CAO SRL	196000,00	0,00	64,60	30,00	94,60

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 1697810 "Laser ad Olmio"

La commissione tecnica, composta dal Dr. E. Di Grazia, Dr. S. Dammino e Dott.ssa G. Manciagli, nominata con disposizione del Commissario prot. n. 138 del 06/11/2017, per la verifica della documentazione tecnica della gara Mepa/Rdo n. 1697810 di cui in oggetto, perviene ai seguenti risultati:

RDO N. 1697810 Ditte:


- CAO S.r.l.: Punteggio ottenuto 64,60 / 70 (scheda di valutazione allegata)

Del chè viene redatto il seguente verbale composto da n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue


Catania 29/11/2017

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROV. TO ED ECONOMATO
29 NOV. 2017
Prot. N° 5762
ARRIVO

La Commissione

Dr. E. Di Grazia 

Dr. S. Dammino 

Dott.ssa G. Manciagli 

LASER AD OLMIO

DITTA CAO S.r.l.

		Dott. E. Di Grazia	Dott.ssa G. Manciangli	Dott. S. Dammino	Media	Punteggio ottenuto
Laser ad Holmio di almeno 100W di potenza	10	1	1	1	1	10,00
Sistema di Morcellazione indipendente dal laser e con Lamme a ghigliottina	10	1	1	1	1	10,00
Possibilità di effettuare interventi di Calcolosi con effetto minimo di retroposizione	13	1	1	1	1	13,00
Ergonomia, semplicità di utilizzo (es doppio pedale), esportabilità dei dati.	5	1	1	1	1	5,00
Modalità Case Saver	2	1	1	1	1	2,00
Possibilità di utilizzo con fibre a punta atraumatica	7	0,4	0,4	0,4	0,4	2,80
Programma di tutoraggio (descrivere organizzazione tempi e modalità)	7	1	1	1	1	7,00
Possibilità di memorizzare protocolli di trattamento personalizzati per ogni operatore	5	1	1	1	1	5,00
Pompa peristaltica per procedure di Calcolosi Percutanea	6	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40
Durata ed estensione della Garanzia	2	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60
Descrizione assistenza Tecnica durante il periodo di garanzia	2	1	1	1	1	2,00
Pedale Laser multifunzione con possibilità di stand by da parte dell'operatore	1	1	1	1	1	1,00
TOTALE	70	1	1	1	1	1,00

64,60

GIUDIZIO		OTTIMO	BUONO	DISCRETO	ADEGUATO	PARZIALMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
		1	0,8	0,6	0,4	0,2	0

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1697991
Descrizione RDO:	LASER PER CHIRURGIA TORACICA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	ERSILIA RIGGI
Inizio presentazione offerte:	21/09/2017 09:52
Termine ultimo presentazione offerte:	19/10/2017 13:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	06/10/2017 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	19/04/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Segnalazione delle offerte anomale:	si
--	----

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LASER PER CHIRURGIA TORACICA
CIG	7210453E09
CUP	
Dati di consegna	Via palermo, 636 cataniaCatania - 95122 (CT)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza santa maria del gesù n.5Catania - 95123 (CT)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	195000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Laser per chirurgia toracica
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'apparecchiatura per laserterapia	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
4	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	

5	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	* Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Z120615
8	* Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Tipo apparecchiatura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Portatile • Postazione fissa • Postazione Carrellata
10	* Potenza massima sorgente [mW]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 300 • Da 301 a 500 • Da 501 a 800 • da 801 a 1100 • Da 1101 a 1500 • Da 1501 a 2000 • Da 2001 a 2500 • Da 2501 a 3000 • Da 3001 a 4000 • Da 4001 a 5000 • Da 5001 a 6000 • Oltre 6000
11	* Uscite	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2
12	* Lunghezze d'onda	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2
13	* Lunghezza d'onda massima [nm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Da 800 a 850 • Da 851 a 900 • Da 901 a 950 • Oltre 950

14	* Modalità di emissione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Continua + pulsata a 1 frequenza predeterminata • Continua + pulsata a 2 frequenze predeterminate • Continua + pulsata a 3 frequenze predeterminate • Continua + pulsata a 3 frequenze regolabili
15	* Dotazione manipoli	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
16	* Trasferimento dati	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SD card rimovibile • Connettore USB
17	* Tastiera	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Schermo Touch • Integrata a tasti
18	* Alimentazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria • Rete • Rete con batteria tampone
19	* Interfaccia con PC	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
20	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Lettera invito-Capitolato	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta senza prezzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Versamento Anac	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	LASER PER CHIRURGIA TORACICA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Scheda tecnica	LASER PER CHIRURGIA TORACICA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LASER PER CHIRURGIA TORACICA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta economica	LASER PER CHIRURGIA TORACICA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1697991
Descrizione RDO:	LASER PER CHIRURGIA TORACICA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	21/09/2017 09:52
Termine ultimo presentazione offerte:	19/10/2017 13:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	06/10/2017 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	19/04/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 LASER PER CHIRURGIA TORACICA

CIG	7210453E09
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Laser per chirurgia toracica/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	195000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	ANDROMEDICA S.R.L.	Singola	03552910873	13/10/2017 08:01

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/10/2017 10:50:04	23/10/2017 08:44:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Offerta senza prezzi		Lettera invito-Capitolato		Versamento Anac	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ANDROMEDICA S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	23/10/2017 08:44:07	30/11/2017 09:14:17

Concorrente	Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)		Scheda tecnica	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ANDROMEDICA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	30/11/2017 09:15:14	30/11/2017 09:17:07

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		Offerta economica	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ANDROMEDICA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
ANDROMEDICA S.R.L.	56,00 punti	64,00 punti	24,00 punti	30,00 punti	SI

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
ANDROMEDICA S.R.L.	192392,65	0,00	64,00	30,00	94,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

2

1251-INT- N° 138

Contoso Art.
Dottore
Cristoforo



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 1697991 "Laser per chirurgia topica"

La commissione tecnica, composta dal Dott.ssa G. Manciangli, Dr. A. Maresca e Dr. A. Chisari, nominata con disposizione del Commissario prot. n. 162 del 17/11/2017, per la verifica della documentazione tecnica della gara Mepa/Rdo n. 1697991 di cui in oggetto, perviene ai seguenti risultati:

RDO N. 1697991 Ditte:

- **Andromedica S.r.l.: Punteggio ottenuto 64/70 (scheda di valutazione allegata)**

Del ch  viene redatto il seguente verbale composto da n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue

Catania 24/11/2017



La Commissione

Dott.ssa. G.Manciangli *G. Manciangli*
 Dr. A. Maresca *A. Maresca*
 Dr. A. Chisari *A. Chisari*

LASER PER CHIRURGIA TORACICA

CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO	ditta : ANDROMEDICA				Punteggio ottenuto
	Pt Max	Dr. A. Maresca	Dot.tessa G. Mancigli	Dr. A. Chisari	
Almeno tre tipi programmati personalizzabili e memorizzabili con i parametri impostati dall'operatore per potenza laser, durata impulso, durata pausa, flusso aspirazione fumi, flusso aria d'irrigazione.	10	1	1	1	10,00
Aspiratore di fumi chirurgici incorporato dotato di due fori di diametro diverso, per il collegamento di tubi di diametro interno 22 mm e 10 mm	10	0,8	0,8	0,8	8,00
Ingresso del laser, compreso aspiratore di fumi: inferiore a 600x600 x110 mm	10	0,8	0,8	0,8	8,00
potenza del laser regolabile fino ad almeno 150 Watt	10	0,8	0,8	0,8	8,00
Regolazione potenza del laser con passi inferiori a 10 watti per le basse potenze	10	1	1	1	10,00
Pilot laser con lunghezza d'onda 635 nm di potenza almeno 5 mW	10	1	1	1	10,00
Lunghezza delle fibre nude superiore a 280cm	10	1	1	1	10,00
TOTALE	70				64,00

GIUDIZIO	GIUDIZIO				INADEGUATO
	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	ADEGUATO	
	1	0,8	0,6	0,4	0
				0,2	

See A. Chisari