

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 384

Oggetto: Aggiudicazione della procedura di gara attraverso R.D.O. sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di **INTENSIFICATORE DI BRILLANZA PER U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**. P.O. Garibaldi Centro CIG **725300483D**

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2017</p> <p><u>C.E. 01002000400</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>21 DIC 2017</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, comma 2, L.R. N° 4 del 01 Marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dr. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile del procedimento (Sig. Vinci Raimondo)</p> <p>Il Responsabile del Settore Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott.ssa Ersilia Riggi)</p>	

Premesso che con deliberazione n. 152 del 18/10/2017 è stata indetta, attraverso R.D.O. N° 1745622, sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) la procedura di gara per l'acquisto di un *INTENSIFICATORE DI BRILLANZA PER. U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA*. P.O. Garibaldi Centro;

Considerato che, nel rispetto delle direttive sull'utilizzo del MEPA impartite dalla Direzione Generale aziendale e coerentemente con il nuovo codice appalti D.lgs 50/2016 e s.m.i., si è provveduto all'espletamento esclusivamente on line della suddetta gara sul MEPA RDO n. **1745622, CIG 725300483D**;

Visto il seguente atto:

- Verbale della **Commissione tecnica** per la verifica conformità tecnica del 20/11/2017, allegato al presente atto;

Che, conclusa la procedura di gara, svolta sulla piattaforma MEPA, si ritiene dover prendere atto delle relative risultanze, come da riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Che, pertanto con punteggio finale ottenuto di 100/100 risulta aggiudicataria la ditta **ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO** che ha offerto quanto in gara al prezzo di € 207.990,00 oltre I.V.A. ;

Considerato che, per le forniture del sistema di che trattasi occorre stabilire di trarre la relativa spesa di € 253.747,80 IVA comp. sul conto 01002000400 "Attrezzature Sanitarie" autorizzazione di spesa 121 sub 1;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto dell'avvenuto espletamento da parte del Settore Provveditorato ed Economato della procedura telematica, sulla piattaforma CONSIP denominata MEPA, di cui alla relativa RDO n. **1745622, CIG 725300483D** le cui risultanze, come da riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, si allegano al presente atto per farne parte integrante;

Aggiudicare la presente Gara alla ditta **ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO** , Piazza della Vittoria, n.3, CAP 42121 Reggio Emilia, che ha offerto quanto in gara al prezzo di € 207.990,00 oltre I.V.A. ;


Imputare la somma € 253.747,80 IVA comp. sul conto 01002000400 "Attrezzature Sanitarie" autorizzazione di spesa 121 sub 1;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività per consentire all'Unità Operativa di ripristinare l'attività operativa di diagnosi, giusta nota del 03/07/2017.


Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)




Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Segretario
Dott. Francesco Giovanni Marangia



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1745622
Descrizione RDO:	INTENSIFICATORE DI BRILLANZA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PGRF65
Inizio presentazione offerte:	26/10/2017 08:37
Termine ultimo presentazione offerte:	13/11/2017 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	07/11/2017 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	13/04/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG	725300483D
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Sistemi per radiologia domiciliare/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	208000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO	Singola	02119100358	10/11/2017 14:12

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	14/11/2017 09:01:54	14/11/2017 09:14:24

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO		Lettera invito_capitolato		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		DICHIARAZIONE EX ART. 80		PAGAMENTO ANAC	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
		14/11/2017 09:14:33

Concorrente	Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)		SCHEDE TECNICHE PRODOTTO	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
		11/12/2017 12:35:18

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		OFFERTA ECONOMICA	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO	56,00 punti	70,00 punti	24,00 punti	30,00 punti	SI

UNICO					
-------	--	--	--	--	--

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO	207990,00	0,00	70,00	30,00	100,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 1745622 "INTENSIFICATORE DI BRILLANZA"

La commissione tecnica nominata con disposizione del Commissario prot. n.166/Comm del 20/11/2017, composta dalla dott.ssa P. Aliffi, dal dott. A. Grimaldi, Dr. A. Famoso, procedono all'esame della documentazione tecnica riportando i seguenti risultati:

RDO N. 1745622:


La ditta ZIEHM IMAGING S.R.L. offre un ARCO a C conforme alla richieste espresse nel capitolato di gara ed ottiene un punteggio qualità pari a 70 /70


Del chè viene redatto il seguente verbale, allegando la schede di valutazione, che letto e confermato viene sottoscritto come segue.


Catania



La Commissione

D.ssa P. Aliffi 

Dr. A. Grimaldi 

Dr. A. Famoso 

GRIGLIA ATTRIBUZIONI PUNTEGGIO 70 punti

VOCE	PUNTI	GRIMALDI	FAMOSO	ALIFFI
CARATTERISTICHE DEL GENERATORE	12			
CARATTERISTICHE DELL'ARCO A C (movimentazioni, materiali, peso, maneggevolezza, ergonomia)	8			
CARATTERISTICHE DELL' DETETTORE DIGITALE DINAMICO (Dimensioni, nr di pixel..)	8			
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA' DEL PANNELLO PER CONTROLLO IMAGING POSIZIONATO SUL CARRELLO MONITOR, ARCO A C E TAVOLO OPERATORIO	8			
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA' DEL PANNELLO DI CONTROLLO E GESTIONI DELLE MOTORIZZAZIONI POSIZIONABILE SUL TAVOLO OPERATORIO	6			
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA' DEL CARRELLO MONITOR, INTERFACCIA UTENTE	6			
CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE 3D E MPR CON VISUALIZZAZIONE ASSIALE, CORONALE E SAGITTALE DELL'AREA ACQUISITA	17			
CARATTERISTICHE E INTERFACCIE CON I SISTEMI DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA				
CERTIFICAZIONI POSSEDUTE	3			
DURATA DELLA GARANZIA E CARATTERISTICHE DELL'ASSISTENZA	2			
	70			

N.B. La ditta che non raggiunge il punteggio minimo di 36/70, non verrà ammessa alla fase successiva della gara