

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 35

OGGETTO: ACQUISTO LAMPADA SCIALITICA PER SALA OPERATORIA U.O.C. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGICA P.O. GARIBALDI CENTRO

SETTORE PROVVEDITORATO Bilancio 2018 Aut. - 121 <u>C.E.</u> Reg.to al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno 15 GEN. 2018 Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01/Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 1 Marzo 2017
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott. ssa Anna Rita Mattaliano
Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Dr. Calaciura Ottaviano Il Responsabile del procedimento Il Capo Settore Provveditorato f.f. Dott.ssa Ersilia Riggi	ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che:

- Con nota prot. n. 374/2017 pervenuta al n.s prot. n. 5144 del 25/10/2017, il Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Garibaldi Centro, ha chiesto urgente acquisto di una lampada scialitica per la sala operatoria.

Vista la nota su richiamata con la quale si rappresenta l'urgenza dovuta dal guasto della lampada in uso e non più riparabile come da relazione dell'Elettronica Bio Medica (EBM) di dismissione della stessa con nota prot. CAOG320 del 31/08/2017.

Che in seno alla richiesta viene precisato: *"... vengono richieste caratteristiche compatibili con la lampada scialitica presente nell'altra sala operatoria, cioè manipoli intercambiabili, predisposizione per installazione di telecamera attualmente in uso nella lampada scialitica della seconda sala operatoria; ciò da la possibilità di poter utilizzare gli stessi predetti sistemi nelle due sale operatorie"*

Che nello specifico ricorre la fattispecie di cui all'art. art. 63 com. 3 lett. b) D.lgs 50/2016: *"....consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture ..., qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquisire forniture con caratteristiche differenti, il cui impiego comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate"* ;

Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario di cui alla nota prot. n. 5186 del 27/10/2017;

Atteso che con nota prot. n. 5994 del 13/12/2017 è stata pubblicata indagine di mercato onde avere eventuale conferma dell'esclusività del prodotto, le cui caratteristiche devono essere compatibili con la lampada scialitica presente nella seconda sala operatoria;

Che l'istruttoria di tale indagine ha condotto all'esito finale della "non compatibilità" dei prodotti delle Ditte che hanno riscontrato la preinformazione;

Atteso che con nota prot. n. 17173 del 29/11/2017, è stato chiesto preventivo/offerta alla Ditta Medimed S.r.l. quale distributore del modello Volista 64 DF di produzione Maquet, compatibile con quanto richiesto dal sanitario (ai fini di una intercambiabilità degli accessori tra cui manipoli sterilizzabili e predisposizione di installazione della telecamera attualmente in uso nella seconda sala operatoria);

Visto il preventivo n. 168/mr del 06/12/2017 della Ditta Medimed S.r.l. con importo complessivo di Euro 45.890,00 Iva esclusa, rappresentando la perfetta e unica compatibilità ed interscambiabilità con la lampada in nostra dotazione nella seconda sala operatoria;

Che è in corso la procedura di accertamento ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 313/2002;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Affidare, ex. art. 63 comma 3 lett. b) D.lgs 50/2016, la fornitura della lampada scialitica Volista 64 DF, compatibile ed interscambiabile con i manipoli sterilizzabili, la telecamera HD e con il sistema di acquisizione immagine, della lampada scialitica della seconda sala operatoria in dotazione, per un importo complessivo di Euro 45.890,00 Iva esclusa, alla Ditta Medimed S.r.l quale distributore della stessa;

Stabilire di trarre le somme per un importo Complessivo di € 55.985,80 Iva inclusa, necessarie alla fornitura di che trattasi attingendo dalle assegnazioni di cui all'autorizzazione n. 121 sub. 1 budget 2018 Conto Economico 01002000400 "Attrezzature sanitarie".

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività al fine di dotare, con assoluta urgenza, la sala operatoria di una nuova lampada scialitica in sostituzione a quella dichiarata dismessa dall'Ingegneria Clinica, garantendo la normale attività operatoria.

Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
