

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 68

Oggetto: Indizione sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di un elettrobisturi per U.O.C. di Chirurgia Toracica, ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. b) D.lgs 50/2016.

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2018 Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>24 GEN 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01/Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 1 Marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Dott. Calaciura Ottaviano)</p>	
<p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott.ssa Ersilia Riggi)</p>	

Premesso che, con nota 33/2017 (n.s prot. n. 2577 del 26/05/2017), è pervenuta su apposito modello, richiesta di acquisto per un elettrobisturi dal Responsabile dell'U.O.C. Chirurgia Toracica con parere autorizzativo del Direttore Sanitario;

Che, con nota n.s prot. n. 3725 del 02/08/2017, si è pubblicata indagine di mercato onde accertare la generalità delle caratteristiche proposte per garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, riscontrata da più Ditte interessate;

Che con nota n.s. prot. n. 4414 del 19/09/2017, la suddetta richiesta è stata trasmessa alla Farmacia Aziendale affinché potesse attestare che trattasi di materiale fuori gara, riscontrata con nota prot. n. 757 n.s. prot. n. 5939 del 11/12/2017 (nel senso della non presenza in nessuna gara del dispositivo);

Che, nella su richiamata richiesta, il Direttore della U.O.C. di Chirurgia Toracica, ha allegato le caratteristiche tecniche dell'elettrobisturi, importo presunto di Euro 110.000,00 e la scheda di valutazione per poter avviare la procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che i beni oggetto della gara sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di espletare gare per acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso la modalità di richiesta di offerta (R.d.O.);

Che la procedura RDO verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, al concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art.95 comma 2 del Dlgs 50/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che, pertanto, è necessario approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto:

- ❖ Lettera d'invito ;
- ❖ Capitolato tecnico;

Proporre il seguente importo quale base d'asta al ribasso :

- ✓ **RDO Acquisto elettrobisturi**, importo base d'asta € 110.000,00 iva esclusa;

Che si ritiene di potere individuare e nominare RUP della presente procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f.;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare l'indizione di una procedura di gara attraverso R.d.O. sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. b) D.lgs 50/2016, per l'acquisto di un elettrobisturi per U.O.C. di Chirurgia Toracica;

Stabilire di aggiudicare, la RDO al concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art.95 comma 2 del Dlgs 50/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida;

Approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto:

- ❖ Lettera d'invito ;
- ❖ Capitolato tecnico;

Stabilire come base d'asta al ribasso il seguente valore:

- ✓ **RDO Acquisto elettrobisturi**, importo base d'asta € 110.000,00 iva esclusa;

Disporre l'estrazione del CIG di gara dalla procedura informatica SIMOG da assegnare alla presente procedura di gara.

Nominare RUP della presenta procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Dirigente amministrativo Responsabile c/o il Settore Provveditorato/Economato.

Autorizzare la complessiva somma, discendente dalla RDO di Euro 134.200.00 iva inclusa necessaria a far fronte all'onere economico derivante dal presente atto, sul conto 01002000400 "Attrezzature Sanitarie" esercizio finanziario 2018, autorizzazione di spesa 121 sub 1.

Munire la presente della clausola dell'immediata esecutività al fine di avviare la gara finalizzata all'acquisto di suddetto dispositivo indispensabile per l'attività del reparto interessato.

Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario
(Dr. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" CATANIA

Settore: Provveditorato ed Economato

Prot. /5 cal

del

ALLE DITTE

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

RDO "ELETTROBISTURI, IMPORTO BASE D'ASTA €110.000,00 IVA ESCLUSA"

OGGETTO: GARA ON-LINE (MePA) PER L'ACQUISTO DI UN ELETTROBISTURI.

Questa Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi o ARNAS Garibaldi intende esperire, ai sensi dell'art. 36 COMM. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, una procedura negoziata di gara a lotto unico ed indivisibile, sotto soglia comunitaria, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - gestito da CONSIP S.p.A, per l'acquisto di quanto in oggetto, con caratteristiche indicate nell'Allegato Capitolato Tecnico.

La fornitura verrà aggiudicata per l'intero lotto, unico ed indivisibile, anche in presenza di una sola offerta valida, in favore della Ditta che avrà praticato, ai sensi dell'art. art. 95 c. 2 e 9, l'offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio qualità/prezzo tra quello posto a base d'asta, oggetto della presente procedura di gara.

A tal fine la Ditta concorrente dovrà far pervenire:

1. **Lettera Invito /Disciplinare di gara** (firmata digitalmente);
2. **Copia offerta economica senza prezzi** riproduzione dell'offerta, senza l'indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, **pena l'esclusione dalla gara**, cosicché sarà possibile evincere in modo esplicito gli articoli offerti.
3. **Copia del versamento Anac pagato** (pena l'esclusione) ove dovuto ;
4. **Documentazione tecnica**: dovrà contenere una **relazione tecnica descrittiva dei prodotti offerti offerti nonché deplianti illustrativi e schede tecniche, in lingua italiana**, redatti esclusivamente dalla ditta produttrice, dal distributore nazionale o dall'importatore, dai

quali ricavare le caratteristiche di quanto offerto. Nelle predette documentazioni dovranno essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici.

L' Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

N.B.: Le ditte concorrenti sono tenute a rendere, ai sensi del DPR. n. 445/2000 dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre.

Non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa:

1. risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti;
2. non risulti essere ditta produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore;

Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e/o schede tecniche.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione - al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili, con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere, in quanto non costituirà obbligo per la Commissione la ricerca della voce cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

Non saranno valutate schede tecniche o depliant recanti:

> correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;

> dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva.

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza - sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato tecnico saranno dichiarati "Non Valutabili".

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta senza prezzo ed economica. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta, con e senza prezzi, dovesse risultare inesistente, ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica, il prodotto offerto verrà giudicato "NON VALUTABILE".

La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui alla presente lettera invito e nell'allegato Capitolato Tecnico comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative per lo stesso prodotto.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

Riguardo al DUVRI si fa presente che i costi da interferenze sono pari a zero e che lo stesso è depositato agli atti dell'U.O. Provveditorato; verrà sottoposto alla Ditta che risulterà aggiudicataria per essere sottoscritto.

A) REQUISITI TECNICI:

Le specifiche tecniche dei prodotti offerti devono corrispondere a quelle genericamente indicate nell'art. 68 del D.lvo 50/2016. Tuttavia, ai sensi del c. 6 del richiamato art. 68 del D.lvo 50/2016, che testualmente recita: "Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5, del medesimo articolo. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Le ditte partecipanti dovranno, oltre alla proposta di offerta, pena esclusione, produrre scheda tecnica senza indicazione di costo e deplianti illustrativi dei prodotti offerti, in lingua italiana, da inviare digitalmente.

La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'integrità dei prodotti offerti.

I beni forniti all' ARNAS Garibaldi di Catania dovranno essere conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, garantire la conformità dei beni proposti al rispetto delle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alle prescrizioni tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni stessi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Gli arredi e/o attrezzature sanitarie e relativi accessori dovranno aver ottenuto la marcatura CE (secondo la Direttiva di riferimento).

Tutti i beni forniti, dovranno essere a norma per quanto riguarda i materiali, le caratteristiche tecniche, prestazionali, di reazione al fuoco, di finitura e di sicurezza, conformi alle norme UNI vigenti ed al D.Lgs. 81/2008.

Tutti i beni forniti, pertanto, dovranno essere corredati, all'atto della consegna, della documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti. I beni consegnati dovranno essere garantiti come esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per ogni uso razionale, e l'acquirente sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti da tali imperfezioni.

I beni offerti dovranno essere consegnati completi di ogni elemento accessorio c/o requisito necessario a garantire il corretto funzionamento degli stessi e dei dispositivi accessori installati e/o richiesti.

Le misure relative ad altezza, larghezza e profondità s'intendono richieste con un range pari a $\pm 5\%$ rispetto al valore indicato. Si precisa pertanto che una variazione superiore al $\pm 5\%$ comporterà l'esclusione del concorrente con riferimento al solo lotto giudicato non conforme.

B) OFFERTA ECONOMICA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

- 1) L'offerta dovrà essere espressa mediante l'indicazione, in cifre e in lettere, del sistema offerto..
- 2) L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta per giorni. centottanta (180), dalla data di celebrazione della gara.
- 3) Il prezzo s'intende comprensivo di spedizione, trasporto ed imballaggio, facchinaggio, consegna presso i locali destinatari della fornitura, collaudo, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi
- 4) In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre, ovvero di erroneo calcolo del prezzo è ritenuta valida quella più conveniente per l'ARNAS Garibaldi di Catania;

C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI

1) La fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate. **L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il miglior punteggio, ai sensi dell'art. art. 95 c. 2 e 9 , con il criterio qualità/prezzo tra quello posto a base d'asta.**

2) E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania, a suo insindacabile giudizio:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 D. R. n°1'827/1924);
- b) di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c) di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui al combinato disposto dell'art 11 del R.D. Del 18111/1923 n. 2440 e dell'art 120 R. D. 23/5/1924 n. 827).

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, comma 9 con il metodo aggregativo compensatore, in base ai successivi parametri/qualità prezzo.

Per la nomina della Commissione aggiudicatrice questa stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 77 D.Lgs 50/10 comma 3, ciò nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo comma 12 e art. 216 comma 12 medesimo Decreto.

Per la valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:

70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica. Il punteggio totale attribuito alle singole offerte sarà espresso in centesimi, arrotondato fino alla terza cifra decimale.

D) VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELL'OFFERTA

Le componenti della valutazione dell'offerta tecnica sono riferite ai requisiti tecnici elencati nel capitolato tecnico, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo totale o sub-totale attribuibile, con una somma massima complessiva pari a 70 punti assegnabili.

PARTE TECNICA-(elementi qualitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: peso massimo 70 punti

Il punteggio sarà attribuito in base ai parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il metodo aggregativo-compensatore (all. B.D.P.R. N554/99) con la seguente formula:

$$C(a):Sn[W*V(a)i]$$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta(a)

n=numero totale dei requisiti

Wi=peso o punteggio attribuito al requisito(i)

V(a)i=coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Sn=sommatoria

A tal fine si precisa che:

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (con esplicita motivazione della preferenza effettuata) secondo la modalità **della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ad ogni offerta.**

PARTE ECONOMICA (elementi quantitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta economica: sul prezzo offerto a base d'asta peso massimo 30 punti

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa ("Prezzo"), sarà applicato il metodo **CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA con alfa= 0.3 (Interdipendente)** Calcolata automaticamente dalla Piattaforma Consip/Mepa.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà riportato, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016, il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria tra punteggio scheda valutazione qualità e punteggio offerta economica.

E) MANUTENZIONE E ASSISTENZA

GARANZIA E MANUTENZIONE

Tutti i prodotti si intenderanno garantiti full risk , per i difetti di fabbricazione o derivanti dal trasporto, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data della effettuazione del collaudo avente esito positivo.

L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

Si invita a specificare anche il costo orientativo della manutenzione dopo la garanzia di 24 mesi.

Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica , quindi porrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto)** ore solari successive alla chiamata.

F) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata:

1) dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione con L'agenzia delle Entrate, nonché al rispetto puntuale della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

2) all'obbligo della Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di Conto Corrente, bancario o postale "dedicato/i", anche non in via esclusiva all'appalto in cui dovranno confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relative ai dati trasmessi, giusto art. 3 L. 136/2010;

3) alla costituzione del deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lvo 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura, in una delle seguenti forme:

- numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
- assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di Credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l'altro, la seguente clausola: ". . .la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;

- ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell 'art. 1957 del codice civile..."

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

4) all'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

G) STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà redatto in modalità elettronica tramite l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 c. 2 del D.lgs. 82/2005. In esso verranno richiamate tutte le norme contenute nella lettera invito alle cui clausole la ditta aggiudicataria sarà vincolata in quanto già espressamente sottoscritta per accettazione in sede di presentazione di offerta.

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia.

H) DOCUMENTAZIONE POST-AGGIUDICAZIONE

La ditta aggiudicataria, entro venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di notifica dell'aggiudicazione (termine perentorio), dovrà assolvere i seguenti adempimenti a pena di revoca della stessa:

- Trasmissione al Settore Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera del deposito cauzionale definitivo di seguito indicato;
- Su eventuale richiesta dell'Azienda Ospedaliera certificare, laddove non debba provvedere d'ufficio l'Azienda stessa, con documenti originali alcune delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Se dalle informazioni di cui sopra risulta che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della fornitura, non si darà luogo al contratto con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

Qualora a seguito delle verifiche disposte, l'Azienda Ospedaliera accerti che la ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di immediata decadenza dall'aggiudicazione. Il provvedimento di decadenza comporterà la segnalazione del reato alla competente Autorità giudiziaria.

I) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA MERCE:

- 1) La verifica della merce consegnata verrà effettuata dai Dirigenti Responsabili destinatari dei prodotti;
- 2) L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice dalla garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

3) Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell' Azienda.

4) E' vietata qualsiasi cessione o sub-appalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e di risarcimento, di ogni conseguente danno, fatte salve le disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 105 del D.Lvo. 50/2016;

5) Ai sensi dell'art. 106 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto dovranno essere notificate all' Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario, nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa ARNAS se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda, di copia autenticata del relativo atto debitamente notificato.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 106 del d.lgs. 50/2016 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 29/2009.

6) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

7) In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria 1' ARNAS Garibaldi potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.

8) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell' ARNAS Garibaldi di Catania senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.

9) L'ARNAS Garibaldi di Catania si riserva la facoltà di **RECEDERE DAL CONTRATTO**, previo preavviso di 10 giorni, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- In qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio;
- In qualsiasi momento del contratto in applicazione della normativa vigente antimafia e qualora i controlli, ai sensi del D.Lvo 159/2011, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- Qualora il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (**legge regionale n. 1512008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 0610812013 Assessorato della Salute**).
- In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.
- Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria;
- Mancata presentazione, entro i termini, della documentazione richiesta ai fini della formalizzazione del contratto;
- Fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi;
- Nel caso di cessione del credito o subappalto non autorizzati da questa Azienda;

- Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce; la mancata sostituzione della merce equivale a mancata consegna.
- Quando l' Azienda Garibaldi dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione, parziale o totale, di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- Non conformi o inidonee;
- Presenza di eventuali vizi occulti.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova, sia in via amministrativa che in via giudiziaria, solo i processi verbali redatti dal Responsabile dell' Ufficio competente alla presenza e con la firma di due testimoni.

La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata:

a) alla presentazione di regolare fattura;

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) luogo di consegna della merce;

b) protocollo e data dell'ordinativo; L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT) e del collaudo presso gli uffici amministrativi del Settore Provveditorato.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali contestazioni interrompono il termine testè indicato.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Catania. E esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non specificatamente precisato nella presente lettera invito valgono i regolamenti aziendali e le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Dott.ssa Ersilia Riggi**



C.F./P.IVA 04721270876

CAPITOLATO TECNICO

N. 1 ELETTROBISTURI, con le seguenti caratteristiche:

Taglio monopolare puro regolabile fino ad almeno 300 Watt, taglio monopolare misto a coagulazione regolabile fino ad almeno 150 Watt, coagulazione monopolare a contatto e spray regolabili fino ad almeno 120 Watt. Corrente bipolare automatica per la sigillatura di vasi fino a 7 mm di diametro.

Coagulazione bipolare regolabile fino ad almeno 95 Watt, con attivazione e stop entrambi mediante pedale.

Coagulazione bipolare regolabile fino ad almeno 95 Watt, con attivazione a pedale ma con stop automatico, con possibilità di scegliere tra almeno 4 livelli disponibili il grado di coagulazione che deve fare scattare lo stop automatico in base all'impedenza rilevata.

Coagulazione bipolare regolabile fino a 95 Watt con attivazione automatica a contatto con possibilità di impostare fino ad almeno 2,5 secondi il ritardo di attivazione a contatto avvenuto, cioè il tempo che deve trascorrere dal momento del contatto fino all'inizio dell'erogazione di corrente, e di scegliere tra almeno 4 livelli disponibili il grado di coagulazione che deve fare scattare lo stop automatico in base all'impedenza rilevata.

Visualizzazione su display, durante l'erogazione di corrente di coagulazione bipolare con attivazione automatica a contatto, di segnalazione del ritardo di attivazione impostato.

Visualizzazione contemporanea mediante indicatori numerici in watt sul frontale dell'apparecchio, anche mentre si sta erogando la corrente per sigillatura vasi di diametro fino a 7 mm, della potenza impostata per una uscita per uso monopolare attivabile con comando a pedale e della potenza impostata per una uscita per coagulazione bipolare.

Frequenza di base non inferiore a 400 kHz per corrente di taglio monopolare puro.

Frequenza di base non inferiore a 470kHz per le seguenti correnti selezionabili: taglio monopolare misto a coagulazione, coagulazione monopolare a contatto, coagulazione monopolare spray, coagulazione bipolare.

Dotato di sistema di sicurezza che controlla la quantità e la qualità del contatto elettrodo di ritorno-paziente, che automaticamente varia la soglia di allarme a seconda di ogni singolo paziente.

Due prese sempre retroilluminate, ad apparecchio acceso, per un facile collegamento senza uso di adattatori, anche in caso di sala oscurata per interventi in endoscopia, di due strumenti monopolari con spina a tre pin, attivabili una per volta con comando manuale e almeno una delle due con comando a pedale.

Due prese sempre retroilluminate, ad apparecchio acceso, per un facile collegamento senza uso di adattatori, anche in caso di sala oscurata per interventi in endoscopia, di due strumenti bipolari per sigillatura di vasi fino a 7 mm di diametro, attivabili una per volta mediante due diversi pedali di comando; entrambe le prese devono consentire il riconoscimento automatico del collegamento di alcune pinze per sigillatura vasi, con conseguente selezione automatica del tipo di corrente e indicazione su display.

Possibilità di utilizzo, senza adattatore, di cavo con spina a un solo pin per strumento monopolare, attivabile a pedale.

Possibilità di utilizzo, senza adattatore, di cavo con spina a due pin piatta per pinza bipolare, utilizzabile alternativamente con attivazione manuale e a pedale.

Completo di aspiratore di fumi, collegato all'elettrobisturi, con aspirazione sincronizzata all'attivazione del taglio o della coagulazione dell'elettrobisturi, con due fori di diametro diverso, per il collegamento di tubi di diametro interno 22 mm e 10 mm, e con almeno 5 diverse indicazioni del tempo residuo per l'uso del filtro, ottenute mediante un numero di led accesi che varia progressivamente in relazione ad almeno 5 diversi tempi rimanenti per l'uso del filtro.

Completo di modulo, collegato all'elettrobisturi, per l'utilizzo mediante gas argon regolabile da 0,5 fino a 12 litri/minuto.



Accessori richiesti in dotazione:

- n. 1 set di pedaliere di comando per comandare, una per volta, l'erogazione di corrente ad alta frequenza da tutte le prese attivabili a pedale; tale set deve consentire di attivare, uno per volta, uno strumento per taglio monopolare e due diversi strumenti bipolari per sigillatura di vasi da 7 mm, collegati su diverse prese e attivabili semplicemente premendo il pedale corrispondente, senza dovere effettuare alcuna ulteriore impostazione;
- n. 2 manipoli a pulsanti, ciascuno con cavo, e riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 1 set di elettrodi riutilizzabili per manipolo monopolare composto da n. 10 a lama, n. 10 a lama con asta lunga, n. 5 ad ago, n. 5 a sfera;
- n. 200 elettrodi neutri monouso a due settori di contatto, e cavi di collegamento riutilizzabili necessari per il loro uso;
- n. 1 pinza bipolare cm 20 circa retta, con cavo, riutilizzabile almeno 50 volte;
- n. 1 set per sigillatura di vasi con pinza da 18 cm circa a morso curvo, per almeno 50 interventi chirurgici; la pinza deve avere il cavo di collegamento fissato su uno solo dei due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio ed attivare l'impostazione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivata automaticamente non appena la pinza viene chiusa, mediante un interruttore posto fra i due anelli di impugnatura che viene premuto dalla chiusura della pinza; per almeno 10 dei 50 interventi chirurgici deve essere anche possibile l'attivazione di una lama fredda scorrevole all'interno del morso per potere effettuare un taglio di almeno 14 mm velocemente e con precisione mentre il tessuto è ancora nel morso dello strumento;
- n. 1 set per sigillatura di vasi con pinze da 16 cm e 18 cm, per almeno 100 interventi chirurgici per ognuna delle 2 misure indicate (totale quindi 200 interventi); le pinze debbono avere un sistema di blocco della chiusura ed avere il cavo di collegamento fissato su uno solo dei due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;
- n. 1 set per sigillatura di vasi con pinze da 23 cm e 28 cm, per almeno 200 interventi chirurgici per ognuna delle 2 misure indicate (totale quindi 400 interventi); le pinze debbono avere un sistema di blocco della chiusura ed avere il cavo di collegamento fissato su uno solo dei due anelli di impugnatura; il collegamento della pinza all'apparecchio deve essere riconosciuto dall'apparecchio e attivare la selezione automatica della idonea corrente per sigillatura; la pinza deve essere utilizzabile con l'erogazione di corrente attivabile a pedale;
- n. 1 cavo per strumenti monopolari dotati di spina a un solo pin da 4 mm attivabili a pedale, riutilizzabile almeno 50 volte.
- n. 1 set per sigillatura vasi per almeno 50 interventi chirurgici con strumento dotato di un'asta di diametro 5 mm lunga circa 370 mm ruotabile almeno 330° e di tasto per l'attivazione manuale della corrente di sigillatura senza uso di pedale; lo strumento deve essere riconosciuto dal generatore della corrente in modo che questa venga selezionata automaticamente; per ciascuno dei 50 interventi chirurgici deve essere possibile l'attivazione, per mezzo di un tasto, di una lama fredda scorrevole all'interno del morso di presa dello strumento, per potere tagliare il tessuto velocemente e con precisione nel mezzo della zona sigillata mentre il tessuto è ancora chiuso nel morso di presa.
- n. 1 filtro di ricambio a 4 stadi per aspiratore fumi per almeno 24 ore di uso;
- n. 120 manipoli sterili a pulsanti dotati di elettrodo e tubo per aspiratore fumi;
- n. 50 tubi sterili da 22 mm per aspiratore fumi;
- n. 1 carrello con ruote antistatiche, per alloggiamento elettrobisturi;
- n. 1 tubo con raccordo per bombola argon
- n. 1 set per utilizzo di gas argon con manipolo a due tasti, per almeno 50 interventi chirurgici; il manipolo deve essere completo di elettrodo con lama, cavo di collegamento ad elettrobisturi e tubo di collegamento a modulo argon.

Importo presunto euro 110.000,00 +I.V.A.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

P.O. GARIBALDI NESIMA

U.O.C. di CHIRURGIA TORACICA

Direttore: dott. E. Potenza

PARAMETRI PER IL PUNTEGGIO DI QUALITÀ (massimo 70 punti) CON 10 PUNTI PER CIASCUN
PARAMETRO:

Parametro N°	Descrizione caratteristica tecnica	Punteggio
1	Coagulazione bipolare regolabile a partire da meno di 7 Watt	12
2	Almeno una corrente di taglio monopolare misto a coagulazione regolabile fino ad almeno 180 Watt	12
3	Indicazione del grado di contatto dell'elettrodo neutro a due settori sempre visibile anche durante l'erogazione di corrente, espresso mediante almeno tre diversi gradi di contatto.	12
4	Almeno 90 programmi modificabili e memorizzabili con le modifiche apportate dall'operatore, con possibilità di richiamare da un elenco in ordine alfabetico i programmi impostati e memorizzati dagli operatori	12
5	Sistema che consenta di variare dal campo sterile la potenza ed il tipo di corrente erogata, mediante sistema di comando posto sul manipolo monopolare monouso.	12
6	Carrello adatto anche per alloggiamento bombola argon	10