

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 104

Oggetto: Indizione sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di una colonna 4K completa di sistema ICG per U.O.C. di Chirurgia Oncologica P.O. Nesima, ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. b) D.lgs 50/2016.

SETTORE PROVVEDITORATO Bilancio 2018 Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno 30 GEN 2018 Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01/Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 1 Marzo 2017 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia ha adottato la seguente deliberazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	
Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)	
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria (Dott. Calaciura Ottaviano)	
Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott.ssa Ersilia Riggi)	

Premesso che, pervenuta richiesta di implementazione/aggiornamento della seconda colonna, ormai obsoleta, dal Responsabile dell'U.O.C. di Chirurgia Oncologica P.O. Nesima, si è proceduto ad avviare indagine di mercato (in uno con altre tipologie di sistemi video), al fine di garantire la massima trasparenza, invitando le ditte interessate ad esprimersi circa la genericità delle caratteristiche proposte ed indicare eventuale prezzo di mercato (nota prot. n 106 del 08/01/2018);

Che, alla sopracitata richiesta, il Direttore della U.O.C., ha allegato le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura corredate da relativa griglia di valutazione, per eventuale procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che in riscontro a specifica richiesta in sede di indagine di mercato, di avviare gara distinta in due lotti - uno per la colonna 4K ed uno per il modulo ICG, il sanitario ha dichiarato: *"...l'apparecchiatura richiesta non è scomponibile e deve essere necessariamente della medesima produzione, dato che separare la colonna dal modulo ICG richiederebbe durante l'anastomosi, passaggio in cui è fondamentale utilizzare la visualizzazione IR con indocina, di dover uscire dal campo operatorio e sostituire la testa di telecamera per poi fare la procedura inversa"* con aggravio di tempi e di oneri che potrebbero avere ripercussioni negative;

Che pertanto occorre avviare gara a lotto unico ed indivisibile, estrapolando la procedura dall'acquisizione dalle altre attrezzature di cui all'indagine di mercato prot. n. 106 del 08/01/2018 attesa la peculiarità delle caratteristiche della stessa;

Che con nota prot. n. 365 del 17/01/2018, il Direttore della U.O.C. di Chirurgia Oncologica ha reiterato la richiesta precisando in ordine alla modalità dell'acquisto dell'attrezzatura;

Che tale nota reca in calce firma autorizzativa del Commissario;

Che da controllo sulla piattaforma CONIP si è ravvisata la sussistenza di metaprodotto per cui si provvederà a creare RDO, a lotto unico ed indivisibile, e la procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, al concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art.95 comma 2 del Dlgs 50/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che, pertanto, è necessario approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto:

- ❖ Lettera d'invito ;
- ❖ Capitolato tecnico comprensivo di griglia di valutazione;

Che si propone :

- ✓ **RDO Acquisto Colonna 4K completa di modulo ICG**, importo base d'asta € 170.000,00 iva esclusa;

Che si ritiene di potere individuare e nominare RUP della presente procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f.;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare l'indizione di una procedura di gara attraverso R.d.O., a lotto unico e indivisibile, sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. b) D.lgs 50/2016, per l'acquisto di una Colonna 4 K completa di modulo ICG per U.O.C. di Chirurgia Oncologica;

Stabilire di aggiudicare, la RDO al concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art.95 comma 2 del Dlgs 50/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida;

Approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto:

- ❖ Lettera d'invito ;
- ❖ Capitolato tecnico e relativa griglia;

Stabilire come base d'asta il seguente importo:


- ✓ **RDO Acquisto colonna 4K completa di modulo ICG**, importo base d'asta € 170.000,00 iva esclusa;


Disporre l'estrazione del CIG di gara dalla procedura informatica SIMOG da assegnare alla presente procedura di gara.


Nominare RUP della presenta procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Dirigente amministrativo Responsabile c/o il Settore Provveditorato/Economato.


Autorizzare la complessiva somma, discendente dalla RDO di Euro 207.400.00 iva inclusa necessaria a far fronte all'onere economico derivante dal presente atto, sul conto 01002000400 "Attrezzature Sanitarie"esercizio finanziario 2018, autorizzazione di spesa 121 sub 1.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa la necessità di avviare e definire celermente la procedura onde completare la dotazione delle attrezzature di che trattasi nelle sale operatorie corrispondenti.


Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)


Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL SEGRETARIO
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA


Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" CATANIA

Settore: Provveditorato ed Economato

Prot. /5 cal

del

ALLE DITTE

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

"COLONNA 4K COMPLETA DI MODULO ICG, IMPORTO BASE D'ASTA € 170.000,00 IVA ESCLUSA"

OGGETTO: GARA ON-LINE (MePA) PER L'ACQUISTO DI UNA COLONNA 4K COMPLETA DI ICG.

Questa Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi o ARNAS Garibaldi intende esperire, ai sensi dell'art. 36 COMM. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, una procedura negoziata di gara a lotto unico ed indivisibile, sotto soglia comunitaria, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - gestito da CONSIP S.p.A, per l'acquisto di quanto in oggetto, con caratteristiche indicate nell'Allegato Capitolato Tecnico.

La fornitura verrà aggiudicata per l'intero lotto, unico ed indivisibile, anche in presenza di una sola offerta valida, in favore della Ditta che avrà praticato, ai sensi dell'art. art. 95 c. 2 e 9, l'offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio qualità/prezzo tra quello posto a base d'asta, oggetto della presente procedura di gara.

A tal fine la Ditta concorrente dovrà far pervenire:

1. Lettera Invito /Disciplinare di gara (firmata digitalmente);
2. Copia offerta economica senza prezzi riproduzione dell'offerta, senza l'indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, pena l'esclusione dalla gara, cosicché sarà possibile evincere in modo esplicito gli articoli offerti.
3. Copia del versamento Anac pagato (pena l'esclusione) ove dovuto ;
4. Documentazione tecnica: dovrà contenere una **relazione tecnica descrittiva dei prodotti offerti offerti nonché deplianti illustrativi e schede tecniche, in lingua italiana**, redatti esclusivamente dalla ditta produttrice, dal distributore nazionale o dall'importatore, dai

quali ricavare le caratteristiche di quanto offerto. Nelle predette documentazioni dovranno essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici.

5. **Prova pratica:** in fase tecnica sarà richiesta una prova pratica della strumentazione offerta; Tale prova, qualora consentita dall'offerente, sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla griglia. In ogni caso sarà la commissione tecnica a comunicare i tempi e le modalità di tale prova e gli operatori che la consentiranno dovranno essere disponibili a far la suddetta prova entro 15 giorni dalla comunicazione (pena punteggio pari a 0).

L' Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

N.B.: Le ditte concorrenti sono tenute a rendere, ai sensi del DPR. n. 445/2000 dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre.

Non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa:

1. risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti;
2. non risulti essere ditta produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore;

Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e/o schede tecniche.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione - al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili, con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere, in quanto non costituirà obbligo per la Commissione la ricerca della voce cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

Non saranno valutate schede tecniche o depliant recanti:

- > correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;
- > dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva.

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza - sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato tecnico saranno dichiarati "Non Valutabili".

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta senza prezzo ed economica. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta, con e senza prezzi, dovesse risultare inesistente, ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica, il prodotto offerto verrà giudicato "NON VALUTABILE".

La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui alla presente lettera invito e nell'allegato Capitolato Tecnico comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative per lo stesso prodotto.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

Riguardo al DUVRI si fa presente che i costi da interferenze sono pari a zero e che lo stesso è depositato agli atti dell'U.O. Provveditorato; verrà sottoposto alla Ditta che risulterà aggiudicataria per essere sottoscritto.

A) REQUISITI TECNICI:

Le specifiche tecniche dei prodotti offerti devono corrispondere a quelle genericamente indicate nell'art. 68 del D.lvo 50/2016. Tuttavia, ai sensi del c. 6 del richiamato art. 68 del D.lvo 50/2016, che testualmente recita: "Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5, del medesimo articolo. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Le ditte partecipanti dovranno, oltre alla proposta di offerta, pena esclusione, produrre scheda tecnica senza indicazione di costo e depliant illustrativi dei prodotti offerti, in lingua italiana, da inviare digitalmente.

La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'integrità dei prodotti offerti.

I beni forniti all'ARNAS Garibaldi di Catania dovranno essere conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, garantire la conformità dei beni proposti al rispetto delle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alle prescrizioni tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni stessi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Gli arredi e/o attrezzature sanitarie e relativi accessori dovranno aver ottenuto la marcatura CE (secondo la Direttiva di riferimento).

Tutti i beni forniti, dovranno essere a norma per quanto riguarda i materiali, le caratteristiche tecniche, prestazionali, di reazione al fuoco, di finitura e di sicurezza, conformi alle norme UNI vigenti ed al D.Lgs. 81/2008.

Tutti i beni forniti, pertanto, dovranno essere corredati, all'atto della consegna, della documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti. I beni consegnati dovranno essere garantiti come esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per ogni uso razionale, e l'acquirente sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti da tali imperfezioni.

I beni offerti dovranno essere consegnati completi di ogni elemento accessorio c/o requisito necessario a garantire il corretto funzionamento degli stessi e dei dispositivi accessori installati e/o richiesti.

Le misure relative ad altezza, larghezza e profondità s'intendono richieste con un range pari a $\pm 5\%$ rispetto al valore indicato. Si precisa pertanto che una variazione superiore al $\pm 5\%$ comporterà l'esclusione del concorrente con riferimento al solo lotto giudicato non conforme.

B) OFFERTA ECONOMICA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

- 1) L'offerta dovrà essere espressa mediante l'indicazione, in cifre e in lettere, del sistema offerto..
- 2) L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta per giorni. centottanta (180), dalla data di celebrazione della gara.
- 3) Il prezzo s'intende comprensivo di spedizione, trasporto ed imballaggio, facchinaggio, consegna presso i locali destinatari della fornitura, collaudo, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi
- 4) In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre, ovvero di erroneo calcolo del prezzo è ritenuta valida quella più conveniente per l'ARNAS Garibaldi di Catania;

C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI

1) La fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate. **L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il miglior punteggio, ai sensi dell'art. art. 95 c. 2 e 9 , con il criterio qualità/prezzo tra quello posto a base d'asta.**

2) E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania, a suo insindacabile giudizio:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 R.D. n.1'827/1924) o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, (ex. art. 95 comma 12 D.Lgs 50/2016);
- b) di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c) di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui al combinato disposto dell'art 11 del R.D. Del 18111/1923 n. 2440 e dell'art 120 R. D. 23/5/1924 n. 827).

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, comma 9 con il metodo aggregativo compensatore, in base ai successivi parametri/qualità prezzo.

Per la nomina della Commissione aggiudicatrice questa stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 77 D.Lgs 50/10 comma 3, ciò nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo comma 12 e art. 216 comma 12 medesimo Decreto.

Per la valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:

70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica. Il punteggio totale attribuito alle singole offerte sarà espresso in centesimi, arrotondato fino alla terza cifra decimale.

D) VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELL'OFFERTA

Le componenti della valutazione dell'offerta tecnica sono riferite ai requisiti tecnici elencati nel capitolato tecnico, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo totale o sub-totale attribuibile, con una somma massima complessiva pari a 70 punti assegnabili.

PARTE TECNICA-(elementi qualitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: peso massimo 70 punti

Il punteggio sarà attribuito in base ai parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il metodo aggregativo-compensatore (all. B.D.P.R. N554/99) con la seguente formula:

$$C(a):S_n[W*V(a)_i]$$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta(a)

n=numero totale dei requisiti

W_i=peso o punteggio attribuito al requisito(i)

V(a)_i=coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

S_n=sommatoria

A tal fine si precisa che:

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (con esplicita motivazione della preferenza effettuata) secondo la modalità **della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ad ogni offerta.**

PARTE ECONOMICA (elementi quantitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta economica: sul prezzo offerto a base d'asta peso massimo 30 punti

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa ("Prezzo"), sarà applicato il metodo **CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA con alfa= 0,3 (Interdipendente)** Calcolata automaticamente dalla Piattaforma Consip/Mepa.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà riportato, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016, il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria tra punteggio scheda valutazione qualità e punteggio offerta economica.

E) MANUTENZIONE E ASSISTENZA

GARANZIA E MANUTENZIONE

Tutti i prodotti si intenderanno garantiti full risk , per i difetti di fabbricazione o derivanti dal trasporto, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data della effettuazione del collaudo avente esito positivo.

L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

Si invita a specificare anche il costo orientativo della manutenzione dopo la garanzia di 24 mesi.

Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica , quindi porrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto)** ore solari successive alla chiamata.

F) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata:

1) dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione con L'agenzia delle Entrate, nonché al rispetto puntuale della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

2) all'obbligo della Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di Conto Corrente, bancario o postale "dedicato/i", anche non in via esclusiva all'appalto in cui dovranno confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relative ai dati trasmessi, giusto art. 3 L. 136/2010;

3) alla costituzione del deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lvo 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura, in una delle seguenti forme:

- numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
- assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di Credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l' altro, la seguente clausola: ". . .la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;

- ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell 'art. 1957 del codice civile..."

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

4) all'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

G) STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà redatto in modalità elettronica tramite l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 c. 2 del D.lgs. 82/2005. In esso verranno richiamate tutte le norme contenute nella lettera invito alle cui clausole la ditta aggiudicataria sarà vincolata in quanto già espressamente sottoscritta per accettazione in sede di presentazione di offerta.

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia.

H) DOCUMENTAZIONE POST-AGGIUDICAZIONE

La ditta aggiudicataria, entro venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di notifica dell'aggiudicazione (termine perentorio), dovrà assolvere i seguenti adempimenti a pena di revoca della stessa:

- Trasmissione al Settore Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera del deposito cauzionale definitivo di seguito indicato;
- Su eventuale richiesta dell'Azienda Ospedaliera certificare, laddove non debba provvedere d'ufficio l'Azienda stessa, con documenti originali alcune delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Se dalle informazioni di cui sopra risulta che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della fornitura, non si darà luogo al contratto con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

Qualora a seguito delle verifiche disposte, l'Azienda Ospedaliera accerti che la ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di immediata decadenza dall'aggiudicazione. Il provvedimento di decadenza comporterà la segnalazione del reato alla competente Autorità giudiziaria.

I) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA MERCE:

1) La verifica della merce consegnata verrà effettuata dai Dirigenti Responsabili destinatari dei prodotti;

2) L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice dalla garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

3) Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell' Azienda.

4) E' vietata qualsiasi cessione o sub-appalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e di risarcimento, di ogni conseguente danno, fatte salve le disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 105 del D.Lvo. 50/2016;

5) Ai sensi dell'art. 106 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto dovranno essere notificate all' Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario, nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa ARNAS se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda, di copia autenticata del relativo atto debitamente notificato.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 106 del d.lgs. 50/2016 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 29/2009.

6) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

7) In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria 1' ARNAS Garibaldi potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.

8) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell' ARNAS Garibaldi di Catania senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.

9) L'ARNAS Garibaldi di Catania si riserva la facoltà di **RECEDERE DAL CONTRATTO**, previo preavviso di 10 giorni, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- In qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio;
- In qualsiasi momento del contratto in applicazione della normativa vigente antimafia e qualora i controlli, ai sensi del D.L.vo 159/2011, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- Qualora il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (**legge regionale n. 1512008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 0610812013 Assessorato della Salute**).
- In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.
- Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria;
- Mancata presentazione, entro i termini, della documentazione richiesta ai fini della formalizzazione del contratto;
- Fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi;
- Nel caso di cessione del credito o subappalto non autorizzati da questa Azienda;

- Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce; la mancata sostituzione della merce equivale a mancata consegna.
- Quando l' Azienda Garibaldi dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione, parziale o totale, di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- Non conformi o inidonee;
- Presenza di eventuali vizi occulti.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova, sia in via amministrativa che in via giudiziaria, solo i processi verbali redatti dal Responsabile dell' Ufficio competente alla presenza e con la firma di due testimoni.

La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata:

a) alla presentazione di regolare fattura;

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) luogo di consegna della merce;

b) protocollo e data dell'ordinativo; L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT) e del collaudo presso gli uffici amministrativi del Settore Provveditorato.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali contestazioni interrompono il termine testè indicato.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.


FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Catania. E esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non specificatamente precisato nella presente lettera invito valgono i regolamenti aziendali e le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Dott.ssa Ersilia Riggi




CAPITOLATO TECNICO COLONNA 4K + MODULO ICG

SISTEMA VIDEO

Sistema video dotato delle seguenti uscite 2 (4K – 3840x2160 pixels) tipo DVI-D, e 2 Full HD tipo 3G-SDI e HD -SDI

Sarà considerata caratteristica preferenziale la capacità di visualizzazione ed enfattizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa per la diagnosi precoce dei tumori (tipo: **IMASE 1S, PIET - Professional Image Enhancement Technology o NBI – Narrow Band Imaging**)

Il sistema dovrà permettere un cambiamento dei settaggi anche durante l'utilizzo.

TESTA TELECAMERA

Testa di telecamera 4K con almeno 2 pulsanti programmabili per il controllo remoto della centralina. Maneggevole e leggera.

Possibilità di messa a fuoco automatica o manuale,

Comunicazione con il processore attraverso fibra ottica

Almeno 2 ottiche da 30° compatibili con il sistema 4K e modulo ICG offerto, complete di cavo luce

MONITOR

Nr 1 Monitor Medica LCD da almeno 31" con definizione 4K. Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni. Peso Contenuto. Fornito di ingressi 4K e FullHD.

Possibilità di PIP e POP.

Nr. 1 Monitor Medica LCD da almeno 55" con definizione 4K, su stativo. Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni. Peso Contenuto. Fornito di ingressi 4K e FullHD.

Possibilità di PIP e POP.

GENERATORE DI LUCE

Fonte di luce LED o Xenon 300W adeguata per la visualizzazione d'immagini in 4K con lampada d'emergenza o una durata almeno maggiore alle 10.000 ore

Sarà considerata caratteristica preferenziale la capacità di fornire adeguati parametri di illuminazione per la visualizzazione ed enfattizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa (tipo: **IMASE 1S, PIET - Professional Image Enhancement Technology o NBI – Narrow Band Imaging**)

Alta durata di vita della lampada per una riduzione dei costi di manutenzione, con indicazione della durata della stessa.

Regolazione e controllo sia automatico e che manuale della luminosità

CARRELLO

Carrello su 4 ruote di cui almeno 2 bloccabili, dotato di adeguati ripiani per le apparecchiature richieste, cassetto con chiave, braccio per monitor centrale, supporto per bombola CO2.

SISTEMA DI REGISTRAZIONE

Sistema di registrazione in HD completo di monitor esterno o integrato nello stesso.

Possibilità di salvataggio con informazioni paziente e creazione di un database paziente

Salvataggio su memoria interna e Hard disk esterni tramite presa USB.

INSUFFLATORE DI CO2

Insufflatore con un adeguata portata per interventi di chirurgia laparoscopica con portata regolabile tramite pulsanti.

Visualizzazione in tempo reale della pressione e del flusso.

Dotato di Preriscaldatore di CO2 integrato o esterno di facile utilizzo.

Dotato di sistema di aspirazione dei fumi, integrato o esterno.

MODULO ICG

• SISTEMA VIDEO PER ICG

Sistema per videolaparoscopia integratato in un'unica piattaforma. Dotato di uscite in 2D digitali in HDTV tipo 3G-SDI e DVI-D e uscite analogiche per retrocompatibilità.

Il sistema deve essere compatibile anche con teste di telecamera in HDTV e videoendoscopi rigidi e flessibili da urologia e otorinolaringoiatria (con CCD distale) in alta definizione. Sistemi per enfattizzazione dell'immagine digitale e miglioramento della visione.

Visualizzazione della struttura dei vasi e della superficie della mucosa per la diagnosi precoce.

Possibilità tramite opportuna fonte di luce esterna e ottiche dedicate, di visualizzare l'immagine a monitor tramite la modalità ad Infrarosso IR per l'enfattizzazione della vascolarizzazione tramite verde indocianina ICG.

Sistema che registra immagini statiche su supporto di memoria removibile USB.

• TESTA DI TELECAMERA PER ICG

Testa di telecamera HD 3 sensori non-autoclavabile con almeno tre pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della centralina.

Funzioni di Zoom ottico e fuoco attivabili con pulsanti posizionati sulla testa di telecamera.

Con possibilità di effettuare visione con fluorescenza (IR) tramite mezzo di contrasto ICG

• GENERATORE DI LUCE ICG

Fonte di luce Xenon da 300W con lampada di emergenza che si attiva automaticamente ad esaurimento di quella principale.

Il generatore di luce fornisce adeguati parametri di illuminazione per l'osservazione endoscopica e consente la visualizzazione ed enfattizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa.

Il generatore di luce deve essere in grado, tramite apposito filtro, di eccitare i tessuti con uno spettro ad IR per la visualizzazione del riflesso del verde Indocianina

La fonte di luce è dotata di regolazione automatica della luminosità tramite cavo di collegamento con il processore.

La fonte di luce è dotata di controllo automatico e manuale della luminosità.

Alta durata di vita della lampada per una riduzione dei costi di manutenzione, con indicazione della durata della stessa.

GRIGLIA PUNTEGGI:

MODULO 4K:	11
• Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori	2
• Sistema per la visione dello strato sottomucoso	2
• Interfaccia semplice ed intuitiva, con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)	2
• Semplicità del software di gestione	2
• Possibilità di visualizzazione delle immagini con una risoluzione superiore (4K – 4096x2160 pixels)	3
TELECAMERA E FONTE LUCE	10
• Testa telecamera full HD, possibilità di sterilizzazione, fuoco e zoom digitale.	3
• Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori	2
• Interfaccia semplice ed intuitiva, con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)	2

· Generatore di luce dotato di lampada di emergenza o alta durata della lampada oltre le 10.000 ore	3
OTTICHE	4
· Caratteristiche delle ottiche, in visione 4K e ICG	2
· Qualità visiva delle ottiche	2
MONITOR da 31 e 55 pollici	5
· Risoluzione non inferiore a (4K – 3840x2160 pixels)	3
· Possibilità di visualizzazione in 3D	2
SISTEMA DI REGISTRAZIONE	5
· Dimensione dell'Hard disk interno	2
· Presenza di un monitor di visualizzazione touch-screen	1
· Preview delle immagini	1
· Ricezione dicom worklist	1
INSUFFLATORE DI CO2	4
· Caratteristiche tecnico-funzionali, gestione in sicurezza	2
· Velocità d'insufflazione e sistema di aspirazione dei fumi	2
MODULO ICG	24
· Testa telecamera Full-HD, possibilità di sterilizzare anche in autoclave, fuoco, zoom digitale e analogico e tipologia di messa a fuoco	5
· Visione in luce bianca, luce IR e luce combinata	5
· Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori	5
· Interfaccia semplice ed intuitiva, es touch-screen con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)	4
· Dotata di lampada di emergenza o durata non inferiore a 10.000 ore	5
PROVA PRATICA (VISIONE)	4
PROPOSTE MIGLIORATIVE	3
TOTALE	70

Saranno escluse dal prosieguo del procedimento e non ammesse alla successiva fase di valutazione economica, le offerte tecniche che avranno ottenuto una valutazione complessiva inferiore a 40/70.

Base d'asta euro 170.000,00