

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 113

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della procedura negoziata di gara MEPA/CONSIP, sotto soglia comunitaria, per "L' acquisto di Ecotomografi multidisciplinari e portatili, di fascia alta, e connessi dispositivi accessori, e di un' apparecchiatura portatile digitale, per radiografie", non motorizzata da destinarsi all' Unità Operativa Osservazione Breve Intensiva (OBI) del P.O. Garibaldi Centro- RDO N. 1683981 del 14/09/2017.

SETTORE :

Bilancio 2018
Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. **Granluca Roccella**)

Settore Provveditorato ed Economato
Il Responsabile del Procedimento
Dott. ssa **Maria Claudia Asaro**

Il Dirigente Responsabile F.F. Settore Provveditorato
ed Economato
(Dott. ssa **Ersilia Riggi**)

Seduta del giorno 02 FEB. 2018

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO
Dott. **Giorgio Giulio Santonocito**

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390/serv. 1/S.G. del 01
Agosto 2017, giusta art. 3, L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. **Giovanni Annino**

e del

Direttore Sanitario
Dott. **Ssa Anna Rita Mattaliano**

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott. **Francesco Giovanni Marangia**

ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO CHE:

CON Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 01/09/2017, Allegato 1, veniva autorizzata l'indizione di una procedura negoziata di gara attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ex art. 55 del D.Lvo 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Ecotomografi multidisciplinari e portatili, di fascia alta, e connessi dispositivi accessori, e la fornitura di un' apparecchiatura portatile digitale, per radiografie, non motorizzata, da destinarsi all' Unità Operativa Osservazione Breve Intensiva (OBI) del P.O. Garibaldi Centro, articolata in n. 2 Lotti, unici ed indivisibili, così distinti:

- **LOTTO 1: ECOTOMOGRIFI DISCIPLINARI DI FASCIA ALTA – ECOTOMOGRIFI PORTATILI DI FASCIA ALTA COMPRESI DISPOSITIVI ACCESSORI – CODICE CIG: 719553467F;**
- **LOTTO 2: APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA – CODICE CIG: 7195542D17;**

ATTESO che veniva stabilito di prevedere che la fornitura sarebbe stata aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, in favore della ditta che avesse praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, disponendo di un totale di 100 punti così ripartiti: 70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica;

CHE con RDO n. 1683981 del 14/09/2017 è stata pubblicata la suddetta gara, fissando quale data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29/09/2017 alle ore 12.00;

RILEVATO che entro il termine ultimo di presentazione offerte, 29/09/2017 alle ore 12.00, le Ditte risultate aver presentato offerta sono state le seguenti:

LOTTO 1: DITTA FUJIFILM ITALIA SPA (MI);
DITTA G. MEDICAL SRL (CT);
DITTA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA (MI);

LOTTO 2: DITTA FUJIFILM ITALIA SPA (MI);
DITTA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA (MI).

ATTESO che occorre approvare l'iter di gara avviato e definito nella piattaforma elettronica CONSIP/MEPA;

VISTI i seguenti atti;

- RdO n. 1683981;
 - Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute;
 - Classifica della gara;
 - Verbale di conformità tecnica del 10/01/2018;
- Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

CHE dagli esiti di gara, la Ditta risultata aggiudicataria provvisoria, sia del Lotto 1 che del Lotto 2, è stata la seguente Ditta:

DITTA FUJIFILM ITALIA SPA con Sede Legale in Strada Statale n. 11 Padana Superiore, 2/B – 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano (MI), tenuto conto dei seguenti prezzi di offerta, IVA esclusa;

- **Quanto al LOTTO 1: ECOTOMOGRIFI DISCIPLINARI DI FASCIA ALTA – ECOTOMOGRIFI PORTATILI DI FASCIA ALTA COMPRESI DISPOSITIVI ACCESSORI €.** 52.000,00 (Ecotomografi Disciplinari di fascia alta) + €. 28.000,00 (Ecotomografi Portatili), IVA esclusa;
- **Quanto al LOTTO 2: APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA: Importo di €.** 63.700,00, IVA esclusa;

PRECISATO che è in corso la procedura di accertamento post gara, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 313/2002;

RITENUTO di approvare gli esiti della presente procedura negoziata di gara MEPA aggiudicando definitivamente la fornitura di che trattasi in favore della **Ditta FUJIFILM ITALIA SPA (MI)**, con riserva di revoca qualora dovesse essere accertata una mancanza di regolarità in esito agli accertamenti post gara;

ATTESO che il costo complessivo, per la fornitura di che trattasi, andrà imputato utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 121 – sub. 2 – Sottoconto Aziendale n. 01002000400 – “Attrezzature Sanitarie e Strumentario Chirurgico” **del budget anno 2018**;

RITENUTO di precisare che la durata contrattuale verrà fissata **in mesi 24 (Ventiquattro)**, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara;

SU proposta del Dirigente Amministrativo Responsabile F.F c/o il Settore Provveditorato ed Economato che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ;

DELIBERA

PER I motivi in premessa citati, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

APPROVARE l'iter di gara avviato e definito sulla piattaforma elettronica Consip/MEPA come contenuto nella RDO n. 1683981 del 14/09/2017;

Visti i seguenti atti:

- RDO n. 1683981;
- Riepilogo delle attività in esame delle offerte ricevute;
- Classifica della gara;
- Verbale di conformità tecnica del 10/01/2018;

Tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AGGIUDICARE in favore della **DITTA FUJIFILM ITALIA SPA** - con Sede Legale in Strada Statale n. 11 Padana Superiore, 2/B – 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano (MI), i Lotti 1 e 2 della presente procedura negoziata di gara MEPA, in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo offerto e che vengono di seguito specificati in riferimento sia alla composizione che al prezzo di offerta;


- **Quanto al LOTTO 1: ECOTOMOGRAFI DISCIPLINARI DI FASCIA ALTA – ECOTOMOGRAFI PORTATILI DI FASCIA ALTA COMPRESI DISPOSITIVI ACCESSORI** € 52.000,00 (Ecotomografi Disciplinari di fascia alta) + € 28.000,00 (Ecotomografi Portatili);
- **Quanto al LOTTO 2: APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA: Importo di € 63.700,00;**

RISERVARSI di procedere alla revoca, qualora dovesse essere accertata una mancanza di regolarità in esito agli accertamenti post gara.


FISSARE una durata contrattuale di mesi 24 (Ventiquattro), decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara.

STABILIRE di trarre i costi complessivi, per la fornitura di che trattasi, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 121 – sub. 2 – Sottoconto Aziendale n. 01002000400 – “Attrezzature Sanitarie e Strumentario Chirurgico” del budget anno 2018.


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1683981
Descrizione RDO:	ACQUISTO DI ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI DI FASCIA ALTA COMPRESI DISPOSITIVI ACCESSORI - E UN'APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	2
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	DOTT.SSA MARIA CLAUDIA ASARO
Inizio presentazione offerte:	14/09/2017 13:23
Termine ultimo presentazione offerte:	29/09/2017 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	22/09/2017 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	29/03/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI E PORTATILI DI FASCIA ALTA + DISPOSITIVI ACCESSORI
CIG	719553467F
CUP	
Dati di consegna	Piazza S. Maria di Gesù n. 5 - 95125 Catania
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza Santa Maria di Gesù n.5Catania - 95125 (CT)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	100000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ecotomografi multidisciplinari e portatili di fascia alta + dispositivi accessori
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'ecotomografo multidisciplinare	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Lotto 2 - Dettagli

Denominazione lotto	APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA
---------------------	-------------------------------------------------------

	NON MOTORIZZATA
CIG	7195542D17
CUP	
Dati di consegna	Piazza S. Maria di Gesù n. 595124 Catania
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza Santa Maria di Gesù n.5Catania - 95124 (CT)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	70000,00

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Apparecchiatura Portatile Digitale per Radiografia non motorizzata
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'ecotomografo multidisciplinare	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a	Gara	Amministrativa	Invio	Facoltativo,	Si

R.T.I. o Consorzi			telematico	ammessi più documenti	
LETTERA INVITO/CAPITOLATO TECNICO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI LOTTO 1	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI LOTTO 2	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI E PORTATILI DI FASCIA ALTA + DISPOSITIVI ACCESSORI	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
SCHEDE TECNICHE	ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI E PORTATILI DI FASCIA ALTA + DISPOSITIVI ACCESSORI	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA	ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI E PORTATILI DI FASCIA ALTA + DISPOSITIVI ACCESSORI	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI E PORTATILI DI FASCIA ALTA + DISPOSITIVI ACCESSORI	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
SCHEDE TECNICHE	APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA	APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER	Economica	Invio telematico con firma	Obbligatorio	Si

	RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA		digitale		
--	--------------------------------	--	----------	--	--



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA' TECNICA

OGGETTO: VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) N. 1683981 del 14/09/2017 per "L' Acquisto di Ecotomografi Multidisciplinari di fascia alta – Ecotomografi Portatili di fascia alta + dispositivi accessori e di un'apparecchiatura portatile digitale per radiografia non motorizzata da destinarsi all' Unità Operativa "Osservazione Breve Intensiva" del Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro .

Il giorno 08 del mese di Novembre dell'anno 2017, alle ore 09,30 presso i locali del Settore Provveditorato/Economato si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con disposizione prot. n. 112/COMM del 25/10/2017, e preposta alla verifica della documentazione tecnica della procedura negoziata di gara, esperita attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per "L' Acquisto di Ecotomografi Multidisciplinari di fascia alta – Ecotomografi Portatili di fascia alta + dispositivi accessori e di un'apparecchiatura portatile digitale per radiografia non motorizzata da destinarsi all' Unità Operativa "Osservazione Breve Intensiva" del Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro", articolata in numero 2 (Due) Lotti, unici ed indivisibili, e contenuti nella Richiesta d' offerta (RdO) n. 1683981 del 14/09/2017 così distinti:

- **LOTTO 1: ECOTOMOGRAFI DISCIPLINARI DI FASCIA ALTA – ECOTOMOGRAFI PORTATILI DI FASCIA ALTA COMPRESI DISPOSITIVI ACCESSORI – CODICE CIG: 719553467F;**
- **LOTTO 2: APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA – CODICE CIG: 7195542D17;**

Ritenuto di precisare che i Componenti della Commissione Tecnica, designati alla verifica della conformità tecnica dei dispositivi contenuti nella presente procedura negoziata di gara, sono il Dott. Giuseppe Arcidiacono, Dirigente Responsabile dell' U.O.S. di Cardiologia Riabilitativa del P.O. Garibaldi Centro, in qualità di Presidente, il Dott. Bruno Varsallona Dirigente Medico della Medicina e Chirurgia in area critica del P.O. Garibaldi Centro e la Dott.ssa Giuseppina Scandurra Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del P.O. Garibaldi Centro .

Premesso che:

- Questa ARNAS, ha pubblicato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una procedura di gara per "L' Acquisto di Ecotomografi Multidisciplinari di fascia alta – Ecotomografi Portatili di fascia alta + dispositivi accessori e di un'apparecchiatura portatile digitale per radiografia non motorizzata da destinarsi all' Unità Operativa "Osservazione Breve Intensiva" del Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro" come contenuta nella Richiesta d'offerta (RdO) n. 1683981 pubblicata in data 14/09/2017;
- **ATTESO** che ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lvo 50/2016 l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, disponendo di un totale di 100 punti così ripartiti: 70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica;
- **RITENUTO di precisare** che il prezzo indicato quale base d'asta, IVA esclusa, per singolo lotto, è stato stimato:
 - ✓ quanto al Lotto 1: in €. 100.000,00 + IVA;
 - ✓ quanto al Lotto 2: in €. 70.000,00 + IVA;

➤ **RILEVATO** che entro il termine ultimo di presentazione offerte, 29/09/2017 alle ore 12.00, le Ditte risultate aver presentato offerte sono state le seguenti:

- ✓ **LOTTO 1:** DITTA FUJIFILM ITALIA SPA (MI);
DITTA G. MEDICAL SRL (CT);
DITTA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA (MI);

- ✓ **LOTTO 2:** DITTA FUJIFILM ITALIA SPA (MI);
DITTA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA (MI).

Esaminata, la Documentazione Amministrativa, ne veniva attestata la **CONFORMITA'** e, conseguentemente, si procedeva alla fase successiva di gara, ovvero all'esame della documentazione tecnica.

Ritenuto di precisare che, per la valutazione tecnica, il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato è stato il metodo aggregativo-compensatore in applicazione della seguente formula:

C (a): $Sn[W*V(a)i]$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta(a)

n= numero totale dei requisiti

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito(i)

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Sn= sommatoria.

A tal fine si precisa che:

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (con esplicita motivazione della preferenza effettuata) secondo la modalità della media dei coefficienti attribuita da ciascun commissario ad ogni offerta.

In ragione di quanto indicato ai superiori capoversi, la Commissione Tecnica ha espresso il proprio giudizio di conformità delle Ditte partecipanti alla procedura di gara di che trattasi così come specificato nelle schede allegate al presente Verbale, costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso, ottenendo il seguente punteggio totale:

- ✓ **QUANTO AL LOTTO 1:**
DITTA FUJIFILM ITALIA SPA (MI): Punteggio Totale: 58,80
DITTA G. MEDICAL SRL (CT): Punteggio Totale: 59,60
DITTA SAMSUNG SPA (MI): Punteggio Totale: 54,40

- ✓ **QUANTO AL LOTTO 2:**
DITTA FUJIFILM ITALIA SPA (MI); Punteggio Totale: 67,20
DITTA SAMSUNG SPA (MI): Punteggio Totale: 59,93

Del chè viene redatto il seguente verbale composto da n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue


Catania 10/01/2018

LA COMMISSIONE

Dott. Giuseppe Arcidiacono

Dott. Bruno Varsallona

Dott. ssa Giuseppina Scandarra



ecotomografo portatile di "fascia alta" *l'anno 1*

	Pt Max	ditta : Dott. G. Arcidiacono	GE MEDICAL SYSTEMS Dott.ssa G. Scandurra	Dr. B. Varsallona	Media	Punteggio ottenuto
ARATTERISTICHE A PUNTEGGIO						
solo per il multidisciplinare) Ergonomia, monitor e pannello operativo touch screen	4	1	1	1	1	4,00
solo per il portatile) Ergonomia, monitor e pannello operativo resistente ai liquidi	4	0,6	0,6	0,6	0,6	2,40
tipologia sonde, tecniche costruttive e robustezza	10	0,8	0,8	0,8	0,8	8,00
Metodiche disponibili	4	1	1	1	1	4,00
Rapidità di accensione, presenza batteria, autonomia	8	1	1	1	1	8,00
sistemi di ottimizzazione dell'immagine	4	1	1	1	1	4,00
(solo per il multidisciplinare) Caratteristiche di trasportabilità e robustezza apparecchio	5	1	1	1	1	5,00
(solo per il portatile) Peso, caratteristiche di trasportabilità e robustezza apparecchio	5	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00
Facilità d'uso e programmi reimpostati	9	1	1	1	1	9,00
Opzioni cardiologiche	5	1	1	1	1	5,00
(Solo per il multidisciplinare) Disponibilità di adattatori per biopsia e software di supporto per guida ago	4	1	1	1	1	4,00
Modalità di gestione, durata del periodo di assistenza e tempi di intervento / risoluzione dei guasti nel periodo di assistenza tecnica "full risk"	8	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20
TOTALE	70					59,60

GIUDIZIO	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	ADEGUATO	PARZIALMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0

Ectotomografo portatile di "fascia alta"

Volvo 1

CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO

	Pt Max	ditta :	Fujifilm	Dr. B.	Media	Punteggio ottenuto
solo per il multidisciplinare) Ergonomia, monitor e pannello operativo touch screen	4	Dott. G. Arcidiacono	Dott.ssa G. Scandurra	Varsallona	1	4,00
solo per il portatile) Ergonomia, monitor e pannello operativo resistente ai liquidi	4				1	4,00
Tipologia sonde, tecniche costruttive e robustezza	10				1	10,00
Metodiche disponibili	4				0	0,00
Capacità di accensione, presenza batteria, autonomia	8				1	8,00
istemi di ottimizzazione dell'immagine	4				1	4,00
solo per il multidisciplinare) Caratteristiche di trasportabilità e robustezza	5				1	5,00
solo per il portatile) Peso, caratteristiche di trasportabilità e robustezza	5				1	5,00
Capacità d'uso e programmi reimpostati	9				0,2	1,80
Funzioni cardiologiche	5				1	5,00
solo per il multidisciplinare) Disponibilità di adattatori per biopsia e software di	4				1	4,00
Importo per guida ago	8				1	8,00
Località di gestione, durata del periodo di assistenza e tempi di intervento / soluzione dei guasti nel periodo di assistenza tecnica "full risk"	70				1	58,80

Portatile digitale per radiografia NON Motorizzato

Volvo 2

iterio	Pt. massimo	ditta :	Fujifilm	Dr. B.	Media	Punteggio ottenuto
Caratteristiche fisiche	4	Dott. G. Arcidiacono	Dott.ssa G. Scandurra	Varsallona	0,8	3,20
Parametri massimi						
Generatore	10					
Tensione massima nominale	3				0,6	2,00
Tempi di esposizione	3				1	3,00

Ecotomografo portatile di "fascia alta"

MIO 1

CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO	Pt Max	ditta :	Dott. G. Arcidiacono	Samsung Dott.ssa G. Scandurra	Dr. B. Varsallona	Media	Punteggio ottenuto
(solo per il multidisciplinare) Ergonomia, monitor e pannello operativo touch screen	4		1	1	1	1	4,00
(solo per il portatile) Ergonomia, monitor e pannello operativo resistente ai liquidi	4		0,8	0,8	0,8	0,8	3,20
Tipologia sonde, tecniche costruttive e robustezza	10		0,8	0,8	0,8	0,8	8,00
Metodiche disponibili	4		1	1	1	1	4,00
Rapidità di accensione, presenza batteria, autonomia	8		0,2	0,2	0,2	0,2	1,60
Sistemi di ottimizzazione dell'immagine	4		1	1	1	1	4,00
(solo per il multidisciplinare) Caratteristiche di trasportabilità e robustezza apparecchio	5		1	1	1	1	5,00
(solo per il portatile) Peso, caratteristiche di trasportabilità e robustezza apparecchio	5		1	1	1	1	5,00
Facilità d'uso e programmi reimpostati	9		1	1	1	1	9,00
Opzioni cardiologiche	5		1	1	1	1	5,00
(Solo per il multidisciplinare) Disponibilità di adattatori per biopsia e software di supporto per guida ago	4		1	1	1	1	4,00
Modalità di gestione, durata del periodo di assistenza e tempi di intervento / risoluzione dei guasti nel periodo di assistenza tecnica "full risk"	8		0,2	0,2	0,2	0,2	1,60
TOTALE	70						54,40

Portatile digitale per radiografia NON Motorizzato	Pt. massimo	ditta :	Dott. G. Arcidiacono	Samsung Dott.ssa G. Scandurra	Dr. B. Varsallona	Media	Punteggio ottenuto
Criterio	4		1	1	1	1	4,00
Caratteristiche fisiche							
Ingombri massimi	10						
Generatore	3		1	1	1	1	3,00
Potenza massima nominale	3		1	1	1	1	3,00
Brevi Tempi di esposizione	3		1	1	1	1	2,93
Modalità di selezione dei KV e mAs e capacità di memorizzazione dei programmi anatomici	4		0,8	0,8	0,6	0,7333333333	2,93
Sicurezze	3		0,2	0,4	0,4	0,3333333333	1,00
Sistemi di Sicurezza							
Batterie	5		0,6	0,6	0,6	0,6	3,00
Durata/Autonomia e ergonomia di visualizzazione della carica							

Tubo RX ad anodo rotante (caratteristiche da dichiarare, ove applicabile, con 12 riferimento alle norme IEC 60336 e IEC 60613)										
Caratteristiche (Misuratore della dose, Doppia macchia focale, Collimatore con centratore ottico a regolazione manuale)	5									
Rotazione minima del tubo radiogeno	2	1	1	1	1	1	1	1	5,00	
Distanza minima e massima del fuoco dal pavimento	5	1	1	1	1	1	1	1	2,00	
Movimentazione	5	1	1	1	1	1	1	1	5,00	
Ergonomia e facilità di movimentazione		0,6		0,6		0,6		0,6	3,00	
Gestione dell'immagine e console di comando	15									
Caratteristiche del monitor, della console di comando, dei controlli remotizzati,	5									
Capacità di memorizzazione delle immagini	5	1	1	1	1	1	1	1	5,00	
Software di post processing	5	0,8		0,8		0,8		0,8	4,00	
Detettore Digitale fiat panel	11	1		1		1		1	5,00	
Dimensione area attiva del detettore minimo 30x40cm	3									
Dispositivo di ricarica e Autonomia delle batterie del detettore	2	0,8		0,6		0,6		0,6	2,00	
Dimensione del pixel ≤ 200 micron	3	1		1		1		1	2,00	
Ergonomia di utilizzo e Peso del detettore	3	1		1		1		1	3,00	
Protocolli DICOM	5	0,8		0,6		0,6		0,6	2,00	
Totale	70	1	1	1	1	1	1	1	59,93	

GIUDIZIO						
	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	ADEGUATO	PARZIALMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1683981
Descrizione RDO:	ACQUISTO DI ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI DI FASCIA ALTA COMPRESI DISPOSITIVI ACCESSORI - E UN'APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	14/09/2017 13:23
Termine ultimo presentazione offerte:	29/09/2017 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	22/09/2017 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	29/03/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI E PORTATILI DI FASCIA ALTA + DISPOSITIVI ACCESSORI

CIG	719553467F
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Ecotomografi multidisciplinari e portatili di fascia alta + dispositivi accessori/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	100000,00

Concorrenti

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1683981
Descrizione RDO:	ACQUISTO DI ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI DI FASCIA ALTA COMPRESI DISPOSITIVI ACCESSORI - E UN'APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	14/09/2017 13:23
Termine ultimo presentazione offerte:	29/09/2017 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	22/09/2017 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	29/03/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI E PORTATILI DI FASCIA ALTA + DISPOSITIVI ACCESSORI

CIG	719553467F
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Ecotomografi multidisciplinari e portatili di fascia alta + dispositivi accessori/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	100000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	G.MEDICAL SRL	Singola	03517310870	29/09/2017 10:58
2	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Singola	11325690151	29/09/2017 11:47
3	FUJIFILM ITALIA SPA	Singola	11025740157	29/09/2017 11:07

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	04/10/2017 11:41:17	04/10/2017 11:57:51

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		LETTERA INVITO/CAPITOLATO TECNICO		OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI LOTTO 1		OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI LOTTO 2	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
G.MEDICAL SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FUJIFILM ITALIA SPA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	04/10/2017 11:58:13	12/01/2018 10:42:40

Concorrente	Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)		SCHEDE TECNICHE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
G.MEDICAL SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FUJIFILM ITALIA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	12/01/2018 10:48:04	12/01/2018 14:01:26

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		OFFERTA ECONOMICA	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
G.MEDICAL SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FUJIFILM ITALIA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
FUJIFILM ITALIA SPA	56,00 punti	58,80 punti	24,00 punti	30,00 punti	SI
G.MEDICAL SRL		59,60 punti		19,79 punti	NO
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA		54,40 punti		22,39 punti	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	12/01/2018 11:03
-----------------------------	------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
FUJIFILM ITALIA SPA	80000,00	0,00	58,80	30,00	88,80
G.MEDICAL SRL	95000,00	0,00	59,60	19,79	79,39
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	92461,30	0,00	54,40	22,39	76,79

Note di gara	nessuna
--------------	---------

Note specifiche lotto 1	nessuna
-------------------------	---------

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1683981
Descrizione RDO:	ACQUISTO DI ECOTOMOGRafi MULTIDISCIPLINARI DI FASCIA ALTA COMPRESI DISPOSITIVI ACCESSORI - E UN'APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	14/09/2017 13:23
Termine ultimo presentazione offerte:	29/09/2017 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	22/09/2017 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	29/03/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 2 APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA NON MOTORIZZATA

CIG	7195542D17
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Apparecchiatura Portatile Digitale per Radiografia non motorizzata/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	70000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Singola	11325690151	29/09/2017 11:47
2	FUJIFILM ITALIA SPA	Singola	11025740157	29/09/2017 11:07

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	04/10/2017 11:41:17	04/10/2017 11:57:51

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		LETTERA INVITO/CAPITOLATO TECNICO		OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI LOTTO 1		OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI LOTTO 2	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FUJIFILM ITALIA SPA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	04/10/2017 15:12:42	12/01/2018 10:42:52

Concorrente	SCHEDE TECNICHE		Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FUJIFILM ITALIA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA	Inizio	Fine
-------------------	--------	------

ECONOMICA	12/01/2018 10:48:20	12/01/2018 14:01:33
-----------	---------------------	------------------------

Concorrente	OFFERTA ECONOMICA		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FUJIFILM ITALIA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
FUJIFILM ITALIA SPA	56,00 punti	67,20 punti	24,00 punti	30,00 punti	SI
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA		59,93 punti		8,66 punti	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	12/01/2018 11:01
-----------------------------	------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
FUJIFILM ITALIA SPA	63700,00	0,00	67,20	30,00	97,20
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	69900,00	0,00	59,93	8,66	68,59

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 2	nessuna