

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 475

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA MEPA/CONSIP, sotto soglia comunitaria, per "L' acquisto di n. 1 Ultracongelatore verticale -80° da destinarsi all' Unità Operativa di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) del Dipartimento Materno-Infantile del P.O. Garibaldi Nesima.

<p>SETTORE :</p> <p>Bilancio 2018 Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg. to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>10 MAG. 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv. 1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art. 3, L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato ed Economato Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Claudia Asaro</p> <p><i>Maria Claudia Asaro</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile F.F. Settore Provveditorato ed Economato (Dott.ssa Ersilia Riggi)</p> <p><i>Ersilia Riggi</i></p>	

PREMESSO CHE:

PRESSO il Settore Provveditorato ed Economato di questa ARNAS Garibaldi risulta pervenuta, in data 04/12/2017, la nota registrata al prot. n. 5849, Allegato A, con la quale il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Prof. Giuseppe Ettore, del P.O. Garibaldi di Nesima ha richiesto l'acquisto di un ultracongelatore verticale -80°, in possesso delle caratteristiche dettagliate nella citata nota, e da destinarsi all' Unità Operativa di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) del P.O. Garibaldi Nesima;

RIELEVATO che ai sensi dell'art. 66 del Dlgs. 50/2016, il Settore Provveditorato ha avviato un'indagine di mercato, pubblicando, nella home page del sito aziendale un avviso registrato alla nota prot. n. 110 del 08/01/2018, Allegato B;

CHE in esito all'avviso di indagine di mercato, di cui al superiore capoverso, sono pervenute le manifestazioni d'interesse alla fornitura di che trattasi da parte delle sottoelencate Ditte:

- Ditta Carlo Erba Reagents srl – Via R. Merendi n. 22 -20010 Cornaredo (MI) giusta nota prot. 0000493 del 10/01/2018, Allegato C;

- Ditta Laboindustria SpA – Via Matteotti n. 37 - 35020 Arzergrande (PD) giusta nota prot. 0000628 del 12/01/2018, Allegato D;

- Ditta EPPENDORF srl – Via Zante n. 14 - 20138 (MI) giusta nota prot. 0000651 del 12/01/2018, Allegato E;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO che l'importo stimato è pari complessivamente ad €. 15.000,00, (Euro Quindicimila/00), oltre IVA, e che per la fornitura di che trattasi si ricorrerà, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lvo 50/2016, attraverso una Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito rivolto a tutti gli operatori economici che operano nel settore di riferimento;

VERIFICATO che CONSIP SpA, Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una Convenzione per la fornitura delle apparecchiature oggetto del presente provvedimento;

STABILITO, quindi, di garantire il necessario approvvigionamento dell' apparecchiatura de quo, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP S.p.A., con la predisposizione di una procedura negoziata di gara, sotto soglia comunitaria, articolata in numero un Lotto, unico ed indivisibile, per l' acquisto di un ultracongelatore verticale da destinarsi all' Unità Operativa di Procreazione Medicalmente assistita (PMA) del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima, da espletarsi mediante la predisposizione di una Richiesta d'Offerta (RdO);

ATTESO che ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lvo 50/2016 l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, disponendo di un totale di 100 punti così ripartiti: 70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica;

ATTESO, altresì, che questa ARNAS Garibaldi procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero non procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dei contratti;

RITENUTO di precisare che l'aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara sarà subordinata alla preliminare valutazione di conformità tecnica, dei dispositivi contenuti nei lotti, effettuata da apposita Commissione Tecnica all'uopo nominata;

CHE, pertanto, è necessario approvare il seguente documento di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto:

Lettera Invito/Capitolato Tecnico **Allegato 1**;

CHE in conformità del disposto di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento, dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), è risultato essere il seguente: **CODICE CIG: Z7322DE495**;

CHE il costo complessivo, per la fornitura di che trattasi, andrà imputato utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 121 – sub. 1 – Sottoconto Aziendale n. 01002000400 – “Attrezzature Sanitarie e Strumentario Chirurgico” del **budget anno 2018** ;

RITENUTO di precisare che la durata contrattuale verrà fissata **in mesi 24 (Ventiquattro)**, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara;

CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo 50/2016 si ritiene di poter individuare e nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), della presente procedura di gara, la Dott.ssa Maria Claudia Asaro, in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale dell' Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi in Sanità del Settore Provveditorato ed Economato di questa ARNAS Garibaldi;

DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 comma 6 e n. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il presente provvedimento contribuirà agli incentivi per funzioni tecniche secondo il regolamento che dovrà essere adottato ai sensi del testè citato art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

SU proposta del Dirigente Amministrativo Responsabile c/o il Settore Provveditorato ed Economato che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ;

DELIBERA

PER I motivi in premessa citati, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

PRENDERE ATTO degli esiti dell'indagine di Mercato, come contenuta nella nota prot. n. 110 del 08/01/2018, esperita ai sensi dell'art. 66 del Dlgs. 50/2016 e pubblicata nella home page del sito aziendale, dalla quale sono pervenute le manifestazioni d'interesse alla fornitura dell'attrezzatura di che trattasi da parte delle sottoelencate Ditte:

- Ditta Carlo Erba Reagents srl – Via R. Merendi n. 22 -20010 Cornaredo (MI) giusta nota prot. 0000493 del 10/01/2018;

- Ditta Laboindustria SpA – Via Matteotti n. 37 - 35020 Arzergrande (PD) giusta nota prot. 0000628 del 12/01/2018;

- Ditta EPPENDORF srl – Via Zante n. 14 - 20138 (MI) giusta nota prot. 0000651 del 12/01/2018.

AUTORIZZARE l'indizione di una procedura negoziata di gara attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ex art. 55 del D.Lvo 50/2016, per l'affidamento della fornitura di un Ultracongelatore Verticale , da destinarsi all' Unità Operativa Procreazione Medicalmente Assistita

del P.O. Garibaldi di Neisma, le cui caratteristiche tecniche risultano descritte nell' Allegato A – Lettera Invito -, al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

STABILIRE di prevedere che ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lvo 50/2016 l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, disponendo di un totale di 100 punti così ripartiti: 70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica.

STABILIRE di prevedere che questa ARNAS Garibaldi procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero non procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

STABILIRE di prevedere che l'aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara sarà subordinata alla preliminare valutazione di conformità tecnica, dei prodotti contenuti nel lotto unico ed indivisibile, effettuata da apposita Commissione Tecnica all'uopo nominata.

APPROVARE il seguente atto di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

➤ Lettera Invito/Capitolato Tecnico.

CHE in conformità del disposto di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento, dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), è risultato essere il seguente:

CODICE CIG: Z7322DE495.

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP), della presente procedura di gara, la Dott.ssa Maria Claudia Asaro, in qualità Collaboratore Amministrativo Professionale dell'Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi in Sanità del Settore Provveditorato ed Economato di questa ARNAS Garibaldi.

IMPUTARE il relativo importo, IVA esclusa, presumibilmente necessario a far fronte all'onere economico derivante da presente atto, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 121 – sub. 1 - Conto Economico n. 01002000400 "Attrezzature Sanitarie e Strumentario Chirurgico" del **Budget anno 2018.**

DISPORRE che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 comma 6 e n. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il presente provvedimento contribuirà agli incentivi per funzioni tecniche secondo il regolamento che dovrà essere adottato ai sensi del testè citato art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

STANTE la necessità di avviare celermente la procedure di gara di cui al presente atto, **munire lo stesso della clausola di immediata esecuzione**, al fine di assicurare, in tempi celerissimi, la fornitura dell'apparecchiatura elettromedicale, specificata nell' allegata Lettera Invito, determinata dall'urgenza di dover garantire la conservazione dei campioni utilizzati dall' Unità Operativa di Procreazione Medicalmente Assistita del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima.


Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Sanitario

(Dott.ssa Anna Rita Mattalano)




Il Commissario

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il segretario

(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, albo dell'Azienda, il giorno _____

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell' Azienda dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93, e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



Prot. N. 5/ / ASA del
Settore: *Provveditorato ed Economato*
TEL. 095/759.49.53 FAX: 095/759.49.08

ALLE DITTE

LETTERA INVITO/CAPITOLATO

OGGETTO: Procedura Negoziata, sotto soglia comunitaria, esperita, ai sensi dell'art. 36, c. 6 del D.Lgs 50/2016, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – gestito da CONSIP S.p.A. per l'acquisto di un "Ultracongelatore verticale da destinarsi all' Unità Operativa di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima (CT). CODICE CIG:

Questa Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi o ARNAS Garibaldi intende esperire, ai sensi dell'art. 36 COMMA 6 del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – gestito da CONSIP S.p.A. per "L'acquisto di un "Ultracongelatore verticale da destinarsi all' Unità Operativa di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima (CT)" contenuto in un lotto unico ed indivisibile, ed in possesso delle caratteristiche che seguono:

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 1

CODICE CIG: Z7322DE495

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: €. 15.000,00

Ultracongelatore verticale con microprocessore e display digitale, ideale per conservazioni di lungo termine a bassissime temperature.

Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche con serpentina a gas caldo posizionata sulla cornice della vasca per evitare formazione di ghiaccio sulle guarnizioni.

Ruote piroettanti integrate nel profilo del congelatore e piedini anteriori regolabili.

Struttura Interna in acciaio inox 8/10 AISI 304 con angoli arrotondati per facilitarne la pulizia. Filtro condensatore antipolvere, lavabile.

Porta principale, realizzata con le stesse caratteristiche della struttura.

Apertura porta tramite maniglione ergonomico, azionabile con una sola mano.

Chiusura a chiave integrata, possibilità di chiusura opzionale con tag RFID personale.

Nr. 04 vani con controportelli interni.

Congruo nr. di vani configurati internamente con rack a cassetto in acciaio inox 304 per provette da 2mltale da garantire la capacità minima dei campioni.

Ulteriori vani configurati internamento con un ripiano interno in acciaio inox AISI 304

Valvola di Compensazione che consente di ridurre i tempi tra due successive aperture.
Foro passante.

Isolamento ottenuto con iniezione di schiume poliuretatiche, CFC Free.

Spessore isolamento: non inferiore a 130 mm (13 cm).

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Basato su ciclo in cascata. Serpentina in tubo di rame, avvolta intorno alla vasca del congelatore. **Completo di kit raffreddamento ausiliare a CO2.**

REFRIGERANTE

Circuito frigorifero funzionante con fluidi frigorigeni non vietati dal protocollo di Montreal e non contemplati come dannosi nella revisione di Londra.

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

Alimentato tramite batteria tampone con ricarica automatica per garantirne le funzioni in caso di mancata alimentazione di rete. Autonomia minima 48 ore.

Display, possibilmente, touch screen retroilluminato ed interamente a colori con indicazioni di data e ora di sistema, temperatura impostata, temperatura attuale, limiti degli allarmi ed il grafico della temperatura.

Il grafico della temperatura deve essere visibile per tutti i valori memorizzati sino all'esaurimento della memoria interna. Tutti i valori di temperatura sono visualizzati con risoluzione 0,1 °C.

Una porta USB per esportare tutte le impostazioni, i valori memorizzati e i file log degli eventi, per memorizzazione su PC o trasferimento ad altre macchine compatibili.

Caratteristiche dell'elettronica di controllo

Sezione allarmi (visivi ed acustici):

- ✓ Temperatura alta o bassa
- ✓ Prolungata apertura porta
- ✓ Mancanza di corrente o tensione fuori range
- ✓ Malfunzionamento compressore
- ✓ Batteria tampone scarica
- ✓ Sonde guaste
- ✓ Condensatore sporco
- ✓ Contatto pulito per allarme remote

Sezione regolazione:

- ✓ ON/OFF, settaggio e controllo temperatura
- ✓ ECOMODE per ridurre i consumi energetici
- ✓ Sensore porta aperta

Sezione comunicazione e data-log:

Registrazione automatica dei dati su memoria interna non rimovibile per:

- ✓ Data ed ora
- ✓ Temperatura di ciascuna sonda installata
- ✓ Valore di set-point della temperatura
- ✓ Tensione di alimentazione
- ✓ Livello batteria tampone
- ✓ Condizioni di allarme o d'avviso
- ✓ Tipologia di malfunzionamento
- ✓ Messaggi d'avviso
- ✓ Differenza tra temperatura di set point e reale temperatura interna all'apparecchio

- ✓ Informazioni sulla condizione del compressore: percentuale di impiego ON/OFF, ore complessive di funzionamento.

Tutti questi dati possono essere scaricati tramite porta USB.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CAPACITA': volume interno non inferiore a 400 litri in verticale, con capacità non inferiore a 24000 campioni da 2 ml.

Temperatura di esercizio: -80°C

CAMPO DI TEMPERATURA: da -40°C a -86°C

Garanzia sui compressori: non inferiore a 5 Anni

Scheda di valutazione tecnico qualitativo per un ultracongelatore -80° C	
Parametro da Valutare	Pt Max
Volume pari a ca. 400 litri e capacità massima pari a 24000x2 ml	7
Camera interna in acciaio inossidabile, suddivisa in compartimenti, ognuno dotato di proprio contro sportello con chiusura a pressione.	3
Quattro ripiani rimovibili in acciaio inossidabile	2
Presenza di valvola di sfiato d'aria riscaldata per ridurre il vuoto interno e velocizzare il tempo di recupero dopo apertura porta.	3
Coibentazione con schiuma in poliuretano (13 cm.).	2
Pannello di controllo con gestione di tutti i parametri operativi; allarmi visivi e acustici per alta/bassa temperatura, filtro bloccato, batteria tampone bassa, mancanza di alimentazione, problemi del sistema.	2
Memoria non volatile e re-start automatico in caso di alimentazione elettrica.	3
Presenza per allarme remoto. Batteria tampone.	3
Filtro posto anteriormente in posizione inferiore.	2
Tempo di riscaldamento (in caso di mancanza di alimentazione elettrica) da - 80°C a -50° non inferiore a 7 ore ;	10
Tempo di raffreddamento (a vuoto): da 20°C-25°C a -80°C: non superiore a circa 6 ore.	10
Due fori di accesso da 20 mm	1
Dimensioni esterne non superiori a (AxLxP) cm 193x83x87	10

Completo di unità di emergenza a CO2, con autonomia di funzionamento, in assenza di rete, per 36-48 ore	2
5 anni di garanzia sui compressori.	10

Non saranno ammessi alla valutazione economica le offerte che abbiano raggiunto una valutazione tecnica inferiore a 36 pt.

Base d'asta 15.000,00 euro IVA esclusa.

GIUDIZIO	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	ADEGUATO	PARZIALMENTE INADEGUATO	INADEGUATO
	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

PREZZO: 30 PUNTI

A tal fine la Ditta concorrente dovrà far pervenire:

1) Lettera Invito /Capitolato (firmata digitalmente)

2) Ricevuta del versamento all'AVCP ove dovuta.

3) Copia offerta senza prezzi riproduzione dell'offerta, senza l'indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, **pena l'esclusione dalla gara**, cosicchè sia possibile evincere in modo esplicito i dispositivi offerti.

4) Documentazione tecnica: dovrà contenere una **relazione tecnica descrittiva dell'apparecchiatura offerta nonché depliant illustrativi e Schede tecniche, in lingua italiana**, redatti esclusivamente dalla ditta produttrice del prodotto proposto o dal distributore nazionale o dall'importatore (al fine della identificazione dello status della ditta concorrente verrà presa in considerazione la qualità evidenziata nella apposita dichiarazione) dai quali ricavare la caratteristica del prodotto offerto. Nelle predette documentazioni devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto.

In particolare dalla documentazione tecnica dovranno risultare le seguenti informazioni:

- a) descrizione tecnica del dispositivo;
- b) codice assegnato dal produttore con il nome dell'Impresa produttrice e paese d'origine, eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'origine di quest'ultimo;
- c) CND e numero di repertorio
- d) certificazione del possesso del marchio CE con indicazione, dove previsto, dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione;

Non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa:

1. risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti;
2. non risulti essere ditta produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore

Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e/o schede tecniche.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione – al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche

come anonime e pertanto non valutabili con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere in quanto non costituirà obbligo per la Commissione la ricerca della voce cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

Non saranno valutate schede tecniche o deplianti recanti:

- correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;
- dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva .

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo " intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza – sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato tecnico saranno dichiarati "Non Valutabili".

Le schede tecniche del prodotto offerto dovrà consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta, con e senza prezzi, dovesse risultare inesistente ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica il prodotto offerto verrà giudicato "**NON VALUTABILE**".

La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui alla presente lettera invito e negli allegati Capitolati Tecnici comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative per lo stesso prodotto.

Il prodotto deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici recepita con D. Lgs. 24 Febbraio 1997 n° 46 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle norme in ordine a confezionamento, etichettatura e tipo di materiale).

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcuno affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

A) REQUISITI DEL PRODOTTO DA ACQUISTARE

Le caratteristiche tecniche del prodotto offerto devono corrispondere a quelle testè dettagliate, tuttavia, qualora sussistano specifiche tecniche peculiari, tali debbono intendersi, o equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Leg.vo n.50/2016, si ritiene di precisare che, "*Sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente, che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata*".

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla proposta di offerta, pena esclusione, scheda tecnica e depliant del prodotto offerto redatte in lingua italiana, da inviare digitalmente.

B) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 COMMA .2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato, **nel complesso**, l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Per la nomina della Commissione aggiudicatrice questa stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 77 D.Lgs 50/10 comma 3, il quale espressamente dispone che "La stazione appaltante può, in caso di affidamenti inferiori alla soglia comunitaria, e per quelli che non presentano particolari complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, ciò nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo comma 12 e art. 216 comma 12 medesimo Decreto.

Per la valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione **100 punti** così ripartiti:

70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica. Il punteggio totale attribuito alle singole offerte sarà espresso in centesimi, arrotondato fino alla terza cifra decimale. Nella presente lettera invito è riportata la griglia di valutazione con i parametri oggetto di giudizio da parte dei commissari;

➤ **PARTE TECNICA:**

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il metodo aggregativo-compensatore (all. B.D.P.R. n. 554/99) con la seguente formula:

C (a): $S_n[W \cdot V(a)_i]$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta(a)

n= numero totale dei requisiti

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito(i)

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Sn= sommatoria

A tal fine si precisa che:

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (con esplicita motivazione della preferenza effettuata) secondo la modalità della media dei coefficienti attribuita da ciascun commissario ad ogni offerta.

➤ **PARTE ECONOMICA (elementi quantitativi)**

Parametri di valutazione dell'offerta economica: sul prezzo offerto a base d'asta; peso massimo 30 punti (PEmax).

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa ("Prezzo"), sarà applicato il metodo CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) così come previsto dal sistema MEPA.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà riportato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria tra punteggio scheda valutazione qualità e punteggio offerta economica.

E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania , a suo insindacabile giudizio:

a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 D. R. n°827/1924);

b) di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;

c) di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui all'art. 106 L.50/16).

C) VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELL'OFFERTA

Le componenti della valutazione dell'offerta tecnica sono riferite ai requisiti tecnici di seguito elencati, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo totale o sub-totale attribuibile, con una somma massima complessiva pari a 70 punti assegnabili.

PARTE TECNICA-(elementi qualitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: peso massimo 70 punti

D) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata

1) dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia, nonché al rispetto puntuale della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

2) all'obbligo della Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di Conto bancario o postale "dedicato/i" anche non in via esclusiva all'appalto in cui dovranno confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relativi ai dati trasmessi, giusto art. 3 L.136/2010;

3) alla costituzione del deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura, in una delle seguenti forme:

- numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi;
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
- assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania

Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l' altro, la seguente clausola: " . . . la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;
- ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell' art. 1957 del codice civile."

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

4) all' adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

E) TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, trasmessa attraverso posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016. Si ritiene di precisare che la fornitura delle apparecchiature, oggetto della presente procedura di gara, riveste carattere di estrema urgenza, determinato dalla necessità di dover garantire l'espletamento dell'attività propria dell' Unità Operativa di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania.

GARANZIA E MANUTENZIONE

Tutti i prodotti si intenderanno garantiti full-risk , per i difetti di fabbricazione o derivanti dal trasporto, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data della effettuazione del collaudo avente esito positivo.

L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

Si invita a specificare anche il costo orientativo della manutenzione dopo la garanzia di 24 mesi.

Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento l' apparecchiatura oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica , quindi porrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto)** ore solari successive alla chiamata.

La consegna del prodotto dovrà avvenire entro il termine indicato nella lettera/ordinativo di fornitura - 15 giorni.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia.

F) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA MERCE

1) Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del prodotto ordinato. In caso di mancato puntuale svolgimento, totale o parziale, l' Azienda a suo insindacabile giudizio applicherà a carico del fornitore una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'importo aggiudicato, giusti artt. 298 e 145 del DPR 5/10/2010 n. 207.

Qualora la superiore inadempienza totale o parziale si sia verificata più di una volta, l' Azienda ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di dieci giorni, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

2) L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature e quant'altro, va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento l'apparecchiatura oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, quindi potrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di **24 mesi** a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto) ore solari**, esclusi il sabato, domenica e festivi, successive alla chiamata.

Riguardo alla eventuale certificazione ISO, ai marchi di certificazione e quant'altro afferisce alla sicurezza degli utilizzatori (conformità alle normative CEI) si fa riferimento alle norme specifiche di cui al capitolato d'onori, se previste.

3) Tutte le pratiche per la regolare e completa osservanza delle leggi, dei regolamenti sanitari e delle disposizioni che disciplinano la vendita della merce oggetto della fornitura dovranno essere esperite dal fornitore, il quale ne risponde in proprio sollevando l' Azienda da qualsiasi responsabilità.

4) Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le licenze, le certificazioni, le dichiarazioni e quant'altro previsto dalle norme vigenti, nonché le eventuali autorizzazioni (preventive e successive) relative alla fornitura del servizio aggiudicato.

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della presente lettera invito sono a carico della ditta aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi per questa ARNAS Garibaldi :

spedizione, trasporto ed imballaggio; facchinaggio , consegna, visure , installazione, montaggio , tarature , application , collaudo in contraddittorio con il Servizio di ingegneria clinica aziendale, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi.

La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto.

5) La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'ARNAS Garibaldi di Catania per quanto riguarda il controllo degli stessi.

6) Qualora al **collaudo** risulti che il prodotto consegnato non corrisponde ai requisiti contrattuali, il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa di riferimento procederà alla contestazione diretta alla Ditta aggiudicataria. In tal caso, è facoltà dell' ARNAS Garibaldi di chiedere la sostituzione dei prodotti, entro breve termine, e di applicare, eventuale penale di cui al superiore punto 1).

L' assenza della ditta fornitrice, o di un suo incaricato, alle operazioni di controllo/collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui si perverrà.

La regolarità delle operazioni su indicate, nonché l' accettazione con presa in carico dei prodotti, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti o, comunque non emersi al momento del controllo.

7) La mancata sostituzione del prodotto da parte del fornitore nel termine fissato dall'ARNAS Garibaldi di Catania sarà considerata quale "mancata consegna" e l' Azienda avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito al presente punto 1.

8) Il prodotto non accettato resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarlo senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento dello stesso nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il relativo ritiro .

9) Qualora la non corrispondenza del prodotto ai requisiti contrattuali sia contestata più di una volta, l'Azienda appaltante ha facoltà di agire ai sensi del precedente punto 1.

10) E' vietata qualsiasi cessione o sub-appalto della fornitura, sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e di risarcimento di ogni conseguente danno, fatte salve le disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06;

11) Ai sensi dell'art. 117, commi 2 e 3 , del codice dei contratti pubblici le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto devono essere notificate all'Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione .Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario, nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa ARNAS se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda, di copia autentica del relativo atto debitamente notificato. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 117 del d.lgs. 163/2006 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29.2009.

12) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

13) In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria l' ARNAS Garibaldi potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.

14) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità- e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'ARNAS Garibaldi di Catania senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.

15) L'ARNAS Garibaldi di Catania si riserva la facoltà di **RECEDERE DAL CONTRATTO**, previo preavviso di 10 giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- In qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;
- In qualsiasi momento del contratto, in applicazione della normativa vigente antimafia, e qualora i controlli ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- Qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (legge regionale n. 15/2008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 06/08/2013 Assessorato della Salute).
- In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.
- Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria.
- mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta ai fini della formalizzazione del contratto;
- fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi;
- nel caso di cessione del credito o subappalto non autorizzati da questa Azienda;

- nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce; la mancata sostituzione della merce equivale a mancata consegna.
- quando l'Azienda Garibaldi dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- attrezzature non conformi o inadeguate;
- Presenza di eventuali vizi occulti.

G) La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata:

- a) alla presentazione di regolare fattura;
- b) all'espletamento delle operazioni di collaudo favorevole;

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce; b) protocollo e data dell'ordinativo;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT) presso l'U.O. interessata e la fattura presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda.

Il pagamento avverrà entro i 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali contestazioni interrompono il termine superiormente indicato.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.

H) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Catania. E esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non specificatamente precisato nella presente lettera invito valgono i regolamenti aziendali e le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

**F.to Il Dirigente Amministrativo F.F.
Responsabile dell'UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Ersilia Riggi**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(RUP)**

Dott.ssa Maria Claudia Asaro

