

**REGIONE SICILIA**  
**Azienda Ospedaliera**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**"GARIBALDI"**  
**CATANIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO** n. 549

**OGGETTO:** Aggiudicazione procedura di gara sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di n. 1 Colonna 4K con modulo ICG per l'U.O.C. di Chirurgia Oncologica - RDO- 1855998 - CIG 7371884F1C

<b>SETTORE PROVVEDITORATO</b>	<b>Seduta del giorno</b> <u>23 MAG. 2018</u>
<b>Bilanci di competenza</b> Aut. Sub aggregato di spesa C.E. S.P. 01002000400 <u>Reg.to</u> al n.  Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.  Per l'Ufficio Riscontro.....  Il Responsabile del Settore .....	Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 – Catania  <b>IL COMMISSARIO</b> <b>Dott. GIORGIO GIULIO SANTONOCITO</b>  Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv. 1 /S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art. 3, comma 2, L.R. n. 4 del 01 Marzo 2017.
<b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.  Li .....  L'addetto alla verifica della compatibilità economica  Lista di liquidazione n°  Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario ( Dott. Giovanni Luca Roccella )	Con la presenza del:  Direttore Amministrativo <b>Dott. Giovanni Annino</b>  e del  Direttore Sanitario <b>Dott. ssa Anna Rita Mattaliano</b>  Con l'assistenza, quale Segretario del <b>Dott. Francesco Giovanni Marangia</b>  Ha adottato la seguente deliberazione
<b>SETTORE PROVVEDITORATO</b> Il Responsabile dell'istruttoria (Dott. <i>A. Corrao</i> )  Il responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott. <i>Ssa Ersilia Rigo</i> )	

**Premesso che** con delibera n. 104 del 30/01/2018 è stata indetta una procedura di gara attraverso R.d.O. a lotto unico e indivisibile, sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M. E. P.A.), ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di una colonna 4K completa di modulo ICG per U.O.C. di Chirurgia Oncologica, approvando i documenti di gara della lettera invito e capitolato tecnico e relativa griglia;

**Considerato che**, nel rispetto delle direttive sull'utilizzo del MEPA, impartite dalla Direzione Generale aziendale e coerentemente con il nuovo codice appalti D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si è provveduto all'espletamento on line della suddetta gara sul MEPA CONSIP:

- **R.D.O. n.1697810**, con importo complessivo a base d'asta di € 170.000,00 iva esclusa IVA esclusa, da aggiudicare ai sensi dell'art. 95, c.2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Che**, è stata verificata la conformità della documentazione amministrativa delle offerte pervenute, entro i termini di scadenza;

**Rilevato che** nel verbale di gara del 10/04/2018, la Commissione Tecnica, nominata con disposizione del Commissario prot. n. 165/Comm. del 01 Marzo 2018, dopo avere analizzato le schede tecniche ed economiche presentate dalle Ditte partecipanti e stante la conformità dei prodotti offerti a quanto richiesto nel capitolato e la non sussistenza di soglie di anomalia ha attribuito i seguenti punteggi

- Olympus Italia S.R.L. - 70,00,
- C. Bua – 40,90;

**Che** le contestazioni presentate dalla C. Bua S.R.L. con nota del 11/04/2018 aventi ad oggetto l'attribuzione del punteggio tecnico sopra esposto sono state trasmesse dal Settore Provveditorato e sottoposte con nota prot. n. 2051/5/cal del 16/04/2018 alla Commissione Tecnica;

**Che** con verbale del del 18/04/2018 la Commissione di gara ha confermato i punteggi attribuiti con verbale del 10/04/2018, in quanto "il sistema offerto dalla Ditta Olympus risulta essere qualitativamente superiore al sistema offerto dalla Ditta C. Bua", riportando l'elenco delle differenze sostanziali.

**Che** concluse le procedure di gara, si ritiene di dovere prendere atto delle relative risultanze, come da riepilogo delle attività del 3 maggio 2018 relativo alle attività di esame e delle offerte ricevute e dai verbali di gara della Commissione Tecnica, in allegato al presente atto quale parte integrante:

- Olympus Italia S.P.A.
  - Valore complessivo dell'offerta = 142.103,00,
  - punteggio tecnico = 70,90,
  - punteggio economico = 23,98,
  - punteggio complessivo = 93,28;
- C. Bua S.R.L.
  - Valore complessivo dell'offerta = 105.000,00,
  - punteggio tecnico = 40,90,

- punteggio economico=30,00,
- Punteggio complessivo=70,90;

**Che** concluse le procedure di gara, si ritiene di dovere prendere atto delle relative risultanze, come da riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute e dai verbali di gara della Commissione tecnica , che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

**Che nella procedura R.D.O. 1855998** risulta aggiudicataria la Ditta Olympus Italia S.R.L., per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con il punteggio complessivo di 93,28, di cui 70,00 per la valutazione tecnica della commissione e 23,28 per l'offerta economica, come da riepilogo del 3 maggio 2018, relativo alle offerte ricevute ed alle attività in esame, che si allega alla presente per farne parte integrante;

**Che** sono stati avviati i necessari accertamenti post aggiudicazione previsti dal D.lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii., con riserva di revoca a seguito di esito positivo delle suddette verifiche.

**Considerato** che per la fornitura della Colonna 4K con modulo ICG laser ad olmio di che trattasi occorre stabilire di trarre la relativa spesa complessiva di € 142.103,00, oltre di I.V.A., sul conto economico 01002000400 "Attrezzatura sanitaria", autorizzazione di spesa 121 sub 1 anno 2018.

**Su proposta** del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

**Sentito** il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

## **DELIBERA**

**Per i motivi in premessa citati** che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Stabilire di prendere atto dell'avvenuto espletamento da parte del Settore Provveditorato ed Economato delle seguenti procedure telematiche, sulla piattaforma CONSIP denominata MEPA,

- **R.D.O.** per l'acquisto di n. 1 Colonna 4K con modulo ICG, le cui risultanze, come da riepilogo delle attività in Esame delle offerte ricevute e nei verbali dalla Commissione tecnica, si allegano al presente atto per farne parte integrante;

Aggiudicare la presente gara

- alla Ditta Olympus Italia S.R.L. , con sede legale in Via Modigliani 45 20090 Segrate Piazza), secondo oggetto della suddetta procedura al prezzo complessivo di € **173.369,00** comprensivo di IVA al 22%, con riserva di revoca, in base all'esito degli accertamenti post gara.

Imputare la complessiva somma di spesa di € **173.369,00**, IVA compresa, sul conto economico 01002000400 "Attrezzatura sanitaria", autorizzazione di spesa 121, sub 1 anno 2018.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, onde assicurare nei tempi più celeri la fornitura della suddetta colonna 4K con modulo ICG per l'U.O.C. di Chirurgia Oncologica.

**IL COMMISSARIO**  
( Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
( Dott. Giovanni Annino)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
( Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante albo dell'Azienda, il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'Addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, \_\_\_\_\_

Il Direttore

Amministrativo

\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_

# acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

## Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1855998
Descrizione RDO:	COLONNA 4K CON MODULO ICG
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento:	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinate	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante:	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento:	PGRF65
Inizio presentazione offerte:	01/02/2018 08:49
Termine ultimo presentazione offerte:	22/02/2018 13:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	12/02/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validita offerta del Fornitore)	22/08/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per consegna Beni // Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RDO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

### Lotto esaminato: 1 Colonna 4k completo di ICG

CIG:	7371884F1C
CUP:	
Oggetto di Fornitura:	Colonna 4 K Completa di ICG/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	170000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invie Offerta
1	OLYMPUS ITALIA S.R.L	Singola	10994940152	21/02/2018 15:33
2	C. BUA	Singola	03028720823	22/02/2018 12:44

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	27/04/2018 08:21:23	27/04/2018 08:23:29

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	LETTERA INVITO		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		CAPITOLATO TECNICO	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
OLYMPUS ITALIA S.R.L	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
C. BUA	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	DICHIARAZIONE EX ART. 80		Versamento Anac	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
OLYMPUS ITALIA S.R.L	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
C. BUA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	27/04/2018 08:23:36	27/04/2018

08:25:11

Concorrente	Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)		Schede tecniche	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
OLYMPUS ITALIA S.R.L	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
C. BUA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	27/04/2018 08:26:38	03/05/2018 11:47:33

Concorrente	Offerta Economica		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
OLYMPUS ITALIA S.R.L	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
C. BUA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

**Offerta economicamente più vantaggiosa**

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
OLYMPUS ITALIA S.R.L	56,00 punti	70,00 punti	24,00 punti	23,28 punti	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

**Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)**

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
OLYMPUS ITALIA S.R.L	142103,00	0,00	70,00	23,28	93,28
C. BUA	105000,00	0,00	40,90	30,00	70,90

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"  
CATANIA**

**VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 1855998: "Colonna 4k INCLUSO MODULO ICG"**

La commissione tecnica, composta dalla Dott.ssa Maciagli, Dr. F.Scaravilli e Dr. S.Franco, nominata con disposizione prot. n. 165/COM del 01/03/2018, per la verifica della documentazione tecnica della gara Mepa/Rdo n. 1855998 di cui in oggetto, perviene ai seguenti risultati:

Ditte partecipanti:

- C.BUA S.R.L. Punteggio Ottenuto 40,90/70;
- OLYMPUS ITALIA S.R.L. Punteggio ottenuto 70/70;

Si allegano schede di valutazioni.

Del ch  viene redatto il seguente verbale composto da n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue

Catania 10/04/2018

**La Commissione**

Dott.ssa. G. Maciagli

Dr. F. Scaravilli

Dr. S. Franco

*[Handwritten signatures of G. Maciagli, F. Scaravilli, and S. Franco]*

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVISIO ED ECONOMATO
1 n APR. 2018
Prot. N° <u>1950</u>
<b>ARRIVO</b>

MODULO 4K:		ditta: C.BUA		Dr. F. Scaravilli		Dr. S. Franco		Dott.ssa G. Mancigali		Media		Punteggio ottenuto	
Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori		2		0,5		0,5		0,5		0,5		1,00	
Sistema per la visione dello strato sottomucoso		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,00	
Interfaccia semplice ed intuitiva, con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,00	
Semplicità del software di gestione		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,00	
Possibilità di visualizzazione delle immagini con una risoluzione superiore (4K - 4096x2160 pixels)		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>TELECAMERA E FONTE LUCE</b>		10											
Testa telecamera full HD, possibilità di sterilizzazione, fuoco e zoom digitale.		3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	2,25	
Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,00	
Interfaccia semplice ed intuitiva, con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,00	
Generatore di luce dotato di lampada di emergenza o alla durata della lampada oltre le 10.000 ore		3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,90	

P. Scaravilli

S. Franco

G. Mancigali



Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori	5	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	1,75
Interfaccia semplice ed intuitiva, es touch-screen con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)	4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	3,20
Dotata di lampada di emergenza o durata non inferiore a 10.000 ore	5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00
<b>PROVA PRATICA (VISIONE)</b>	4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2,40
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	3	0	0	0	0	0	0,00
						TOT.	40,90

*Handwritten signature*

dieta: OLYMPUS

	Dr. F. Scaravilli	Dr. S. Franco	Dott.ssa G. Manciacchi	Media	Punteggio ottenuto
<b>MODULO 4K:</b>					
	11				
Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori	2	1	1	1	2,00
Sistema per la visione dello strato sottorruccoso	2	1	1	1	2,00
Interfaccia semplice ed intuitiva, con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)	2	1	1	1	2,00
Semplicità del software di gestione	2	1	1	1	2,00
Possibilità di visualizzazione delle immagini con una risoluzione superiore (4K - 4096x2160 pixels)	3	1	1	1	2,00
<b>TELECAMERA E FONTE LUCE</b>	10			1	3,00
Testa telecamera full HD, possibilità di sterilizzazione, fuoco e zoom digitale.	3	1	1	1	3,00
Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori	2	1	1	1	2,00
Interfaccia semplice ed intuitiva, con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)	2	1	1	1	2,00
Generatore di luce dotato di lampada di emergenza o alta durata della lampada oltre le 10.000 ore	3	1	1	1	3,00

08/21

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Modalità differenti di visione e parametri di gestione dei colori	5		1	1	1	1	1	1	1	5,00
Interfaccia semplice ed intuitiva, es touch-screen con preselezione dei profili utente (nome medico, ecc.)	4		1	1	1	1	1	1	1	4,00
Dotata di lampada di emergenza o durata non inferiore a 5 10.000 ore	5		1	1	1	1	1	1	1	5,00
PROVA PRATICA (VISIONE)	4		1	1	1	1	1	1	1	4,00
PROPOSTE MIGLIORATIVE	3		1	1	1	1	1	1	1	3,00
		TOT.								70,00

*Luca  
Stano  
Pirelli*

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROV. TO ED. EGONOMATO
20 APR. 2018
Prot. N° ... 3167 .....
<b>ARRIVO</b>



## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" CATANIA

**Oggetto:** VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 1855998: "Colonna 4k INCLUSO MODULO ICG"

In riferimento alle Contestazioni pervenute con nota del 11/04/2018 dalla Ditta C.Bua S.r.l avente come oggetto "Contestazione attribuzione punteggio" la commissione riunita in data 18/04/2018 perviene alle seguenti risultanze:

Si confermano i punteggi attribuiti con verbale del 10/04/2018, in quanto il sistema offerto dalla Ditta Olympus risulta essere qualitativamente superiore al sistema offerto dalla Ditta C.Bua, si riporta l'elenco delle differenze sostanziali fra i due sistemi offerti:


	OLYMPUS	C.BUA
Modalità differenti di visione	24 LIVELLI	6 LIVELLI
Possibilità di visualizzazione delle immagini con una risoluzione superiore	4096*2160	3840*2160
Testa di telecamera Full hd, possibilità di sterilizzazione	autoclavabile	no autoclavabile

<b>Monitor Risoluzione non inferiore a 4K</b>	4096*2160	3840*2160
<b>Prova pratica, modulo ICG</b>	Operativamente più efficiente in quanto non bisogna cambiare l'ottica	Sostituzione dell'ottica per avere una buona visione

Catania 18/04/2018

**La Commissione**

Dott.ssa. G. Manciangli 

Dr. F. Scaravilli 

Dr. S. Franco 