

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 654

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione definitiva procedura di gara attraverso R.d.o. sul (M.E.P.A.) per l'affidamento della fornitura di dispositivi per il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno
CIG:ZDD229B02A RDO 1892971

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2018 Aut. - C.E. Reg.to al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno 22 GIU. 2018</p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01/Agosto 2017, giusta art.3 L.R. N° 4 del 1 Marzo 2017</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Dott.ssa Carmelina Fiumara)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Capo Settore Provveditorato ff D.ssa Ersilia Riggi</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che:

- con nota prot. n. 74/2017 , integrata dalla nota 119/17, il Direttore dell'U.O. di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima ha richiesto l'acquisto di n. 8 dispositivi per il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno;
- sulla medesima nota è stato apposto il visto autorizzativo da parte del Direttore sanitario aziendale;
- il Settore Provveditorato ha provveduto all'espletamento della gara ON-LINE (MePA) per l' affidamento di dispositivi per il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno CIG:ZDD229B02A RDO 1892971 per la quale sono risultate ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica le seguenti Ditte:

1. Ditta HALSA srl
2. Ditta SIFEM MEDICAL srl

Visto il Verbale di conformità tecnica , redatto dalla Commissione tecnica nominata con nota del Direttore Generale n. 303 del 16/04/2018, dal quale si evince, a seguito di esame della documentazione tecnica allegata ai singoli preventivi, che la DITTA HALSA srl è l'unica ad aver presentato prodotti conformi a quanto chiesto con lettera invito prot. n. 1328/2018;

Vista l' offerta N. 260.041/18, con la quale la ditta HALSA srl ha proposto il prodotto de quo al prezzo unitario pari a € 1.400,00, prezzo complessivo per n. 8 unità € 11.200,00 oltre IVA al 22%;

Che , pertanto, il Settore Provveditorato ha provveduto alla successiva aggiudicazione provvisoria on line della gara per la fornitura dei prodotti citati di cui alla relativa RDO 1892971;

Considerato che, concluse le procedure di gara, occorre prendere atto nonché recepire , ai fini della aggiudicazione definitiva , le risultanze di gara M.E.P.A. RDO 1892971, giusta riepilogo , offerte e valutazioni - Verbale di conformità tecnica del 02/05/2018 allegati al presente atto per farne parte integrante, in ragione dei quali risulta aggiudicataria la ditta HALSA srl;

Ritenuto, altresì, di sottoporre l'affidamento di che trattasi a condizione risolutiva in caso di riscontro negativo in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti di prendere atto dell'espletamento della gara ON-LINE (MePA) per l' affidamento di dispositivi per il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno CIG:ZDD229B02A RDO 1892971 da aggiudicarsi in favore del concorrente che avrebbe praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo più basso su quello posto a base d'asta e anche in presenza di una sola offerta valida.

dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta HALSA srl che ha offerto quanto in oggetto di gara ad un prezzo complessivo pari a € 13.664,00 compreso IVA.

Stabilire che il prezzo unitario di acquisto del prodotto sono quelli indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

Confermare le disposizioni previste dalla lettera invito , in ragione delle quali :<< ... E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania , a suo insindacabile giudizio...di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui al combinato disposto dell'art 11 del R.D. Del 18/11/1923 n. 2440 e dell'art 120 R. D. 23/5/1924 n. 827).>>.

Prendere atto che le somme necessarie alla fornitura di che trattasi andranno tratte attingendo per la relativa concorrenza dalle assegnazioni di cui all'autorizzazione n. 104 sul budget 2018.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione dovendo perfezionare l'iter già avviato nei tempi tecnici.

**Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)**

**Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)**

**Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)**

**Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93

- e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

esquini.in... pa

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1892971
Descrizione RDO:	Dispositivi per il monitoraggio
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ersilia Raggi
Inizio presentazione offerte:	12/03/2018 16:21
Termine ultimo presentazione offerte:	30/03/2018 13:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	23/03/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/09/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE
CIG	ZDD229B02A
CUP	
Dati di consegna	Via palermo, 636 cataniaCatania - 95122 (CT)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza santa maria del gesù n.5Catania - 95123 (CT)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	18800,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE
Quantita'	8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della RdO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Noleggio • Acquisto
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Dichiarazione ex. art. 80 D.lgs 50/2016	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Lettera invito	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta senza prezzo	SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
scheda tecnica	SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE CONFORMITA' TECNICA DEL 02/05/2018

relativo alla GARA ON-LINE (MePA) per l'affidamento di dispositivi per il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno CIG:ZDD229B02A RDO 1892971

Il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 09.30 e il giorno 2 (due) del mese di maggio, nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria del Gesù, 5, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con nota della Direzione Generale n. 303 del 16/04/2018, ed incaricata di procedere alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ammesse nella alla GARA ON-LINE (MePA) per l'affidamento della fornitura, in somministrazione, n. 8 dispositivi per il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno legata al cavo per l'UOC di Neonatologia PO Garibaldi Nesima.

Erano presenti i componenti:

1. Dott.ssa Tina Lucia Gabriella in qualità di Componente, Dirigente medico della l'UOC di Neonatologia PO Garibaldi Nesima.
2. Dott.ssa Puleo Maria Gabriella in qualità di Componente, Dirigente medico della l'UOC di Neonatologia PO Garibaldi Nesima.
3. Dott.ssa Maiolo Kim Patrizia in qualità di Componente, Dirigente medico della l'UOC di Neonatologia PO Garibaldi Nesima.

PREMESSO

In seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata a pena di esclusione da tutte le Ditte partecipanti, attestata ed approvata sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in formato regolare e conforme alle disposizioni contenute nella Lettera Invito prot. n. 1328/2018, risultano ammesse alla presente fase le seguenti Ditte:

1. MEDICA.SA srl
2. INFEM MEDICAL srl

È opportuno precisare, altresì, che l'aggiudicazione della presente gara avverrà, anche in presenza di offerte valide, in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2016, il prezzo complessivo più basso, che non potrà essere uguale o superiore, a pena di esclusione, all'importo posto a base d'asta del lotto.

Il presente verbale è stato quanto suindicato ed a valere quale atto propedeutico all'insediamento della Commissione i componenti ribadiscono, con la sottoscrizione del presente verbale, l'insussistenza delle cause di nullità previste dall'art. 51 c.p.c. in capo ad ognuno di essi già precedentemente attestata.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

La Commissione, dopo aver analizzato le schede tecniche dei prodotti offerti dalle ditte e le prescrizioni contenute nella Lettera invito /Capitolato, perviene alle seguenti conclusioni.

DITTA HALSA SRL.: CONFORME: la ditta dichiara che il requisito della durata della memoria interna dei parametri misurati – pari a 120 giorni – è un refuso. Considerato che il Sanitario richiedente ha autorizzato ciò verbalmente e che formalizzerà detta dichiarazione a breve, la Commissione ritiene valido il prodotto proposto dalla ditta HALSA.

DITTA SIFEM MEDICAL SRL: NON VALUTABILE: la ditta presenta la scheda tecnica in lingua inglese. Nella lettera invito prot. n. 1328/2018 sia espressamente previsto che la stessa sia presentata in lingua italiana.

La Commissione infatti, non è in grado di individuare esattamente da tutta la documentazione presentata dalla SIFEM, compreso il Manuale d'uso, le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti ed in particolare riferite al sensore SatO2 monopaziente neonatale da collegare al cavo prolunga e se esso è identico alla denominazione in uso presso l'UOC UTIN così come espressamente previsto dalle CARATTERISTICHE E REQUISITI PRODOTTI DA ACQUISTARE della Lettera invito.

Il prodotto proposto dalla ditta viene giudicato NON VALUTABILE

Viene redatto il presente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto da:

Lucia Gabriella

Maria Gabriella

Fiolo Kim Patrizia

in pa

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1892971
Descrizione RDO:	Dispositivi per il monitoraggio
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	12/03/2018 16:21
Termine ultimo presentazione offerte:	30/03/2018 13:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	23/03/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/09/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE

CIG	ZDD229B02A
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE/8/

Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	18800,00
--	----------

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	SIFEM MEDICAL S.R.L.	Singola	05055000821	29/03/2018 10:50
2	HALSA SRL	Singola	03014960870	30/03/2018 12:01

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	09/04/2018 12:42:57	26/04/2018 09:54:49

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Dichiarazione ex art. 80 D.lgs 50/2016		Lettera invito	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
HALSA SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Offerta senza prezzo	
	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna
HALSA SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA	Inizio	Fine
--------------------------	---------------	-------------

TECNICA	26/04/2018 09:54:59	05/06/2018 10:27:41
----------------	---------------------	------------------------

Concorrente	scheda tecnica	
	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	NON Approvato	nessuna
HALSA SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	05/06/2018 10:27:50	05/06/2018 10:39:32

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		offerta economica	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
HALSA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
HALSA SRL	11200,00
SIFEM MEDICAL S.R.L.	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

Pedara li 27/03/18
Ns. Rif. GC/ag


Spett.le
ARNAS GARIBALDI
P.ZZA S. MARIA DI GESU', 5 A/B/C
95123 CATANIA

OFFERTA N°: 260.041/18

OGGETTO: GARA ON-LINE (MePA) PER L'AFFIDAMENTO DI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA SATURAZIONE DI OSSIGENO - CIG: ZDD229B02A – RDO N. 1892971.
Rif. Vs. rich. Prot. n. FIU 1328 del 12/03/2018.

Il sottoscritto Cucè Giuseppe, nato a S.G. La Punta il 06/03/1957 e residente in Trecastagni C.so C. Colombo, 29/b, in qualità di Amministratore unico della Società Halsa S.r.l., avente sede legale in Pedara in Via Pizzo Ferro n. 8/a, P. IVA N.03014960870; In riferimento a quanto citato in oggetto,

OFFRE

<p>9500</p> <p>CND: Z1203020408 REPERTORIO: 194281</p> 	<p>SISTEMA PER IL MONITORAGGIO SPORT DA TAVOLO CON FUNZIONALITA' PORTATILE</p> <p>NS. MOD. RADICAL 7 TOUCH COMPLETO DI DOCKING STATION MOD. RDS 1 "MASIMO CORPORATION"</p> <p>Questo innovativo sistema di misurazione non invasivo si distingue in modo radicale dai dispositivi di monitoraggio tradizionale grazie a funzionalità d'avanguardia progettate per automatizzare le procedure terapeutiche e permettere ai medici di adattarsi immediatamente alle diverse esigenze di monitoraggio da un paziente all'altro o da un reparto all'altro.</p> <p>Viene fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↓ Docking Station (Stazione di ricarica) RDS-1 – cod. 8021 Connettività seriale, analogica, chiamata infermiere e SatShare. ↓ N. 1 RD SET™ Patient Cable, MD20-12, 20-pin Patient Cable, 12 ft. - cod. 4104 	<p>N. 8</p>

IMPORTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO PRODOTTO €. 2.350,00 OLTRE IVA
BASE D'ASTA ANNUA PRESUNTA 18.800,00 + IVA

PREZZO UNITARIO SPECIALE A VOI RISERVATO, IRRIPIETIBILE ED IRRIDUCIBILE,
€. 1.400,00 OLTRE IVA
(DICONSI EURO MILLEQUATTROCENTO/00 OLTRE IVA)

PREZZO PER N. 8 UNITA' SPECIALE A VOI RISERVATO, IRRIPIETIBILE ED IRRIDUCIBILE,
€. 11.200,00 OLTRE IVA
(DICONSI EURO UNDICIMILADUECENTO/00 OLTRE IVA)

COSTO ORIENTATIVO ANNUO DELLA MANUTENZIONE NO FULL-RISK DOPO IL PERIODO
DI GARANZIA DI 24 MESI: 8% DELL'IMPORTO DELLA FORNITURA.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- ✦ **CONSEGNA** : 15gg. data ricezione ordine esecutivo, che potrà anche essere, in ragione dell'urgenza, soggetto a riduzione ad insindacabile giudizio dalla Vs. Spett.le Azienda.
- ✦ **PAGAMENTO** : entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa vigente.
- ✦ **GARANZIA**: 24 mesi Full-Risk a decorrere dalla data della effettuazione del collaudo avente esito positivo.
- ✦ **VALIDITA' OFFERTA** : 180 dalla data di celebrazione; dopo di che chiedere conferma.
- ✦ **IMBALLO E TRASPORTO**: nostro carico.
- ✦ **INSTALLAZIONE**: nostro carico.
- ✦ **COLLAUDO**: nostro carico in contraddittorio con il Servizio di Farmacia.
- ✦ **I.V.A. 22%**: Vs. carico secondo legge.

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più Distinti Saluti.

