REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 899

Oggetto: **Riparazione Laser Olmio "Pulse 120H Moses" in dotazione alla U.O.C. Urologia del P.O. Garibaldi Nesima.**

<p>Settore Tecnico</p> <p>Bilancio Aggregato di spesa: Sub aggregato di spesa: Autorizzazione n. _____ - Sub _____ Conto Ec.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro _____</p> <p>Il Responsabile del Settore _____</p> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.</p> <p>Catania _____</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica _____</p> <p>Lista di liquidazione n. _____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Sabrina Evola</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico Ing. Salvatore Vitale</p>	<p>Seduta del giorno <u>03 SET. 2018</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 390/Serv.1/S. G. del 01/08/2017, giusta art. 3, L. R. n.4 del 04/06/17</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>_____</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>_____</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>_____</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	--

Premesso:

- **che**, con deliberazione del Commissario n. 336 del 12-12-2018 è stata aggiudicata - all'Operatore Economico CAO Srl, con sede legale in 23010 Buglio in Monte (SO) - la gara, indetta ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice degli Appalti, per "*l'acquisto di n. 1 laser ad Olmio da utilizzare nel trattamento chirurgico di resezione bipolare e per le patologie in ambito urologico*", da destinarsi alla U.O.C. Urologia del Garibaldi Nesima;
- **che**, detta apparecchiatura è stata installata presso la sala operatoria n. 6 del complesso operatorio del P.O. Garibaldi Nesima ed è stata regolarmente collaudata in data 14-02-2018.

Preso atto che, in data 9-06-2018, il Responsabile dell'UOC di Urologia del Garibaldi Nesima ed il Vice Direttore Medico del P.O. Garibaldi Nesima, in rappresentanza della Direzione Strategica, sporgevano denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Nesima (prot.n. CTCS40 2018 VD 901112) per i seguenti fatti:

- in data 04-06-2018 il personale dell'UOC di Urologia notava la "*presenza di strane macchie liquide*" sottostanti il laser ad Olmio "*Pulse 120H Moses*" e ne dava tempestiva comunicazione alla ditta EBM ed alla CAO srl;
- in data 07-06-2018 i tecnici delle superiori ditte effettuavano un sopralluogo congiunto, nel corso del quale si riscontrava la presenza di "*erosioni interne al laser, in corrispondenza delle griglie di areazione*" e venivano "*prelevate gocce del materiale liquido presenti nella superficie interna del laser per esami fisico chimici*" da parte del Tecnico della CAO srl.

Preso atto, altresì, che detto esame ha evidenziato "*la presenza di Idrossido di sodio*", come da certificato rilasciato dal Laboratorio Nucleo Chimico Mediterraneo.

Preso atto che il danno di che trattasi non rientra nella ordinaria garanzia prestata dalla ditta fornitrice del laser in argomento, poiché ignoti avrebbero immesso idrossido di sodio all'interno dell'apparecchiatura.

Vista la corrispondenza intercorsa con la compagnia assicurativa Willis spa e, segnatamente:

- la mail del 18-06-2018, a firma del Dirigente Analista, ing. Mauro Mastropasqua, di apertura del sinistro presso la compagnia per "*presunto atto vandalico e/o di sabotaggio*";
- la mail di riscontro del 23-07-2018, contenente l'apertura del sinistro di che trattasi con n. 03245618, ove si comunicava che "*il danno denunciato, riconducibile a sabotaggio, ricade all'interno della specifica copertura Eventi Sociopolitici, operante con un minimo scoperto di € 25.000,00*" chiedendosi contestualmente l'invio di un dettagliato preventivo;
- la mail del 29-08-2018 (prot.n. 2641/T del 29-08-2018) con cui, a seguito della trasmissione del richiesto preventivo, la compagnia assicuratrice comunicava la possibilità di "*procedere alla riparazione del macchinario*".

Visto altresì il preventivo di spesa per la riparazione del laser in argomento, acquisito al prot. generale di questa ARNAS al n. 13561 del 6-08-2018, redatto dalla ditta fornitrice CAO srl, per un importo pari a 30.000,00 euro oltre Iva;

Rilevato che il danno in argomento troverà copertura nei limiti della superiore franchigia.

Ritenuto necessario procedere alla riparazione urgente del laser ad Olmio "*Pulse 120H Moses*", atteso che in ragione del superiore danno gli interventi chirurgici da effettuarsi con l'ausilio di detto laser, già programmati in data antecedente al verificarsi di tale occorso, in atto risultano sospesi.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, di:

1. **AUTORIZZARE** la riparazione del laser ad Olmio "Pulse 120H Moses" in base al preventivo allegato (prot. n. 13561 del 06.08.18).
2. **IMPUTARE** la somma di euro 36.000,00, comprensivo Iva, sul Conto Economico 20002000060, autorizzazione 108, del bilancio di competenza.
3. **RISERVARSI** di recuperare le somme non coperte dalla polizza assicurativa nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dall'Autorità Giudiziaria;
4. **MUNIRE** la presente della clausola dell'esecuzione immediata, al fine di dare corso agli interventi chirurgici programmati e *medio tempore* sospesi a causa del superiore occorso.

Allegati:

1. Denuncia al Comando Carabinieri
2. Esame di laboratorio
3. Relazione danneggiamento EBM Spa
4. Corrispondenza intercorsa con la società assicurativa
5. Preventivo CAO Srl

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO

(D.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL COMMISSARIO

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario

DOT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al

..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R.

n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. del.....

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE