

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1183 del 20 SET. 2022


Oggetto: Ditta Intermedica S.r.l. – Autorizzazione all'avvio della Trattativa Diretta in e-procurement su piattaforma MEPA ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. a) e art. 63 c.2 lett. b) p. 3, per la fornitura di n. 42 dispositivi datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi ricevitori LAN da destinarsi all'UOC Medicina Trasfusionale, alla UO Farmacia Centro e alla UOC Farmacia Nesima, per il controllo e monitoraggio delle temperature - CIG: Z8D379BC76.

Proposta N. 217 **del** 14 SET. 2022


STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Piano degli investimenti	anno _____ nr _____
Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi:	biennio _____

Il Responsabile del procedimento
ex art. 5 L. 241/90

Dott. ~~Simone Pagano~~


Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Michela Digrazia



Il Responsabile UOC Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~


Registrazione Contabile

Budget Anno 2022 Conto 20002000060 Importo € 38.134,64 Iva inclusa Aut. 105 sub. 14

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. ~~Giovanni Luca Roccella~~)


Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019 con l'assistenza del Segretario,

dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'UOC Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Russo Valentina

Premesso

- che quest'ARNAS Garibaldi è dotata di un sistema denominato *Sirius* che permette il monitoraggio e il controllo delle temperature di frigoemoteche, frigofarmaci e congelatori che contengono emocomponenti, attraverso l'utilizzo di dispositivi datalogger situati presso diverse UO di quest'ARNAS (Trasfusionale, Farmacia UFA Nesima, Oncologia, Ematologia, Endocrinologia);
- che il contratto relativo all'assistenza e la manutenzione del Sistema *Sirius*, comprensivo della taratura periodica dei datalogger, in favore della ditta Intermedica Srl, giusta Modello AE/2 del 07/01/2020 (**Allegato n.1**), è giunto a naturale scadenza a Dicembre 2021.

Vista la nota prot. DIRSIMT 42/2022 del 16/02/2022, acquisita con prot. provv. n. 1012 del 18/02/2022, (**Allegato n. 2**) avente ad oggetto *“rinnovo ed integrazione UO Farmacia PO centro contratto assistenza sistema rilevazione temperature”* con la quale il Direttore della U.O.C. Medicina Trasfusionale, Dott. Sciacca S., a firma congiunta con la Responsabile U.O. Farmacia – P.O. Garibaldi Centro Dott.ssa Busà B.:

- comunica che il contratto relativo all'assistenza e la manutenzione del Sistema *Sirius*, comprensivo della taratura periodica dei data logger già in possesso di questa ARNAS, è scaduto a Dicembre 2021;
- rileva la necessità di *“integrare con n. 16 data logger perché va monitorato (LG CNS 06 Rev 0 del 21/2/2020) il trasporto degli emocomponenti che le associazioni raccolgono nei propri punti prelievo e vanno effettuate le convalide della catena del freddo con ulteriori n. 4 data logger”*;
- constata, a seguito di sopralluogo avvenuto nella UO Farmacia PO Centro con la dott.ssa Busà B. *“la necessità di monitoraggio con allarme in tempo reale di n. 9 frigofarmaci ed 1 Congelatore (+ 1 Back-up)”*
- chiede, in conclusione, al Settore Provveditorato:
 - o l'acquisto di n. 31 nuovi data logger (segnatamente n. 11 per la UO Farmacia Centro e n. 20 per la UOC Medicina Trasfusionale);
 - o l'integrazione delle UO dotate del sistema *Sirius* con la UO Farmacia Centro;
 - o il rinnovo biennale del contratto di assistenza e manutenzione sul sistema *Sirius*, scaduto a Dicembre 2021.

Vista la nota prot. provv. n. 1122 del 23/02/2022 (**Allegato n. 3**) avente ad oggetto *“Riscontro nota prot. DIRSIMT 42/2022 – richiesta capitolato tecnico”* con la quale il Settore Provveditorato, a riscontro della nota prot. DIRSIMT 42/2022 del 16/02/2022, chiede al Dirigente Responsabile Ingegneria Clinica e SIA Ing. Casillo P.:

- la verifica preliminare della presenza, su piattaforma CONSIP, di eventuali convenzioni attive per i dispositivi data logger richiesti con nota prot. DIRSIMT 42/2022;

- qualora l'esito della verifica preliminare non riscontrasse la presenza di alcuna convenzione, *“di elaborare capitolato tecnico comprensivo di tutte le caratteristiche tecniche necessarie e degli importi a base d'asta e di precisare se vada richiesto il servizio di assistenza e manutenzione sulle nuove apparecchiature”*.

Vista la nota di riscontro prot. 211/IC del 22/04/2022 (**Allegato n. 4**), acquisita con prot. provv. n. 2617 del 26/04/2022, con la quale il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA Ing. Casillo P. comunica che:

- l'integrazione richiesta dei dispositivi datalogger con il sistema di controllo e monitoraggio Sirius *“risulta possibile esclusivamente acquistando sistemi datalogger dello stesso marchio del sistema Sirius (O.E. Intermedica Srl)”*;
- *“la richiesta di approvvigionamento dei dispositivi di cui in oggetto, individua uno specifico datalogger, ovvero uno specifico operatore economico. Vista dunque una evidente specificità tecnica di prodotto, si comunica al Settore Provveditorato, per il seguito di competenza, la necessità di predisporre gli atti amministrativi necessari alla dichiarazione di infungibilità di prodotto da parte dei Direttore delle UU.OO. richiedenti.”*
- in merito alla richiesta di rinnovo del contratto biennale per il servizio di assistenza e manutenzione sul sistema Sirius, *“non deve essere rinnovato con l'O.E. affidatario del servizio stesso (Intermedica Srl) posto che il servizio di gestione dei dispositivi relativi alla catena del freddo (ovvero dispositivi datalogger e sistema di controllo e gestione Sirius) è stato inserito come condizione minima, ovvero obbligatoria, nel capitolato speciale d'appalto relativamente alla “Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali in uso presso l'ARNAS Garibaldi (pag. 8 del CSA)”*

Vista l'ulteriore richiesta di acquisto dei medesimi dispositivi datalogger integrati con il sistema Sirius trasmessa dal Direttore UOC di Farmacia Dott.ssa Fassari G. con nota prot. 105/FN del 12/05/2022 (**Allegato n. 5**), acquisita con prot. provv. n. 3203 del 13/05/2022, a tenore della quale chiede *“l'acquisto e l'installazione del sistema Sirius e dei relativi data logger compatibili con il sistema stesso e del ricevitore LAN”* per un complessivo di n. 11 datalogger.

Vista la nota prot. 3179 del 13/05/2022 (**Allegato n. 6**) avente ad oggetto *“riscontro nota prot. DIRSIMT 42/2022 – Richiesta attestazione di infungibilità Datalogger”* con la quale il Settore Provveditorato chiede alle UU.OO. richiedenti i dispositivi datalogger, di *“attestare che le caratteristiche del prodotto, ovvero l'integrazione con il sistema Sirius, risultino essere necessarie ed indispensabili, ovvero infungibili, per la pratica clinica delle UU.OO. richiedenti”*.

Preso atto dell'attestazione di infungibilità dei dispositivi di che trattasi resa dal Direttore del UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Dott. Sciacca S. con nota prot. DIRSIMT 103/2022 (**Allegato n. 7**), acquisita con prot. provv. n. 3265 del 17/05/2022, avente ad oggetto *“attestazione di infungibilità data logger del sistema Syrius”* a tenore della quale *“si dichiara la infungibilità del prodotto di che trattasi (data*

logger dell'O.E. Intermedica) che individua un modello di dispositivo che possiede le caratteristiche di interfacciamento con il sistema Sirius di proprietà di questa ARNAS, necessario ed indispensabile per la prosecuzione delle attività di questa UOC"

Vista la nota prot. gen. n. 0012774 del 12/07/2022 (**Allegato n. 8**) avente ad oggetto "richiesta offerta per la fornitura di Datalogger integrati con il sistema Sirius per il controllo e monitoraggio delle temperature" con la quale il Settore Provveditorato, alla luce della specifica esclusività tecnica di prodotto attestata dall'Ing. Casillo P. con nota prot. 211/IC del 22/04/2022 e dell'infungibilità resa dal Dott. Sciacca S. con nota prot. DIRSIMT 103/2022, trasmette alla Ditta Intermedica Srl richiesta di preventivo per un complessivo di n. 42 datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi ricevitori LAN, da destinarsi all'UOC Medicina Trasfusionale, alla UO Farmacia Centro e alla UOC Farmacia Nesima, come da richieste pervenute con nota prot. DIRSIMT 42/2022 del 16/02/2022 e nota prot. 105/FN del 12/05/2022.

Vista la nota di riscontro prot. 49/2022 del 20/07/2022 (**Allegato n. 9**), acquisita con prot. provv. n. 5360 del 22/07/2022, trasmessa dalla Ditta Intermedica Srl avente ad oggetto "offerte per la fornitura di Datalogger integrati con il sistema Sirius per il controllo e monitoraggio delle temperature, rif. Vs. Prot. 0012774 del 12/07/2022" con la quale trasmette il preventivo di offerta economica per la fornitura di n. 42 datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi n. 3 ricevitori LAN, per il controllo e monitoraggio delle temperature di frigoemoteche, frigofarmaci e congelatori, per un importo di € 31.257,90 Iva esclusa, e quindi per un costo complessivo di € 38.134,64 Iva inclusa, come di seguito dettagliato:

Ditta Intermedica Srl – P.Iva 03388380879, con sede legale a San Gregorio (CT) in Via Umberto n. 32 - Offerta economia prot. 49/2022 del 20/07/2022

Nome commerciale Prodotto	Datalogger Marconi – BORMAC JRI (Completi di sonde di rilevazione temperatura)	Ricevitore LAN – BORMAC JRI (comprensivi del software per il corretto funzionamento)
Codice prodotto	MARCONI COD. NANO	MARCONI – LINK ETHERNET VDC
CND e Repertorio	N.A.	N.A.
Quantità Offerta	42	3
% di sconto applicato sul listino	32%	35%
Prezzo unitario di listino (iva escl.)	€ 990,00	€ 1.530,00
Prezzo unitario offerto (iva escl.)	€ 673,20	€ 994,50
Prezzo complessivo (iva escl.)	€ 28.274,40	€ 2.983,50
% Iva da applicare	22%	22%
Tempi di consegna	15 gg data ordine tramite NSO	15 gg data ordine tramite NSO
Classe Merceologica (Piattaforma MEPA)	CPV – 32260000-3	CPV – 32260000-3
Totale Offerta (Iva escl.)	€ 31.257,90	

Preso atto, altresì, dei servizi garantiti e inclusi nell'offerta economica prot. 49/2022 del 20/07/2022 della Ditta Intermedica Srl e di seguito elencati:

- installazione apparecchiatura;
- configurazione con il Sistema Sirius in Vs. possesso;
- verifica del perfetto funzionamento di tutto il sistema Sirius;
- verifica di tutti gli indicatori di allarme (compresi commutatore telefonico e/o sirena);
- corso di formazione;
- collaudo di tutto il sistema con il rilascio di relativo Verbale;
- servizio di assistenza e manutenzione per 12 mesi;
- servizio di taratura (tutti i Datalogger e le sonde offerte saranno certificate con riferibilità al sistema di taratura Italiano (ACCREDIA) alla temperatura d'esercizio.

Preso atto, in particolare, della dichiarazione di esclusività resa dalla Ditta Intermedica Srl nella su citata offerta prot. 49/2022 del 20/07/2022, a tenore della quale: *"dichiara di essere esclusivista per la regione Sicilia per la commercializzazione dei prodotto offerti sopra indicati"*.

Richiamati gli artt. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015 e la Tabella Obbligo/Facoltà *"Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A."* (ultimo aggiornamento 17/01/2019) elaborata da Consip in uno al Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevedono, relativamente agli acquisti effettuati da Enti del Servizio sanitario nazionale afferenti la classe merceologica "Beni e servizi informatici e di connettività" di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, l'obbligo di ricorso, in via alternativa e nel rispetto dell'ordine di seguito riportato, ai seguenti strumenti cui attingere:

- Convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip;
- in assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento;
- in assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore.

Visto il D.Lgs.n.50/2016s.m.i. art. 63 comma 2 lett. B) punto 3): *Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;*

Accertato che

- il valore presunto della fornitura comprensiva di datalogger e relativi ricevitori LAN, ammontante complessivamente ad € 31.257,90 Iva esclusa, rientra nei limiti di importo di € 40.000,00, IVA

esclusa, che consente l'applicazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016);

- non sono presenti analoghe iniziative della Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia e Consip;
- sulla piattaforma MEPA è presente la categoria merceologica Beni - *“Dispositivi e sistemi di comunicazione”* – CPV - 3226000-3 *“Apparecchiature per la trasmissione di dati”*

Ritenuto pertanto, di dover autorizzare la definizione del rapporto contrattuale con l'operatore economico Intermedica Srl, P.Iva 03388380879, con sede legale a San Gregorio (CT) in Via Umberto n. 32, attraverso lo strumento della Trattativa Diretta su piattaforma MEPA, per la fornitura di n. 42 dispositivi datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi n. 3 ricevitori LAN, alla luce del preventivo prot. 49/2022 del 20/07/2022, stimando un costo di € 31.257,90 (Euro trentunomiladuecentocinquantasette/90) Iva esclusa, e quindi di complessivi € 38.134,64 (Euro trentottomilacentotrentaquattro/64) Iva inclusa.

Atteso che in conformità al disposto di cui all'art.3 della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, risulta essere il seguente **CIG: Z8D379BC76**

Preso atto della regolarità del DURC (**Allegato n. 10**):

- anno 2022: prot. INPS_32186891 (validità dal 19/07/2022 al 16/11/2022).

Visto il Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto: *“Conferimento all'ing. Valentina Russo — Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa “Provveditorato ed Economato”*

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) Di prendere atto delle richieste trasmesse al Settore Provveditorato di acquisto di dispositivi datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi ricevitori LAN, e segnatamente:

- nota prot. DIRSIMT 42/2022 del 16/02/2022, acquisita con prot. provv. n. 1012 del 18/02/2022, a firma congiunta del Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale, Dott. Sciacca S., della Responsabile U.O. Farmacia – P.O. Garibaldi Centro Dott.ssa Busà B.;
- nota prot. 105/FN del 12/05/2022, acquisita con prot. provv. n. 3203 del 13/05/2022, a firma del Direttore UOC di Farmacia Dott.ssa Fassari G.

- 2) **Di prendere atto** dell'attività istruttorie e di verifica effettuate dagli uffici amministrativi e tecnici aziendali nell'ambito di rispettiva competenza e segnatamente:
- dell'istruttoria espletata dal Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo P. con nota prot. 211/IC del 22/04/2022;
 - dell'istruttoria espletata dal Settore Provveditorato con nota prot. provv. 3179 del 13/05/2022 e nota prot. gen. 0012774 del 12/07/2022.
- 3) **Di prendere atto** dell'attestazione di infungibilità dei dispositivi di che trattasi resa dal Direttore del UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Dott. Sciacca S. con nota prot. DIRSIMT 103/2022 a tenore della quale *"si dichiara la infungibilità del prodotto di che trattasi (data logger dell'O.E. Intermedica) che individua un modello di dispositivo che possiede le caratteristiche di interfacciamento con il sistema Sirius di proprietà di questa ARNAS, necessario ed indispensabile per la prosecuzione delle attività di questa UOC"*
- 4) **Di autorizzare** la definizione del rapporto contrattuale con l'operatore economico Intermedica Srl, P.Iva 03388380879, con sede legale a San Gregorio (CT) in Via Umberto n. 32, attraverso lo strumento della Trattativa Diretta su piattaforma MEPA, per la fornitura di n. 42 dispositivi datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi n. 3 ricevitori LAN, alla luce del preventivo prot. 49/2022 del 20/07/2022, stimando un costo di € 31.257,90 (Euro trentunomiladuecentocinquantesette/90) Iva esclusa, e quindi di complessivi € 38.134,64 (Euro trentottomilacentotrentaquattro/64) Iva inclusa.
- 5) **Di prendere atto** dei servizi garantiti e inclusi nell'offerta economica prot. 49/2022 del 20/07/2022 della Ditta Intermedica Srl e di seguito elencati:
- installazione apparecchiatura;
 - configurazione con il Sistema Sirius in Vs. possesso;
 - verifica del perfetto funzionamento di tutto il sistema Sirius;
 - verifica di tutti gli indicatori di allarme (compresi commutatore telefonico e/o sirena);
 - corso di formazione;
 - collaudo di tutto il sistema con il rilascio di relativo Verbale;
 - servizio di assistenza e manutenzione per 12 mesi;
 - servizio di taratura (tutti i Datalogger e le sonde offerte saranno certificate con riferibilità al sistema di taratura Italiano (ACCREDIA) alla temperatura d'esercizio.
- 6) **Di prendere atto** della dichiarazione di esclusività resa dalla Ditta Intermedica Srl contenuta nell'offerta prot. 49/2022 a tenore della quale: *"dichiara di essere esclusivista per la regione Sicilia per la commercializzazione dei prodotto offerti sopra indicati"*.
- 7) **Di prendere atto che:**
- il valore presunto della fornitura comprensiva di datalogger e relativi ricevitori LAN, ammontante complessivamente ad € 31.257,90 Iva esclusa, rientra nei limiti di importo di € 40.000,00, IVA

esclusa, che consente l'applicazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016);

- non sono presenti analoghe iniziative della Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia e Consip;
- sulla piattaforma MEPA è presente la categoria merceologica Beni - "*Dispositivi e sistemi di comunicazione*" – CPV – 3226000-3 "*Apparecchiature per la trasmissione di dati*".

8) Di dare atto che in conformità al disposto di cui all'art.3 della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, risulta essere il seguente CIG: **Z8D379BC76**

9) Di nominare:

- quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e Linee guida Anac n. 3, aggiornate al D.lgs 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017, l'Ing. Casillo Pasquale, Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SLA;
- quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016:
 - o Dott.ssa Barbara Busà, Responsabile UO Farmacia – PO Garibaldi Centro per le attività eseguite presso la UO Farmacia – PO Garibaldi Centro e UOC Medicina Trasfusionale;
 - o Dott.ssa Giuseppina Fassari, Direttore UOC di Farmacia – PO Garibaldi Nesima per le attività eseguite presso la UOC Farmacia – PO Garibaldi Nesima

10) Di prendere atto della regolarità del DURC della regolarità del DURC:

- anno 2022: prot. INPS_32186891 (validità dal 19/07/2022 al 16/11/2022)

11) Di trarre la spesa complessiva di € 38.134,64 Iva al 22% inclusa, quale importo per la fornitura di n. 42 datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi n. 3 ricevitori LAN per il controllo e monitoraggio delle temperature, dall'autorizzazione di spesa n. 105, sub 14, conto economico 20002000060 - "*Manutenzione ordinaria attrezzature tecnico-scientifiche*" del bilancio anno 2022;

12) Di munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

Allegati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018):

- 1 - Modello AE/2 del 07/01/2020;
- 2 - nota prot. DIRSIMT 42/2022 del 16/02/2022 (prot. provv. n. 1012 del 18/02/2022)
- 3 - nota prot. provv. n. 1122 del 23/02/2022;
- 4 - nota prot. 211/IC del 22/04/2022 (prot. provv. n. 2617 del 26/04/2022);
- 5 - nota prot. 105/FN del 12/05/2022 (prot. provv. n. 3203 del 13/05/2022);
- 6 - nota prot. 3179 del 13/05/2022;
- 7 - nota prot. DIRSIMT 103/2022 (prot. provv. n. 3265 del 17/05/2022);
- 8 - nota prot. gen. n. 0012774 del 12/07/2022

Il Responsabile dell'UOC Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

* * *

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

- 1) Prendere atto** delle richieste trasmesse al Settore Provveditorato di acquisto di dispositivi datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi ricevitori LAN, e segnatamente:
 - nota prot. DIRSINT 42/2022 del 16/02/2022, acquisita con prot. provv. n. 1012 del 18/02/2022, a firma congiunta del Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale, Dott. Sciacca S., della Responsabile U.O. Farmacia – P.O. Garibaldi Centro Dott.ssa Busà B.;
 - nota prot. 105/FN del 12/05/2022, acquisita con prot. provv. n. 3203 del 13/05/2022, a firma del Direttore UOC di Farmacia Dott.ssa Fassari G.
- 2) Prendere atto** dell'attività istruttorie e di verifica effettuate dagli uffici amministrativi e tecnici aziendali nell'ambito di rispettiva competenza e segnatamente:
 - dell'istruttoria espletata dal Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA, Ing. Casillo P. con nota prot. 211/IC del 22/04/2022;
 - dell'istruttoria espletata dal Settore Provveditorato con nota prot. provv. 3179 del 13/05/2022 e nota prot. gen. 0012774 del 12/07/2022.
- 3) Prendere atto** dell'attestazione di infungibilità dei dispositivi di che trattasi resa dal Direttore del UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Dott. Sciacca S. con nota prot. DIRSINT 103/2022 a tenore della quale *“si dichiara la infungibilità del prodotto di che trattasi (data logger*

dell'O.E. Intermedica) che individua un modello di dispositivo che possiede le caratteristiche di interfacciamento con il sistema Sirius di proprietà di questa ARNAS, necessario ed indispensabile per la prosecuzione delle attività di questa UOC"

- 4) **Autorizzare** la definizione del rapporto contrattuale con l'operatore economico Intermedica Srl, P.Iva 03388380879, con sede legale a San Gregorio (CT) in Via Umberto n. 32, attraverso lo strumento della Trattativa Diretta su piattaforma MEPA, per la fornitura di n. 42 dispositivi datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi n. 3 ricevitori LAN, alla luce del preventivo prot. 49/2022 del 20/07/2022, stimando un costo di € 31.257,90 (Euro trentunomiladuecentocinquantesette/90) Iva esclusa, e quindi di complessivi € 38.134,64 (Euro trentottomilacentotrentaquattro/64) Iva inclusa.
- 5) **Prendere atto** dei servizi garantiti e inclusi nell'offerta economica prot. 49/2022 del 20/07/2022 della Ditta Intermedica Srl e di seguito elencati:
 - installazione apparecchiatura;
 - configurazione con il Sistema Sirius in Vs. possesso;
 - verifica del perfetto funzionamento di tutto il sistema Sirius;
 - verifica di tutti gli indicatori di allarme (compresi commutatore telefonico e/o sirena);
 - corso di formazione;
 - collaudo di tutto il sistema con il rilascio di relativo Verbale;
 - servizio di assistenza e manutenzione per 12 mesi;
 - servizio di taratura (tutti i Datalogger e le sonde offerte saranno certificate con riferibilità al sistema di taratura Italiano (ACCREDIA) alla temperatura d'esercizio.
- 6) **Prendere atto** della dichiarazione di esclusività resa dalla Ditta Intermedica Srl contenuta nell'offerta prot. 49/2022 a tenore della quale: *"dichiara di essere esclusivista per la regione Sicilia per la commercializzazione dei prodotti offerti sopra indicati"*.
- 7) **Prendere atto che:**
 - il valore presunto della fornitura comprensiva di datalogger e relativi ricevitori LAN, ammontante complessivamente ad € 31.257,90 Iva esclusa, rientra nei limiti di importo di € 40.000,00, IVA esclusa, che consente l'applicazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016);
 - non sono presenti analoghe iniziative della Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia e Consip;
 - sulla piattaforma MEPA è presente la categoria merceologica Beni - *"Dispositivi e sistemi di comunicazione"* – CPV – 3226000-3 *"Apparecchiature per la trasmissione di dati"*.
- 8) **Dare atto che** in conformità al disposto di cui all'art.3 della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, risulta essere il seguente **CIG: Z8D379BC76**

9) Nominare:

- quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e Linee guida Anac n. 3, aggiornate al D.lgs 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017, l'Ing. Casillo Pasquale, Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA;
- quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016:
 - o Dott.ssa Barbara Busà, Responsabile UO Farmacia – PO Garibaldi Centro per le attività eseguite presso la UO Farmacia – PO Garibaldi Centro e UOC Medicina Trasfusionale;
 - o Dott.ssa Giuseppina Fassari, Direttore UOC di Farmacia – PO Garibaldi Nesima per le attività eseguite presso la UOC Farmacia – PO Garibaldi Nesima

10) Prendere atto della regolarità del DURC della regolarità del DURC:

- anno 2022: prot. INPS_32186891 (validità dal 19/07/2022 al 16/11/2022)


11) Trarre la spesa complessiva di € 38.134,64 Iva al 22% inclusa, quale importo per la fornitura di n. 42 datalogger integrati con il sistema Sirius e relativi n. 3 ricevitori LAN per il controllo e monitoraggio delle temperature, dall'autorizzazione di spesa n. 105, sub 14, conto economico 20002000060 - "Manutenzione ordinaria attrezzature tecnico-scientifiche" del bilancio anno 2022;

12) Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicole)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Goffi




Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____

e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:



immediatamente



perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione



a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

a. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
